

PARECER TÉCNICO - TUBO PARA GASTROSTOMIA
Nº 437/2024

Setor: ENDOSCOPIA

Data: 13/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
TUBO PARA GASTROSTOMIA	PRONTIDÃO / HP BIO	01 UNIDADE CADA

P.E.: 90309/2024 | PROCESSO: P444859/2024 | ANVISA: 10166360036

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
04	Tubo para gastrostomia endoscópica percutânea para procedimento tipo pull, em silicone grau médico, vias separadas para medicamento e alimentação e guia para implante completo, com anel de segurança tipo securlock, com tamanho: 20 fr. Estéril. Embalada individualmente. Com abertura asséptica.
05	Tubo para gastrostomia endoscópica percutânea para procedimento tipo pull, em silicone grau médico, vias separadas para medicamento e alimentação e guia para implante completo, com anel de segurança tipo securlock, com tamanho: 24 fr. Estéril. Embalada individualmente. Com abertura asséptica. apresentação:kit

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?
(X) Sim () Não

Justificativa: _____


2. Quanto à identificação do material?
(X) Boa () Ruim
3. Quanto à abertura?
(X) Boa () Ruim
4. Quanto à introdução do tubo?
(X) Boa () Ruim
5. Quanto à flexibilidade do tubo?
(X) Boa () Ruim
6. Quanto ao manuseio durante o procedimento?
(X) Bom () Ruim
7. Quanto à conexão?
(X) Boa () Ruim

8. Resultado do teste:


(☒) Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 15 / 01 / 25


Dr. Ricardo Avila
Gastroenterologista
Endoscopia Digestiva
CREMEC 14092/RQ588/13776

Ass./Carimbo do Responsável


Claudia Valani Barcellos
Assessoria Controle Avaliação e Qualidade
IJF / ASCAQ
Mat. 115569-05

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 07/11/2024 Hora: 13:39 h