

PARECER TÉCNICO PARA SONDA NASOGÁSTRICA
Nº 082/2025

Setor: CENTRO CIRÚRGICO

Data: 23/01/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA	HOSPMAIA / BIOBASE	03 UND/ITEM

ITEM: 16

P.E.: 90309/2024

I P. Nº: 230997/2024

ESPECIFICAÇÃO:

ANVISA: 80212340034

SONDA NASOGÁSTRICA N. 20 LONGA, comprimento mínimo de 100cm (aproximadamente), em pvc, atóxica, transparente, siliconizada, flexível, atraumática, orifícios laterais na extremidade, conector c/ tampa universal. Estéril e descartável. Embalagem individual. Abertura asséptica.


1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?
(X) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?
(X) Boa () Ruim
3. Quanto à abertura?
(X) Boa () Ruim
4. Quanto à introdução?
(X) Boa () Ruim
5. Quanto à flexibilidade do tubo?
(X) Boa () Ruim
6. Quanto ao manuseio durante o procedimento?
(X) Bom () Ruim
7. Quanto à conexão?
(X) Boa () Ruim
8. Resultado do teste?
(X) Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 04 / 02 / 2025



Dra. Gloria Menezes
Anestesiologista
CRM: 10092 RQE: 5511

Ass./Carimbo do Responsável


Dr. Denison de O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 9375

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 23/01/2025 Hora: 08:35h