

PARECER TÉCNICO PARA FIXADOR DE Sonda NASOGÁSTRICA
Nº 423/2024

Setor: UTI

Data: 11/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA/MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
FIXADOR DE Sonda NASOGÁSTRICA	MEDEVICES/MDL	03 UNIDADES

ITEM: 17

P.E.: 90309/2024 I PROCESSO: P444868/2024

ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: 80114230007

FIXADOR DE Sonda NASOGÁSTRICA. Dispositivo para fixação de sonda nasogástrica e nasoenteral (5 a 18 fr), composto por resina sintética, tecido revestido de plástico e adesivo hipoalergênico em forma de borboleta, que se adapta na narina, com pinça única em pêndulo que mantém a sonda fixa e elimina a pressão nas narinas do paciente.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim ☐ Não

Justificativa: _____

2. Quanto à Identificação do material?

☒ Boa ☐ Ruim

3. Quanto à adaptação?

☒ Boa ☐ Ruim

4. Quanto ao manuseio?

☒ Bom ☐ Ruim

5. Quanto à aderência?

☒ Boa ☐ Ruim

6. Quanto ao resultado de fixação da sonda?


☒ Bom ☐ Ruim

7. Resultado do teste:

☒ Aprovado ☐ Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 12/11/24


Ass./Carimbo do Responsável
Claudia Valani Barcellos
Assessoria Controle Avaliação e Qualidade
IJF / ASCAQ
Mat. 115569-05

Data da entrega da amostra no IJF: 08/11/24 Hora: 16:00 h