

PARECER TÉCNICO PARA SONDA ENTERAL
Nº 444/2024

Setor: CENTRO CIRÚRGICO

Data: 14/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	DATA MEDICAL / SOLUMED	02 UNIDADES

ITEM: 03

P.E.: 90309/2024 | PROCESSO: P444866/2024 | ANVISA: 80019160013

<u>ESPECIFICAÇÕES</u>
SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO, CONFECCIONADA EM POLIURETANO N. 12 - constituída de tubo radiopaco, conector proximal em dupla derivação y, fio guia de inserção em aço inox lubrificado. Embalada individualmente, estéril, na embalagem devera constar data e tipo de esterilização, procedência, prazo de validade e registro no ministério da saúde e registro na anvisa.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?
(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?
(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à abertura?
(☒) Boa () Ruim

4. Quanto à flexibilidade?
(☒) Boa () Ruim

5. Quanto à faixa radiopaca?
(☒) Boa visibilidade de controle
() Ruim

6. Quanto ao manuseio durante o procedimento?
(☒) Bom () Ruim

7. Quanto ao conector?
(☒) Adapta bem () Não adapta bem

8. Resultado do teste:

(☒) Aprovado (☐) Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 14 / 11 / 2024

Dra. M^a da Glória Menezes
Médica Anestesiologista
CRM-CE 10092 RQE 5511

Ass./Carimbo do Responsável

Claudia Valani Barcellos
Assessoria Controle Avaliação e Qualidade
IJF / ASCAQ
Mat. 115569-05

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 12/11/2024. Hora: 15:54h