

PROCESSO Nº P262186/2024

PE: 90295/2024

OBJETO: Registro de preço visando aquisições futuras eventuais de reagentes para realização de exames de Coagulação, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo de Referência, por um período de 12(doze) meses.

Pedido de esclarecimento solicitado pela Empresa HORIBA INSTRUMENTOS BRASIL

1. “Capacidade para realização de no mínimo 180 testes/hora” É condição obrigatória?

Resposta: A viabilidade de termos no mercado, equipamentos com capacidade de realização de testes por hora, até maior do que é solicitado em edital, como máquinas da Roche(390 amostras/hora), Werfen(260 amostras/hora), ou semelhantes, nos resguarda o direito de fazer as escolhas que melhor nos atende, em qualidade e celeridade, sem infringir as normas da competitividade e a ampla disputa, requerida nos Processos licitatórios! Diante do exposto, é condição obrigatória seguir o descrito em Termo de Referência, por entendermos a importância da celeridade nos processos, visto que o Instituto Dr. José Frota é um hospital de Urgência e Emergência, com protocolos a serem seguidos, com tempo determinado, como Protocolos de Transfusão Maciça(PTM), Sepsis, etc.

Sugerir que se retroceda a um equipamento com características técnicas inferiores, representa falha inequívoca aos técnicos responsáveis pela elaboração da descrição do equipamento.

É necessário salientar que as empresas precisam se adequar as solicitações do edital, nunca em hipótese alguma, as vontades e limitações dos licitantes poderão se sobrepor às necessidades da Administração e é com base nessas diretrizes que a equipe técnica elabora a descrição do objeto a ser licitado.

2. “Especificações do equipamento de Backup”

Resposta: O equipamento solicitado como Backup, deve atender as mesmas características do equipamento solicitado em Comodato, podendo ser de menor porte, desde que atenda as necessidades do Nulab, no que se refere a realização dos tipos de exames, qualidade dos resultados e tempo de liberação.

De acordo com o que aqui foi esclarecido, e ainda por entender que devemos sempre seguir com o crescimento e evolução dos processos, buscando trazer o que melhor se adequa a nossa condição como maior Hospital de Urgência e Emergência do Estado do Ceará, referência em atendimento de grandes traumas e grandes queimados, segue o Edital!

Fortaleza, data da assinatura eletrônica.

MARIA JULIA DA SILVA LANDIM

Chefe do Núcleo de Laboratório do IJF



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número X3SIGAQF

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3761706 e código X3SIGAQF

ASSINADO POR: