

Zimbra

italo.soares@clfor.fortaleza.ce.gov.br

Fwd: RES: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90345/2024

De : Pregao Eletronico
<pregaoeletronico@clfor.fortaleza.ce.gov.br>

sex., 25 de out. de 2024 11:40

 2 anexos

Assunto : Fwd: RES: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 90345/2024

Para : Italo Oliveira Soares
<italo.soares@clfor.fortaleza.ce.gov.br>

Cc : Romero Ramoni Holanda Lima Marinho
<romero.marinho@clfor.fortaleza.ce.gov.br>

De: "Polux - Editais" <editais@poluxcomercial.com.br>

Para: "Pregao Eletronico" <pregaoeletronico@clfor.fortaleza.ce.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 25 de outubro de 2024 9:26:16

Assunto: RES: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90345/2024

Bom dia!

Desculpe o equívoco, gostaríamos da descrição complementar do item 13 - EQUIPO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR DE AR EMBUTIDO E ISENTO DE ÓLEO.

Atenciosamente,
Hanna.

Polux 
Comercial

Polux Comercial Ltda
(41) 3068-3672

De: Pregao Eletronico <pregaoeletronico@clfor.fortaleza.ce.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 25 de outubro de 2024 08:58

Para: Polux - Editais <editais@poluxcomercial.com.br>

Assunto: Fwd: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90345/2024

Prezado,

A descrição do item 11, EDITAL Nº 10139 PROCESSO ADM. Nº P176336/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90345/2024 - UASG: 927744, encontra-se na página 40 do edital, conforme abaixo:

ITEM 11- EXCLUSIVO ME E EPP				
CÓDIGO COMPRASFOR	CÓDIGO CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE

Avenida Heráclito Graça, nº. 750. Centro. CEP 60.140-060. Fortaleza, Ceará, Brasil
Fone: (85) 3452-3483. E-mail: licitacao@clfor.fortaleza.ce.gov.br

Este documento é cópia do original.
Para conferir o original, acesse



Central de
Licitações

FL. | 40

EDITAL Nº 10139 PROCESSO ADM. Nº P176336/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90345/2024 - UASG: 927744

3594973	343907	Descrição: KIT DE SUÇÃO PARA BOMBA A VÁCUO DE USO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM BICO SUCTOR REMOVÍVEL, GIRATÓRIO, AUTOCLAVÁVEL, COM REGULAGEM DE FLUXO, TERMINAL DO SUGADOR COMPLETO, MANGUEIRA PARA SUGADOR, VÁLVULA ELETROPNEUMÁTICA, FIAÇÃO ELÉTRICA PARA CONEXÃO DA VÁLVULA ELETROPNEUMÁTICA A BOM DE VÁCUO, QUANDO A PONTA DO SUGADOR É RETIRADO DO SUPORTE O VÁCUO É ACIONADO AUTOMATICAMENTE, SISTEMA DE ENCAIXE DAS PONTAS RÁPIDA E PRECISA, FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS, PODENDO SER ACOPLADO EM COLUNAS DE REFLETORES OU CANTOS DE ARMÁRIO.	UNIDADE (UN)	38
---------	--------	---	-----------------	----

e código KJMDWX4D

CLFOR/COPREG.

De: "Polux - Editais" <editais@poluxcomercial.com.br>
Para: licitacao@clfor.fortaleza.ce.gov.br
Enviadas: Quinta-feira, 24 de outubro de 2024 17:45:33
Assunto: Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90345/2024

Prezados Senhores, boa tarde!

Temos a intenção de participar do pregão 90345/2024, porém, durante a verificação do edital, observamos que Item 11 - EQUIPO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR DE AR EMBUTIDO E ISENTO DE ÓLEO não possui uma descrição que possamos identificar o item desejado.

A fim de evitarmos possível desclassificação técnica e objetivando ofertar o produto adequado, vimos através deste e-mail solicitar a descrição complementar do item, visto que o descritivo do termo de referência não informa as características técnicas que o equipamento deve possuir.

Desde já agradecemos a atenção e ficamos no aguardo da resposta.

Atenciosamente,
Hanna.
25357



Polux Comercial Ltda
(41) 3068-3672

--

!!!!!!!!!!!!!! ATENÇÃO!!!!!!!!!!!!!! Este email foi recebido de fora dos servidores da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Fique atento. Não clique em links nem preencha formulários solicitando dados como senha de sistemas/email. A PMF não envia mensagens de bloqueio de contas/expiração de senha/limite de quota do Zimbra.

--

!!!!!!!!!!!!!! ATENÇÃO!!!!!!!!!!!!!! Este email foi recebido de fora dos servidores da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Fique atento. Não clique em links nem preencha formulários solicitando dados como senha de sistemas/email. A PMF não envia mensagens de bloqueio de contas/expiração de senha/limite de quota do Zimbra.
