

PARECER TÉCNICO PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO

Nº 170/2025

Setor: NUEST

Data: 12/03/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
CINZEL	RGN / AD INSTRUMENTOS	01 UNIDADE + LAUDO DO AÇO INOXIDÁVEL

ITEM 10

P.E.: 90005/2025 | P370612/2024

ESPECIFICAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
10	CINZEL DE FRATURA, 04MM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO ENTRE 14 E 16 CM DE COMPRIMENTO ANVISA: 80476380011	☒	☐

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Atende a finalidade principal de uso?

(☒) Sim () Não

3. Laudo do aço inoxidável esta de acordo com os padrões exigidos?

(☒) Sim () Não

4. O material atende por completo às especificações exigidas?

(☒) Sim () Não

Observações adicionais, caso se faça necessário:



Saúde



COMISSÃO DE PARECER

Data: 13 03 25

Dr. Breno Pessoa
Cirurgia Plástica
CRM 8642 RQE 41

Ass./Carimbo do Responsável

Telma Maria do N. Elias
Enfermeira
COREN - 61494

Dr. Denison de O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 06/03/2025 Hora: 14:24ph