

PARECER TÉCNICO PARA CURATIVO FIXADOR ESTÉRIL**Nº 325/2025****Setor: CAV****Data: 14/08/2025**

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
CURATIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES	MAXXI VIX COMERCIO / CRAL ARTIGOS	02 UNIDADES

ITEM: 15**P.E.: 90064/2025 / P. Nº: 109080/2025****ESPECIFICAÇÃO****ANVISA: 10379860271**

CURATIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETER, MEDINDO 7X9CM (COM VARIAÇÃO DE ATÉ 2CM). PELÍCULA COM PERMEABILIDADE SELETIVA, PERMITINDO DIFUSÃO GASOSA E EVAPORAÇÃO DE ÁGUA. IMPERMEÁVEL AOS FLUIDOS E MICROORGANISMOS. QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO ÓSTIO DE INSERÇÃO DO CATETER. FENESTRADO, COM BORDAS. COM NO MÍNIMO DUAS FITAS ADESIVAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER. ADERENTE À SUPERFÍCIE SECA ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE QUE ATENDA À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO DO MS.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☐ Sim ☒ NãoJustificativa: não apresenta bordas e, apenas 1 fita.

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa ☐ Ruim

3. Quanto à abertura?

☒ Permite utilização de técnica asséptica
☐ Não permite utilização de técnica asséptica

4. Quanto à adaptação do produto?

☐ Boa ☒ Ruim

5. Quanto à adesividade do produto?

☐ Boa ☒ Ruim

6. Quanto à permeabilidade?

☒ Permeável ☐ Impermeável

7. Quanto ao efeito esperado?

☐ Bom ☒ Ruim

8. Quanto ao resultado do teste?

() Aprovado

(X) Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Solta c/ facilidade.

Data: 14/08/25

Jessica Lima Benevides

Coordenadora CAV IJF

Ass./Cam. de Responsável

COREN-CE 509929


Membro da Comissão de Parecer Técnico

Dr. O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 19375

Data da entrega da amostra no IJF: 12/08/2024 - Hora: 09:35 h