

PARECER TÉCNICO PARA CURATIVO FIXADOR ESTÉRIL
Nº 326/2025

Setor: CAV

Data: 14/08/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
CURATIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES	MAXXI VIX COMERCIO / PROCARE	02 UNIDADES

ITEM: 17

P.E.: 90064/2025 / P. Nº: 109080/2025

ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: 10369469015

CURATIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETER, MEDINDO 9X12CM (COM VARIAÇÃO DE ATÉ 2CM). PELÍCULA COM PERMEABILIDADE SELETIVA, PERMITINDO DIFUSÃO GASOSA E EVAPORAÇÃO DE ÁGUA. IMPERMEÁVEL AOS FLUIDOS E MICROORGANISMOS. QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO ÓSTIO DE INSERÇÃO DO CATETER. FENESTRADO, COM BORDAS. COM NO MÍNIMO DUAS FITAS ADESIVAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER. ADERENTE À SUPERFÍCIE SECA ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE QUE ATENDA À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO DO MS.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

() Sim (X) Não

Justificativa: Espera-se que o curativo tenha bordas que reforcem a aderência.

2. Quanto à identificação do material?

(X) Boa () Ruim

3. Quanto à abertura?

(X) Permite utilização de técnica asséptica
() Não permite utilização de técnica asséptica

4. Quanto à adaptação do produto?

() Boa (X) Ruim

5. Quanto à adesividade do produto?

() Boa (X) Ruim

6. Quanto à permeabilidade?

() Permeável (X) Impermeável

7. Quanto ao efeito esperado?

() Bom (X) Ruim

8. Quanto ao resultado do teste?

() Aprovado

(X) Reprovado


Observações adicionais, caso se faça necessário:

curativo solta c/ facilidade.

Data: 14 / 08 / 25

Jessica Lima Benevides
Coordenadora CAV IJF

Ass./Carimbo do Responsável
COREN-GE 309929


Dr. Denison de O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 9375

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 12/08/2024 - Hora: 09:35 h