

PARECER TÉCNICO PARA CURATIVO FIXADOR ESTÉRIL

Nº 315/2025

Setor: CAV

Data: 07/08/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
CURATIVO PARA FIXAÇÃO DE CATÉTERES	UNIAO SUL / CRAL ARTIGOS	02 UNIDADES

ITEM: 19

P.E.: 90064/2025 / P. Nº: 109080/2025

ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: 10379860234

CURATIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES, MEDINDO 8,5CM X 11,5CM, COM VARIAÇÃO DE ATÉ 2CM, COMPOSTO POR PELÍCULA POSSUINDO PERMEABILIDADE SELETIVA, PERMITINDO DIFUSÃO GASOSA E A EVAPORAÇÃO DE ÁGUA. IMPERMEÁVEL AOS FLUIDOS E MICROORGANISMOS. COM BORDAS DE TELA SUAVE EM TODA EXTENSÃO DO FILME. COM FENDA, ADERENTE À SUPERFÍCIE SECA ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO MS.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

() Sim (X) Não

Justificativa: o produto não apresenta bordas de tela suave em toda extensão.

2. Quanto à identificação do material?

(X) Boa () Ruim

3. Quanto à abertura?

(X) Permite utilização de técnica asséptica
() Não permite utilização de técnica asséptica

4. Quanto à adaptação do produto?

(X) Boa () Ruim

5. Quanto à adesividade do produto?

() Boa (X) Ruim

6. Quanto à permeabilidade?

() Permeável (X) Impermeável

7. Quanto ao efeito esperado?

() Bom (X) Ruim

8. Quanto ao resultado do teste?

() Aprovado

(X) Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

O material não cumpre o descritivo, pela ausência das bordas, não possui aderência esperada.

Data: 13 / 08 / 25

Jessica Lima Benevides
Coordenadora CAV IJF
Ass: 06/08/2025
Responsável

Membro da Comissão de Recuperação Técnica

Dr. Denilson de O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
Ass: 06/08/2025

Data da entrega da amostra no IJF: 06/08/2024 - Hora: 10:00 h