

PARECER TÉCNICO PARA COMPRESSA DE TNT EMBEBIDA EM ALCOL
Nº 304/2025

Setor: CAV

Data: 04/08/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
COMPRESSA DE TNT EMBEBIDA EM ALCOL	M C VITORINO / STERILANCE	02 UNIDADES

ITENS: 20

P.E.: 90064/2025 | P. Nº: 109080/2025

COMPRESSA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) UMEDECIDO EM ALCOL ISOPROPÍLICO A 70%, NÃO INFLAMÁVEL, RECOMENDADO PARA ANTISSEPSIA DA PELE E ASSEPSIA DE DISPOSITIVOS MÉDICO-HOSPITALARES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE TERMOSSELADO, LACRADO, EM POLÍMERO PLÁSTICO COM REVESTIMENTO ALUMINIZADO. COM MEDIDAS DE 2,5X3,5 CM (COM VARIAÇÃO DE ATÉ 3CM). ANVISA: 10150470488

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?
(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à embalagem?

(☒) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

(☒) Bom () Ruim

5. Quanto a assepsia?

(☒) Boa/quantidade de álcool adequada () Ruim/pouco álcool para assepsia

6. Quanto à secagem pós assepsia?

(☒) Boa/seca no tempo adequado () Ruim/demora para secar

7. Resultado do teste?


(X) Aprovado

() Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 05 / 08 / 25

Jessica Lima Benevides
Coordenadora CAV IJF
COREN-CE 300029
Ass./Carimbo do Responsável


Membro da Comissão de Parecer Técnico

Jr. Denilson S. O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 3376

Data da entrega da amostra no IJF: 01/08/2025 Hora: 14h: 53min