

PARECER TÉCNICO Nº 372/2025

Setor: CAV

Data: 15/09/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
CURATIVO PARA FIXAÇÃO DE CATETER	BACE / PHARMAPORE	02UND/ITEM

P.E.: 90064/2025 / P109080/2025

ITEM/ ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: 80170319008

15. Curativo para fixação de cateter, medindo 7x9cm (com variação de até 2cm). Película com permeabilidade seletiva, permitindo difusão gasosa e evaporação de água. Impermeável aos fluidos e microorganismos. Que permita a visualização do óstio de inserção do cateter. Fenestrado, com bordas. Com no mínimo duas fitas adesivas para estabilização do cateter. Aderente à superfície seca estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade que atenda à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro do MS..

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

() Sim (X) Não

Justificativa: o produto não apresenta bordas
conforme descritivo.

2. Quanto à identificação do material?

(X) Boa () Ruim

3. Quanto à abertura?

(X) Permite utilização de técnica asséptica
() Não permite utilização de técnica asséptica

4. Quanto à adaptação do produto?

(X) Boa () Ruim

5. Quanto à adesividade do produto?

(X) Boa () Ruim

6. Quanto à permeabilidade?

() Permeável (X) Impermeável

7. Quanto ao efeito esperado?

(X) Bom () Ruim

Instituto Dr. José Frota - IJF

8. Quanto ao resultado do teste?

() Aprovado (X) Reprovado


Observações adicionais, caso se faça necessário:

produto não atende ao descritivo.

Data: 16 / 09 / 2025

Ana Livia Araújo Girão
Comissão de Acesso Vascular - CAV IJF
COREN-CE 980.595 - ENF

Ass./Carimbo do Responsável


Membro da Comissão de Parâmetro Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 12/09/2025 - Hora: 16:30 h