

AO

INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA/IJF

PREGÃO ELETRONICO Nº 90064/2025 – ABERTURA: 24/06/2025

Bace Comércio Internacional Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.411.780/0001-26 e Inscrição Estadual nº 206.456.824.110, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Copacabana, 325, empresarial 18 do Forte, Barueri, São Paulo, vem, por intermédio de seu representante infra-assinado perante V. S<sup>a</sup>, tempestivamente, solicitar **ESCLARECIMENTOS** referente às especificações dos itens 17 e 18 do Anexo I do edital supra, cujo objeto é aquisição de material, conforme abaixo esposado:

| ITEM  | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/18 | Curativo para fixação de cateter, medindo 9x12cm (com variação de até 2cm). Película com permeabilidade seletiva, permitindo difusão gasosa e evaporação de água. Impermeável aos fluidos e microorganismos. Que permita a visualização do óstio de inserção do cateter. Fenestrado, com bordas. Com no mínimo duas fitas adesivas para estabilização do cateter. Aderente à superfície seca estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade que atenda à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro do MS. |

## 1. DAS ESPECIFICAÇÕES

Ao proceder a análise do referido edital referente aos itens 17 e 18 identificamos que é o mesmo item registrado na Ata de Registro de Preços nº 325/2025, assinada em 12/06/2025, com registro de 39.375 unidades.

Diante disso, solicitamos esclarecimentos quanto à motivação para a nova licitação do referido item, considerando que:

- A ata vigente foi assinada em 12/06/2025, com validade até 06/2026;
- Não houve, até o momento, comunicação formal de rescisão, cancelamento ou esgotamento do quantitativo registrado, até porque não recebemos empenho do item;
- A manutenção da ata vigente contribui para a economicidade e eficiência administrativa, evitando duplicidade de processos e garantindo o cumprimento do planejamento de compras.

## 2. DO PEDIDO

Considerando todo acima exposto a recorrente requer com supedâneo na Lei nº. 14.133/21, bem como as demais legislações vigentes, o recebimento, análise e admissão desta peça. Solicitamos esclarecimentos formais quanto à razão da nova licitação para o item já registrado em ata vigente.

Caso se trate de erro ou duplicidade, a exclusão do item do certame em questão;  
Caso contrário, que sejam informados os fundamentos legais e administrativos que justificam a nova contratação

**BARUERI, 17 DE JUNHO DE 2025.**

*Leticia Moraes*

---

**BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA**

**LETICIA BATISTA MORAES**

**ANALISTA DE LICITAÇÃO**

**RG: 39.883.047-2 SSP/SP**

**CPF: 482.155.618-96**