

PARECER TÉCNICO Nº 375/2025

Setor: EMERGÊNCIA

Data: 19/09/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u> TUBO ENDOTRAQUEAL	<u>EMPRESA / MARCA</u> J.R. COMERCIO DE FIOS / HFA	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u> 02 UNIDADES
--	--	--

P.E.: 90095/2025 | PROCESSO: P119440/2025

ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: 80081499006

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
18	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE 8,0MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, CALIBRE Nº 32, GRADUAÇÃO CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	X	

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(X) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(X) Boa () Ruim

3. Quanto à adaptação ao equipamento?

(X) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

(X) Bom () Ruim

5. Quanto à flexibilidade do tubo?

(x) Boa

() Ruim

6. Quanto a resistência do balonete?

(x) Boa

() Ruim


Observações adicionais, caso se faça necessário:

O produto está de acordo com o descrito e boa usabilidade.

Data: 01 / 10 / 25

Ass./Carimbo do Responsável


Jaqueline Mineu
Coordenadora Nueme
CORENCE 511.296 - ENF


J. Leilson de O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 9375

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 17/09/2025. Hora: 13:20 h