

PARECER TÉCNICO Nº 370/2025

Setor: UTI

Data: 11/09/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
TUBO ENDOTRAQUEAL	DISTRIBUIDORA MUNDIAL/ SOLIDOR	02 UNIDADES DE CADA ITEM

P.E.: 90095/2025 | PROCESSO: P119440/2025

ESPECIFICAÇÃO

ANVISA:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
01	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALONETE 2,5MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOACAS, GRADUAÇÃO CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE	X	
03	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALONETE 3,5MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOACAS, GRADUAÇÃO CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE	X	
04	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALONETE 4,0MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOACAS, GRADUAÇÃO CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	X	
05	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALONETE 4,5MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOACAS, GRADUAÇÃO	X	

	CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.		
--	---	--	--

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(X) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(X) Boa () Ruim

3. Quanto à adaptação ao equipamento?

(X) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

(X) Bom () Ruim

5. Quanto à flexibilidade do tubo?

(X) Boa () Ruim

6. Quanto a resistência do balonete?

() Boa () Ruim

não se aplica

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 17 / 09 / 25

Cyrtone Martins

Ass./Carimbo do Responsável

Dr. Ayrton Martins
Pediatria
CRM 20013/RQE 12.000

Dr. Denilson de O. Souza Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 9877

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 11/09/2025. Hora: 10:00 h

ASIA TRON
PORTALIA

PORTALIA
ASIA TRON

ASIA TRON
PORTALIA

ASIA TRON
PORTALIA

ASIA TRON
PORTALIA

ASIA TRON
PORTALIA

ASIA TRON
PORTALIA

ASIA TRON
PORTALIA