

PARECER TÉCNICO PARA FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL
Nº 342/2025

Setor: UTI

Data: 25/08/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
TUBO ENDOTRAQUEAL	ALPHA MEDICAMENTOS / GLOMED	02 UNIDADES DE CADA ITEM

ITEM: 31 (AMPLA CONCORRÊNCIA) E 32 (COTA RESERVADA)
P.E.: 90095/2025 | PROCESSO: P119440/2025

ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: 80273450037

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
08	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE 4,0MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, CALIBRE Nº 16, GRADUAÇÃO CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	X	
09	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE 4,5MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, CALIBRE Nº 18, GRADUAÇÃO CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	X	
10	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE 5,0MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, CALIBRE Nº 20, GRADUAÇÃO CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	X	
11	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE 5,5MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, CALIBRE Nº 22, GRADUAÇÃO CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	X	

	EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.		
12	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE 6,0MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, CALIBRE Nº 24, GRADUAÇÃO CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	X	
13	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE 6,5MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, CALIBRE Nº 26, GRADUAÇÃO CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	X	
20	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE 9,0MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, CALIBRE Nº 36, GRADUAÇÃO CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	X	

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(X) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(X) Boa () Ruim

3. Quanto à adaptação ao equipamento?

(X) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

(X) Bom () Ruim

5. Quanto à flexibilidade do tubo?

(X) Boa () Ruim

6. Quanto a resistência do balonete?

(X) Boa () Ruim

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Kariz Vilanova
Enfermeira
COREN-CE 233912
Coordenação UTI IJF

Kariz Vilanova

Dra. Lenise Fernandes
Coordenação Técnica
Fisioterapia - UTI - IJF
CREFITO 6112F

Data: 27 / 08 / 2025

Lenise C. B. C. Fernandes

Ass./Carimbo do Responsável

[Signature]
Dr. Denilson de O. Costa
Diretor Técnico - IJF
CRM 9375

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 22/08/2025. Hora: 15:30 h

