

PARECER TÉCNICO PARA FIXADOR DE TUBO
Nº 330/2025

Setor: CENTRO CIRURGICO

Data: 21/08/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
TUBO ENDOBRONQUIAL	DLM / DLM	02 UNIDADES

ITEM: 29 (AMPLA CONCORRÊNCIA) E 30 (COTA RESERVADA)
P.E.: 90095/2025 | PROCESSO: P119440/2025

ESPECIFICAÇÃO

TUBO ENDOBRONQUIAL NÚMERO 35, ESQUERDO, EM PVC, COM LÚMEN DUPLO (BRONQUIAL E TRAQUEAL), BALÕES COM VÁLVULAS INDIVIDUAIS/UNIDIRECIONAIS E LINHA RADIOPACA. COMPOSIÇÃO DO KIT: TUBO ENDOBRONQUIAL, FIO GUIA EM ALUMÍNIO FLEXÍVEL, 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO, 02 CONECTORES DE 15 MM, 02 CONECTORES COM ENTRADA PARA BRONCOSCÓPIO E 01 Y PARA CONEXÃO AO SUPORTE VENTILATÓRIO. KIT DESCARTÁVEL E ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. **ANVISA: 82059269015**

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à adaptação ao equipamento?

(☒) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

(☒) Bom () Ruim

5. Quanto à flexibilidade do tubo?

(☒) Boa () Ruim

6. Resultado do teste:

(☒) Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 25 / 08 / 25

Dra. Marilman M. B. Zan
Coordenadora Nucan IJF
8723

Ass./Carimbo do Responsável

Denison de O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 9375

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 13/08/2025. Hora: 15:26 h