

PARECER TÉCNICO Nº 546/2025

Setor: EMERGÊNCIA

Data: 30/12/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE</u>
TUBO ENDOTRAQUEAL	J.R. COMERCIO / HFA	02 UNIDADES

P.E.: 90095/2025 | PROCESSO: P119440/2025

ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: 80081499006

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
15	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE 7,5MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, CALIBRE Nº 30, GRADUAÇÃO CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	X	

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(**X**) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(**X**) Boa () Ruim

3. Quanto à adaptação ao equipamento?

(**X**) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

(**X**) Bom () Ruim

5. Quanto à flexibilidade do tubo?

(**X**) Boa () Ruim

6. Quanto a resistência do balonete?

(**X**) Boa () Ruim

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 05 / 01 / 2025

Dra. Marilman M. B. Zan
Coordenadora Núcleo IJF
CRM 8723

Ass./Carimbo do Responsável


Dr. Denilson de O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 19375

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 29/12/2025. Hora: 11:29 h