

PARECER TÉCNICO Nº 473/2025

Setor: UTI

Data: 03/11//2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE</u>
FIXADOR DE TUBO	MR HOSPITALAR / HOLLISTER	02 UNIDADES

ITEM: 27

P.E.: 90095/2025 | PROCESSO: P119440/2025

ESPECIFICAÇÃO

FIXADOR DE TUBO - DISPOSITIVO PARA FIXAR TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL (5 A 10MM), COM BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA DE HIDROCOLÓIDE ADERENTE AO ROSTO, COM BRAÇADEIRA DO TUBO DE ENCAIXE PRENDENDO O TUBO E TIRA ACOLCHOADA DE PESCOÇO AJUSTÁVEL, NÃO CONTÉM LÁTEX. **ANVISA: 10326409027**

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa () Ruim

3. Quanto à adaptação?

☒ Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

☒ Bom () Ruim

5. Quanto à aderência?

☒ Boa () Ruim

6. Quanto ao resultado de fixação do tubo?

☒ Bom () Ruim

7. **Resultado do teste:**

☒ Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 10 / 11 / 25

Ass./Carimbo do Responsável

Dalva Araújo de Oliveira
Coordenadora INUT/ IJF
COREN-CE 238172

M^a Alessandra O. Leitão
Gerência de Urgência e Emergência / IJF
CREMEC 10456

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 03/11/2025. Hora: 15:58 h

PARECER TÉCNICO Nº 475/2025

Setor: EMERGÊNCIA

Data: 07/11/2025

MATERIAL TESTADO TUBO ENDOTRAQUEAL	EMPRESA / MARCA J&G PHARMA/ MEDIX	QUANTIDADE 02 UNIDADES
--	---	----------------------------------

P.E.: 90095/2025 | PROCESSO: P119440/2025

ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: 10369460218

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
07	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALONETE 5,5MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, GRADUAÇÃO ENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.		

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa () Ruim

3. Quanto à adaptação ao equipamento?

☒ Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

☒ Bom () Ruim

5. Quanto à flexibilidade do tubo?

☒ Boa () Ruim

6. Quanto a resistência do balonete?

() Boa () Ruim *não se aplica.*

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Tubo endotraqueal sem balonete.

Data: 11 / 11 / 25


Érika da Silva Bandeira
Coordenadora Nueme
COREN-CE 483.632 - ENF

Ass./Carimbo do Responsável

M^a Alessandra O. Leitão
Gerência de Urgência e Emergência / IJF
CREMEO 10456

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 04/11/2025. Hora: 14:35 h

PARECER TÉCNICO Nº 489/2025

Setor: UTI

Data: 14/11/2025

MATERIAL TESTADO	EMPRESA / MARCA	QUANTIDADE
TUBO ENDOTRAQUEAL	FG COMERCIAL / SOLIDOR	02 UNIDADES

P.E.: 90095/2025 | PROCESSO: P119440/2025

ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: 10369460212

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
21	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE ARAMADO (6,0MM) - SONDA ARAMADA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, REUSÁVEL, CALIBRE Nº 26, LONGA COM BALÃO, DE VEDAÇÃO E RESPECTIVO SISTEMA DE CONTROLE, CONFECCIONADO EM LÁTEX DE QUALIDADE APROPRIADA E O ARAMA ESPIROLADO EM METAL, ISENTA DE DEFEITOS E REBABAS. COM IDENTIFICAÇÃO DO Nº DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E CARÁTER PERMANENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	✓	
24	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE ARAMADO (7,5MM) - SONDA ARAMADA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, REUSÁVEL, CALIBRE Nº 32, LONGA COM BALÃO, DE VEDAÇÃO E RESPECTIVO SISTEMA DE CONTROLE, CONFECCIONADO EM LÁTEX DE QUALIDADE APROPRIADA E O ARAMA ESPIROLADO EM METAL, ISENTA DE DEFEITOS E REBABAS. COM IDENTIFICAÇÃO DO Nº DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E CARÁTER PERMANENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	✓	
25	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE ARAMADO (8,0MM) - SONDA ARAMADA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, REUSÁVEL, CALIBRE Nº 34, LONGA COM BALÃO, DE VEDAÇÃO E RESPECTIVO SISTEMA DE CONTROLE, CONFECCIONADO EM LÁTEX DE QUALIDADE APROPRIADA E O ARAMA ESPIROLADO EM METAL, ISENTA DE DEFEITOS E REBABAS. COM IDENTIFICAÇÃO DO Nº DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E CARÁTER PERMANENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	✓	

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa () Ruim

3. Quanto à adaptação ao equipamento?

(X) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

(X) Bom () Ruim

5. Quanto à flexibilidade do tubo?

(X) Boa () Ruim

6. Quanto a resistência do balonete?

(X) Boa () Ruim

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 25 / 11 / 25

Dra. Glória Menezes
Anestesiologista
CRM: 10092 RQE: 5511

Ass. / Carimbo do Responsável

Giovanna Eliza F. S. Freitas

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Giovanna Eliza F. Sampaio Freitas
Assessora Técnica - ASCAU

Data da entrega da amostra no IJF: 12/11/2025. Hora: 14:20 h

PARECER TÉCNICO Nº 493/2025

Setor: UTI

Data: 18/11/2025

MATERIAL TESTADO TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE	EMPRESA / MARCA ALTERNATIVA / SOLIDOR	QUANTIDADE 02 UNIDADES
--	---	----------------------------------

P.E.: 90095/2025 | PROCESSO: P119440/2025

ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: 10369460212

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
23	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE ARAMADO (7,0MM) -SONDA ARAMADA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, REUSÁVEL,CALIBRE Nº 30, LONGA COM BALÃO, DE VEDAÇÃO E RESPECTIVO SISTEMA DE CONTROLE, CONFECCIONADO EM LÁTEX DE QUALIDADE APROPRIADA E O ARAMA ESPIROLADO EM METAL, ISENTA DE DEFEITOS E REBABAS. COM IDENTIFICAÇÃO DO Nº DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E CARÁTER PERMANENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	✓	
26	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE ARAMADO (8,5MM) - Sonda ARAMADA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, REUSÁVEL, CALIBRE Nº 36, LONGA COM BALÃO, DE VEDAÇÃO E RESPECTIVO SISTEMA DE CONTROLE, CONFECCIONADO EM LÁTEX DE QUALIDADE APROPRIADA E O ARAMA ESPIROLADO EM METAL, ISENTA DE DEFEITOS E REBABAS. COM IDENTIFICAÇÃO DO Nº DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E CARÁTER PERMANENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE	✓	

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa () Ruim

3. Quanto à adaptação ao equipamento?

☒ Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

☒ Bom () Ruim

5. Quanto à flexibilidade do tubo?

☒ Boa () Ruim


6. Quanto a resistência do balonete?

(X) Boa () Ruim

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 25 / 11 / 25

Dra. Gloria Menezes
Anestesiologista
CRM: 10092 RQE: 5511


Ass./Carimbo do Responsável


Membro da Comissão de Pareceres
Assessoria Técnica

Data da entrega da amostra no IJF: 17/11/2025. Hora: 10:21 h