

PARECER TÉCNICO Nº 408/2025

Setor: EMERGÊNCIA

Data: 06/10/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
TUBO ENDOTRAQUEAL	ALPHA MEDICAMENTOS / GLOMED	02 UNIDADES

P.E.: 90095/2025 | PROCESSO: P119440/2025

ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: 80273450037

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
14	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE 7,0MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOACAS, CALIBRE Nº 28, GRADUAÇÃO CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	✓	
16	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE 7,5MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOACAS, CALIBRE Nº 30, GRADUAÇÃO CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	✓	
17	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE 8,0MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOACAS, CALIBRE Nº 32, GRADUAÇÃO CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	✓	
19	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE 8,5MM - CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO-SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOACAS, CALIBRE Nº 34, GRADUAÇÃO CENTIMETRADA CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO, DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	✓	

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à adaptação ao equipamento?

(☒) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

(☒) Bom () Ruim

5. Quanto à flexibilidade do tubo?


(☒) Boa () Ruim

6. Quanto a resistência do balonete?


(☒) Boa () Ruim

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 20 / 10 / 25


Renile Mineu
Coordenadora Nuema
COREN-CE 54.296-ENF

Ass./Carimbo do Responsável


Membro da Comissão de Parecer Técnico

O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
DRM 9375

Data da entrega da amostra no IJF: 03/10/2025. Hora: 08:20 h