

PARECER TÉCNICO PARA PAPEL TERMOSENSÍVEL E DE REGISTRO
Nº 136/2025

Setor: NUCIR

Data: 19/02/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
PAPEL DE REGISTRO	DISTRIBUIDORA MUNDIAL / FOURSTAR	01 UND / ITEM

ITENS: 02 e 04
P.E.: 90442/2024

I P. Nº: 293799/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
02	PAPEL DE REGISTRO TERMOSENSÍVEL BRANCO para impressão de traçado eletrocardiográfico, 58mm (largura) x 15m (comprimento máximo) x 40mm, compatível com cardioversor Dualmax da marca INSTRAMED.	X	
04	PAPEL DE REGISTRO TERMOQUÍMICO <u>sem linhas de grade</u> , para impressão de traçado eletrocardiográfico, 50mm (largura) x 20m (comprimento), compatível com cardioversor Efficia DFM100 da marca PHILIPS.		X

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?
(X) Sim *item 02* (X) Não *item 04*

Justificativa: Item 02 está aprovado.

O item 04 está reprovado por não estar de acordo com o descrito.

2. Quanto à identificação do material?
() Boa (X) Ruim
3. Quanto à apresentação?
(X) Boa () Ruim
4. Quanto à compatibilidade com o aparelho?
(X) Compatível () Incompatível
5. Quanto ao tamanho?
(X) Conforme descrito () Divergente do descrito
6. Quanto ao registro do traçado?
(X) Registra bem () Não registra bem
7. Atende à necessidade da instituição?
(X) Sim () Não

Observações adicionais, caso se faça necessário:

O item 04 não está aprovado por estar descrito "Sem linhas de grade" e o produto possui as linhas de grade.
O item 02 está aprovado.

Data: 26 / 02 / 25


Dr. Denilson de O. Couto Ribeiro
Enfermeiro Patologista
CORENCE 511236- ENF

Ass./Carimbo do Responsável


Dr. Denilson de O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 9375

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 14/02/2025 Hora: 08h: 18min