

PARECER TÉCNICO PARA CAPA PROTETORA
Nº 182/2025

Setor: CENTRO CIRURGICO

Data: 20/03/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
CAPA PROTETORA	SELLENE / AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP	01 UND / ITEM

ITEM: 09

P.E.: 90442/2024

I P. Nº: 293799/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
02	CAPA PROTETORA, MATERIAL EXTERNO POLIETILENO BAIXA DENSIDADE, SEM COSTURA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO INTENSIFICADOR DE IMAGENS, DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 110 X 60 CM, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO	☒	☐

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa () Ruim

3. Quanto à apresentação?

☒ Boa () Ruim

4. Quanto à compatibilidade com o aparelho?

☒ Compatível () Incompatível

5. Quanto ao tamanho?

☒ Conforme descrito () Divergente do descrito

6. Atende à necessidade da instituição?

☒ Sim () Não

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 21 / 03 / 25

Dra. Gloria Menezes
Anestesiologista
CRM: 10092 RQE 6511

Ass./Carimbo do Responsável

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 20/03/2025 Hora: 10h: 40min

PARECER TÉCNICO PARA CANETA PARA APARELHO DE ECG
Nº 191/2025

Setor: ENGENHARIA CLINICA

Data: 31/03/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
CANETA PARA PARELHO DE ECG	PROEL/ PILOT DIXTAL	01 UND / ITEM

ITEM: 8

P.E.: 90442/2024

I P. Nº: 293799/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
08	CANETA PARA APARELHO DE ECG, Compatível com o aparelho eletrocardiograma dixtal.	X	

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(X) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(X) Boa () Ruim

3. Quanto à apresentação?

(X) Boa () Ruim

4. Quanto à compatibilidade com o aparelho?

(X) Compatível () Incompatível

5. Quanto ao traçado de registro?

(X) Conforme descrito () Divergente do descrito

6. Atende à necessidade da instituição?

(X) Sim () Não

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 01 / 04 / 2025

Antônio Adeley Leite

Ass./Carimbo do Responsável

Circe Venturini de O. Santos

Gerente GEM/ IJF

Mat. 11419303

Dr. Denison de O. Couto Ribeiro
Membro da Comissão de Parecer Técnico

Dr. Denison de O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 9585

Data da entrega da amostra no IJF: 27/03/2025 Hora: 14h: 56 min

PARECER TÉCNICO PARA CAPA PROTETORA

Nº 195/2025

Setor: CENTRO CIRURGICO


Data: 01/04/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
CAPA PROTETORA	NEKTAR / HEALTH QUALITY	01 UND / ITEM

ITEM: 10

P.E.: 90442/2024

I P. Nº: 293799/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
10	CAPA PROTETORA , material externo polietileno baixa densidade, sem costura transparente, aplicação intensificador de imagens, dimensões: aproximadamente 110 x 60 cm, embalados individualmente, estéril e de uso único. ANVISA: 80166330011	 Carlos Renato de S. Gondim Ortopedia e Traumatologia CREMEC 7059 RQE 3065	

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à apresentação?

(☒) Boa () Ruim

4. Quanto à compatibilidade com o aparelho?

(☒) Compatível () Incompatível

5. Quanto ao tamanho?

(☒) Conforme descrito () Divergente do descrito

6. Atende à necessidade da instituição?


(☒) Sim () Não

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 09 / 04 / 25

Ass./Carimbo do Responsável

Memoro da Comissão d


Dr. Davidson de O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 9375

Data da entrega da amostra no IJF: 31/03/2025 Hora: 12h: 37 min