

**DESPACHO Nº 250/2025**

| Nº DO PROCESSO                             | DE               |
|--------------------------------------------|------------------|
| P040736/2025                               | IJF/COPTEC       |
| INTERESSADO                                | PARA             |
| Instituto Dr. José Frota - IJF             | SELIFOR/COPREG   |
| ASSUNTO                                    | DATA DO DESPACHO |
| Encaminhamento de amostras - PE 90108/2025 | 20/10/2025       |

1. Visto;
2. Atendendo ao DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA, por meio do qual foram encaminhados os autos do processo em epígrafe, referente ao **Pregão Eletrônico n.º 90108/2025**, com prazo final para apresentação das amostras estipulado para **02/10/2025**, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: EQUIPOS GRAVITACIONAIS, EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO E INFUSOR ELASTOMÉRICO**.

Informamos o que segue:

1. ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ITENS 06 E 08; A empresa apresentou código de rastreio, mas a entrega ocorreu apenas para o item 06. Esse foi avaliado pelo Parecer Técnico nº **430/2025** e obteve o resultado de Aprovado. O item 08 não foi apresentado amostra.
2. DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ITEM 13; a empresa apresentou amostra a qual foi avaliada pelo Parecer Técnico nº **417/2025**, obtendo o resultado Aprovado.
3. Encaminham-se, em anexo, os pareceres supracitados para conhecimento e providências cabíveis.

**GIOVANNA ELIZA FERREIRA SAMPAIO FREITAS**

Comissão Multiprofissional de Controle do Padrão Qualidade (Parecer Técnico)

Coordenadora



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número HECF47FJ

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 4795677 e código HECF47FJ

Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

**ASSINADO POR:**

Assinado por: GIOVANNA ELIZA FERREIRA SAMPAIO FREITAS em 21/10/2025

**PARECER TÉCNICO Nº 417/2025**

**Setor: CENTRO CIRÚRGICO**

**Data: 09/10/2025**

|                                                              |                                                                     |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b><u>MATERIAL TESTADO</u></b><br>Extensor de prime reduzido | <b><u>EMPRESA / MARCA</u></b><br>DISTRIBUIDORA MUNDIAL /<br>BIOSANI | <b><u>QUANTIDADE FORNECIDA</u></b><br>02 UNIDADES |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

**P.E.: 90108/2025 | PPROCESSO: P040736/2025**

**ITEM / ESPECIFICAÇÃO**

**ANVISA: 80286000046**

13. Extensor de prime reduzido adequado para uso em bomba infusora de seringa. Confeccionado em Polietileno, livre de PVC, transparente com aproximadamente 50 cm de comprimento, com diâmetro interno de 1,0 mm (3 F) e externo de 2,0 mm, prime de 0,35ml a 0,4 ml. Conexão luer lock macho em uma extremidade e fêmea na outra extremidade. Embalagem individual em papel de grau cirúrgico de fácil abertura. Esterilizado por óxido de etileno. Rótulo contendo informações de acordo com a RDC 185/2001. Registro no MS.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim      ( ) Não

Justificativa: \_\_\_\_\_

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa      ( ) Ruim

3. Quanto à selagem/integridade?

☒ Uniforme      ( ) Com falhas      ( ) Aberta

4. Quanto à abertura?

☒ Facilidade, "Boa Pega"      ( ) "Pega" insuficiente ou inadequada

5. Quanto à adaptação?

☒ Boa/sem vazamento      ( ) Não adapta bem/solta com facilidade.

6. Resultado do teste?

☒ Aprovado      ( ) Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 14 / 10 / 2025

Ass./Carimbo do Responsável

Dr. Denilson de O. Costa Ribeiro  
Diretor Técnico - IJF  
CRM 10092

Dra. Gloria Menezes  
Anestesiologista  
CRM: 10092 RQE: 5511

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 08/10/2025 Hora:15:51h

**PARECER TÉCNICO Nº 430/2025**

Setor: EMERGÊNCIA

Data: 13/10/2025

| <u>MATERIAL TESTADO</u> | <u>EMPRESA / MARCA</u>     | <u>QUANTIDADE SOLICITADA</u> |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| EQUIPO GRAVITACIONAL    | ALPHA MEDICAMENTOS / MEDIX | 02 UNIDADES                  |

P.E.: 90108/2025

I P. Nº: P040736/2025

ITEM / ESPECIFICAÇÃO:

ANVISA: 80495510112

6. Equipo gravitacional para administração de soluções parenterais macrogotas (1mL = 20 gotas), medindo no mínimo 120 cm, em PVC transparente, flexível, atóxico, apirogênico. Câmara gotejadora flexível com filtro respirador de 0,2 micras. Ponta perfurante com tampa. Roleta regulador de fluxo de alta precisão. Injetor lateral autocicatrizante. Conector luer lock, com tampa. Estéril, descartável. Embalado individualmente, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro no INMETRO e órgão competente.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim ( ) Não

Justificativa: \_\_\_\_\_

2. Identificação do material?

☒ Boa ( ) Ruim

3. Quanto à apresentação do material?

☒ Tubo SEM dobras e/ou colapamento ( ) Tubo COM dobras e/ou colapamento

4. Quanto à abertura?

☒ Boa ( ) Ruim

5. Quanto ao regulador de fluxo?

☒ Regula o fluxo adequadamente ( ) Não regula o fluxo adequadamente

6. Quanto à adaptação?

☒ Adapta bem/sem vazamento ( ) Adapta mal

7. Quanto ao injetor lateral?

☒ Boa vedação após o uso ( ) Vedação ruim ( ) Não se aplica

8. Quanto à fluidez das soluções?

☒ Boa ( ) Ruim

9. Resultado do teste:

(✓) Aprovado

( ) Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 20 / 10 / 25

Ass. Carimbo do Responsável

União de Saúde de Fortaleza - IJF  
Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 13/10/2025 Hora: 15:30 h