



Prefeitura de Fortaleza

Sistema de Protocolo Único

DADOS GERAIS

Nº do Processo: P104881/2025

Data Abertura: 14/03/2025 - 10:51

Tempo: 2 horas, 47 minutos e 32 segundos

Status: Recebido

TIPO: - Licitação

Assunto: - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Prioridade: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Virtual: Sim

Proprietário: CLFOR/PROTOCOLO* - Recepção do Protocolo

Local Atual: CLFOR/COPREG - Coordenadoria de Pregões

MANIFESTANTE

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 52.496.119/0001-09

Nome: B. D. R. Comercio De Equipamentos Ltda

Sexo: Masculino

Responsável: Nenhum

Telefones: 1836212782 (Comercial)

Email: licitacao2@kcrequipamentos.com.br

Endereço: até 151/152, SP / Araújoatuba / Parque Industrial / Rua Marechal Mascarenhas de Moraes / até 151/152, 16075-370

Localidade: Dionísio Torres, Fortaleza, Ceará

Observação: Nenhum

Corpo do Processo:

Olá bom dia gostaria de esclarecimento do Pregão Eletrônico

90014/2025 - OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E MATERIAIS HOSPITALARES III, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. Referente ao item 16 - balança antropométrica infantil digital capa té 16kg , balança digital, antropométrica para medir e pesar pacientes; alimentação elétrica compatível com 220vca , 60hz; display digital de 6, dígitos para visualização de peso; coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi; piso feito com material antiderrapante; pés nivelados feitos com material antiderrapante; sistema de medição de altura em metros, com régua em alumínio anodizado, medindo pelo menos até 2 metros, com graduação de 0,5cm e 0,5cm; 2 sistema de medição de peso em kg, medindo pelo menos até 16 kg, com divisão de fração 100g; certificado de calibração do metro; acompanham manuais de operação e serviço em português; garantia mínima de 24 meses; produto deve atender padronização iec 60601; obrigatoriedade de assistência técnica local permanente em fortaleza modo de operação/capacidade: digital/ até 16kg.

O item

em questão refere-se a uma Balança para pesagem de crianças ou adultos? Pois no descritivo está com as especificações misturada.

Nº de Folhas: 0

Nº de Volumes: 0

ARQUIVOS ANEXADOS

Nome	Tipo
------	------

MOVIMENTAÇÕES

05 CLFOR/COPREG (Coordenadoria de Pregões)
recebeu o processo

Recebido por Romero Ramony Holanda Lima Marinho em Sexta, 14 de Março de 2025 às 11:03:30 (duração: menos de 1 segundo)

Detalhes:

Prioridade : Ordinário (Normal)
Nº de arquivos: 0, Nº folhas : 0

04 CLFOR/PROTOCOLO* (Recepção do Protocolo)
encaminhou o processo para CLFOR/COPREG (Coordenadoria de Pregões)

Encaminhado por Francisca Lúcia Lourenço De Oliveira em Sexta, 14 de Março de 2025 às 10:55:25 (duração: menos de 1 segundo)

Detalhes:

Despacho : PARA ANÁLISE, Prioridade : Ordinário (Normal)
Nº de arquivos: 0, Nº folhas : 0

03 CLFOR/PROTOCOLO* (Recepção do Protocolo)
recebeu o processo

Recebido por Francisca Lúcia Lourenço De Oliveira em Sexta, 14 de Março de 2025 às 10:55:01 (duração: menos de 1 segundo)

Detalhes:

Prioridade : Ordinário (Normal)
Nº de arquivos: 0, Nº folhas : 0

02 CLFOR/PROTOCOLO* (Recepção do Protocolo)
encaminhou o processo para CLFOR/PROTOCOLO* (Recepção do Protocolo)

Encaminhado por Spu Cidadão em Sexta, 14 de Março de 2025 às 10:51:18 (duração: menos de 1 segundo)

Detalhes:

Despacho : ENCAMINHAMENTO PROCESSO EXTERNO POR SPU VIRTUAL Nº 260327 : 2025-03-14 10:51:20 -0300,
Prioridade : Ordinário (Normal)
Nº de arquivos: 0, Nº folhas : 0

01 CLFOR/PROTOCOLO* (Recepção do Protocolo)
abriu o processo

Aberto por Spu Cidadão em Sexta, 14 de Março de 2025 às 10:51:18 (duração: menos de 1 segundo)

Detalhes:

Despacho : ABERTURA PROCESSO EXTERNO POR SPU VIRTUAL Nº 260327 : 2025-03-14 10:51:20 -0300,
Prioridade : Ordinário (Normal)
Nº de arquivos: 0, Nº folhas : 0