

PARECER TÉCNICO Nº 412/2025

Setor: NUEST

Data: 08/10/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA/MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
FITA ADESIVA HOSPITALAR	DISTRIMED / CIEX	1 UNIDADE

P.E.: 90185/2024 | P. Nº: P178137/2025

ITEM 03 - ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: PRODUTO ISENTO

FITA ADESIVA HOSPITALAR, para fechamento de pacotes esterilizados a vapor, composta de papel crepado e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem, que tenha uma excelente adesividade, além de aceitar bem a escrita com lápis ou tinta sem borrar. No tamanho, 19 mm x 50m, sendo permitida uma variação de +/- 2mm na largura e atendendo o comprimento mínimo de 50 metros.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim (/) Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material:

☒ Boa () Ruim

3. Quanto à resistência?

() Resistente ☒ Não resistente

4. Quanto à aderência?

() Boa aderência, mesmo na presença de suor ☒ Não adere, solta com facilidade

5. Quanto à abertura do rolo?

☒ Fácil () Difícil

6. Quanto ao corte?

☒ Fácil () Difícil

7. Quanto à remoção?

☒ Boa, não deixa resíduos () Ruim, deixa resíduos

8. Resultado do teste?

() Aprovado ☒ Reprovado


Material solta quando descolado do
rolo (marca), dificultando a remoção
do rolo.

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 10 / 10 / 25


Telma Maria do N. Elias
Enfermeira
COREN - 61494

Ass./Carimbo do Responsável


Dr. Denison de O. Almeida
Diretor Técnico - IJF
Membro da Comissão de Parecer Técnico
CRM 9375

Data da entrega da amostra no IJF: 08/10/2025 Hora: 13:26 h

PARECER TÉCNICO Nº 413/2025

Setor: NUEST

Data: 08/10/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA/MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
FITA ADESIVA HOSPITALAR	DI PAULI / CIEX	1 UNIDADE

P.E.: 90185/2024 | P. Nº: P178137/2025

ITEM 03 - ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: PRODUTO ISENTO

FITA ADESIVA HOSPITALAR, para fechamento de pacotes esterilizados a vapor, composta de papel crepado e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem, que tenha uma excelente adesividade, além de aceitar bem a escrita com lápis ou tinta sem borrar. No tamanho, 19 mm x 50m, sendo permitida uma variação de +/- 2mm na largura e atendendo o comprimento mínimo de 50 metros.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim ☐ Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material:

☒ Boa ☐ Ruim

3. Quanto à resistência?

☐ Resistente ☒ Não resistente

4. Quanto à aderência?

☐ Boa aderência, mesmo na presença de suor ☒ Não adere, solta com facilidade

5. Quanto à abertura do rolo?

☒ Fácil ☐ Difícil

6. Quanto ao corte?

☒ Fácil ☐ Difícil

7. Quanto à remoção?

☒ Boa, não deixa resíduos ☐ Ruim, deixa resíduos

8. Resultado do teste?

☐ Aprovado ☒ Reprovado


DURANTE O USO MATERIAL / FITA PASGA

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 10 / 10 / 25


Telma Maria do N. Elias
Enfermeira
COREN - 61484

Ass./Carimbo do Responsável


Dr. Denilson
Diretor Técnico - IJF
CRM 5075
Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 08/10/2025 Hora: 10:01 h

PARECER TÉCNICO Nº 414/2025

Setor: NUEST

Data: 08/10/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
INTEGRADOR QUÍMICO	IS8 / ULTRATEST	01 UNIDADE

P.E: 90185/2025 | PROC Nº: P178137/2025

ITEM: 01 / ESPECIFICAÇÃO

INTEGRADOR QUÍMICO multiparamétrico classe 5 de acordo com norma ISO11.140-1, utilizado para monitorização da esterilização no interior de cada pacote, como também liberador de cargas. Indicador químico sensível ao vapor, tempo e temperatura, de leitura visível de aceite ou falha na esterilização. Deve ainda, detectar falhas na montagem da carga, nas condições de penetração do vapor e nos pontos inadequados da esterilização. Temperatura aceitável para 134°C e 121°C

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à resistência ao vapor sobre pressão?

(☒) Resistente () Não resiste

4. Quanto à mudança de cor após o processo de esterilização?

(☒) Boa () Ruim

5. Quanto ao tempo resposta ao teste?

(☒) Atende ao especificado () Não atende ao especificado

6. Resultado do teste:

(☒) Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 10 / 10 / 25

Ass./Carimbo do Responsável

com 402447

Data da entrega da amostra no IJF: 07/10/2025 Hora: 11 :50h

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Dr. Carlos de O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico IJF
CONEP 4189375

Telma Maria do N. Elias
Enfermeira
COREN 61494

DESPACHO Nº 246/2025

Nº DO PROCESSO	DE
P178137/2025	IJF/COPTEC
INTERESSADO	PARA
Instituto Dr. José Frota - IJF	SELIFOR/COPREG
ASSUNTO	DATA DO DESPACHO
Encaminhamento de amostras – PE 90185/2025	16/10/2025

1. Visto;
2. Atendendo ao DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA, por meio do qual foram encaminhados os autos do processo em epígrafe, referente ao **Pregão Eletrônico n.º 90185/2025**, com prazo final para apresentação das amostras estipulado para **09/10/2025**, cujo objeto é **INTEGRADOR QUÍMICO - FITA HOSPITALAR E SERRA DE GIGLI**.

Informamos o que segue:

1. DE PAULI COMERCIO Referente ao ITEM 02, avaliado pelo Parecer nº413/2025 - Reprovado.
 2. DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS Referente ao ITEM 03, avaliado pelo parecer 412/2025 - Reprovado.
 3. GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Referente ao ITEM 04, não apresentou amostra e não consta código de rastreio ou informação sobre dilação de prazo.
 4. IS8 INTERNATIONAL SUPPLIES Referente ao ITEM 01, avaliado pelo Parecer nº 414/2025 - Aprovado.
 5. Segue anexo pareceres supra citados.
3. Desse modo, encaminhem-se os autos para ciência e providências.

GIOVANNA ELIZA FERREIRA SAMPAIO FREITAS

Comissão Multiprofissional de Controle do Padrão Qualidade (Parecer Técnico)

Coordenadora



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número NDX3E1EQ

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 4786944 e código NDX3E1EQ

Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

ASSINADO POR:

Assinado por: GIOVANNA ELIZA FERREIRA SAMPAIO FREITAS em 16/10/2025