

PARECER TÉCNICO Nº 456/2025

Setor: NUEST

Data: 23/10/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA/MARCA</u>	<u>QUANTIDADE</u>
FITA ADESIVA HOSPITALAR	GIRASSOL REPRESENTAÇÕES / CIEX	1 UNIDADE

P.E.: 90185/2024 | P. Nº: P178137/2025

ITEM / ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: PRODUTO ISENTO

03. FITA ADESIVA HOSPITALAR, para fechamento de pacotes esterilizados a vapor, composta depapel crepado e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo pós autoclavagem, que tenha uma excelente adesividade, além de aceitar bem a escrita com lápis ou tinta sem borrar. No tamanho, 19 mm x 50m, sendo permitida uma variação de +/- 2mm na largura e atendendo o comprimento mínimo de 50 metros.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(X) Sim () Não

Justificativa:

2. Quanto à identificação do material:

(X) Boa () Ruim

3. Quanto à resistência?

() Resistente (X) Não resistente

4. Quanto à aderência?

() Boa aderência, mesmo na presença de suor (X) Não adere, solta com facilidade

5. Quanto à abertura do rolo?

(X) Fácil () Difícil

6. Quanto ao corte?

(X) Fácil () Difícil

7. Quanto à remoção?

(X) Boa, não deixa resíduos () Ruim, deixa resíduos

8. Resultado do teste?

() Aprovado (X) Reprovado

Material solta quando destacado do rolo (massa), dificultando a remoção do rolo, além de soltar do produto após o processo de esterilização.

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 24/10/25

Daya Neta Bourner
Ass./Carimbo do Responsável
sem 2024/7

Telma Maria do N. Elias
Ente. Meira
GORENCE 61494

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 22/10/2025 Hora: 09:55 h

PARECER TÉCNICO Nº 465/2025

Setor: NUEST

Data: 28/10/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA/MARCA</u>	<u>QUANTIDADE</u>
FITA ADESIVA HOSPITALAR	CMF DISTRIBUIDORA / MAXICOR	1 UNIDADE

P.E.: 90185/2024 | P. Nº: P178137/2025

ITEM / ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: PRODUTO ISENTO

02. FITA ADESIVA HOSPITALAR, para fechamento de pacotes esterilizados a vapor, composta de papel crepado e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo pós autoclavagem, que tenha uma excelente adesividade, além de aceitar bem a escrita com lápis ou tinta sem borrar. No tamanho, 19 mm x 50m, sendo permitida uma variação de +/- 2mm na largura e atendendo o comprimento mínimo de 50 metros.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(X) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material:

(X) Boa () Ruim

3. Quanto à resistência?

(X) Resistente () Não resistente

4. Quanto à aderência?

(X) Boa aderência, mesmo na presença de suor () Não adere, solta com facilidade

5. Quanto à abertura do rolo?

(X) Fácil () Difícil

6. Quanto ao corte?

(X) Fácil () Difícil

7. Quanto à remoção?

(X) Boa, não deixa resíduos () Ruim, deixa resíduos

8. Resultado do teste?

(X) Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 07 / 11 / 25

Joyce Maria Soares Mda Barros
Ass./Carimbo do Responsável
de 10/24/25

Giovanna Eliza F. Sampaio Freitas
Membro da Comissão de Parecer Técnico

Giovanna Eliza F. Sampaio Freitas
Assessora Técnica - ASCAO
M^{te} Alessandra O. Leite
Gerência de Urgência e Emergência / IJF
CREMEC 10456

Data da entrega da amostra no IJF: 24/10/2025 Hora: 15:26 h

PARECER TÉCNICO Nº 468/202

Setor: TRAUMATOLOGIA

Data: 30/10/2024

MATERIAL TESTADO	EMPRESA / MARCA	QUANTIDADE
SERRA DE GIGLI	INOVA/ STYLLE	01 UNIDADE

PE 90185/2025 | P178137/2025

ITEM / ESPECIFICAÇÃO

04. SERRA DE GIGLI 40CM, em aço inoxidável, reforçada e flexível para corte de osso

1. O produto apresentado está de acordo com o especificado?

(X) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à Identificação do material?

(X) Boa () Ruim

3. Quanto à resistência?

(X) Boa () Ruim

4. Quanto ao uso/manuseio?

(X) Bom () Ruim

5. Quanto ao corte?

(X) Bom () Ruim

6. Resultado do teste:

(X) Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 03 / 11 / 25

Carlos Renato de S. Gondim
Ortopedia e Traumatologia
CREMEC: 7850 RQE: 3268

Ass./Carimbo do Responsável

Data da entrega da amostra no
IJF: 29/10/2024 Hora: 15:15 h

Giovanna Eliza F. S. Freitas
Membro da Comissão de Parecer Técnico

Instituto Dr. José Frota - IJF

Giovanna Eliza F. Sampaio Freitas
Assessora Técnica - ASCAQ

