

Saúde

PARECER TÉCNICO Nº 519/2025

Setor: NUEST

Data: 09/12/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA/MARCA</u>	<u>QUANTIDADE</u>
FITA ADESIVA HOSPITALAR	HILLMANN E GERMANO / HOSPFLEX	1 UNIDADE

PE 90185/2024 - P178137/2025

ITEM / ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: PRODUTO ISENTO

03. FITA ADESIVA HOSPITALAR, para fechamento de pacotes esterilizados a vapor, composta de papel crepado e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo pós autoclavagem, que tenha uma excelente adesividade, além de aceitar bem a escrita com lápis ou tinta sem borrar. No tamanho, 19 mm x 50m, sendo permitida uma variação de +/- 2mm na largura e atendendo o comprimento mínimo de 50 metros.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material:

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à resistência?

(☒) Resistente () Não resistente

4. Quanto à aderência?

(☒) Boa aderência, mesmo na presença de suor () Não adere, solta com facilidade

5. Quanto à abertura do rolo?

(☒) Fácil () Difícil

6. Quanto ao corte?

(☒) Fácil () Difícil

7. Quanto à remoção?

(☒) Boa, não deixa resíduos () Ruim, deixa resíduos

8. Resultado do teste?


(☒) Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 15 / 12 / 25


Telma Maria do N. Elias
Enfermeira
COREN-CE 575780-ENF

Ass./Carimbo do Responsável


Telma Maria do N. Elias
Enfermeira
COREN-CE 61494

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 05/12/2025 Hora: 14:22 h


Dr. Denison da O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 9375