


Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data:

13/02/26



Dr. João Antônio P. Marques
Neurocirurgia
CRM-CE 1502 - RQE 2217

Ass./Carimbo do Responsável


Telma Maria do N. Elias
Enfermeira
COREN-CE 61494

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data de entrega do Material no IJF – 15/01/2026


Dirlei de O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 9875

PARECER TÉCNICO - Nº 019/2026

Setor: NEUROLOGIA

Data: 16/01/2026

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE</u>
TELA PARA CRANIOPLASTIA	MJA / MEDICALFLIX	01 UNIDADE
		<u>COMODATO:</u> MOTOR ELETÉTRICO CIR BLM

PREGÃO ELETRÔNICO: 90281/2025 - PROCESSO Nº: P232063/2025

ESPECIFICAÇÃO - ANVISA: 80254350018

03 TELA PARA CRANIOPLASTIA DE TITÂNIO, INCLUINDO OS MICROPARAFUSOS AUTO PERFURANTES DE TITÂNIO PARA FIXAÇÃO, DE 05 E 06 MM AUTORROSQUEÁVEIS COM EXPESSURA MÁXIMA DE 0,35 MM E TAMANHO DE 80x160MM (+/-10MM). ✓

04 TELA PARA CRANIOPLASTIA DE TITÂNIO, INCLUINDO OS MICROPARAFUSOS AUTO PERFURANTES DE TITÂNIO PARA FIXAÇÃO, DE 05 E 06 MM AUTORROSQUEÁVEIS COM EXPESSURA MÁXIMA DE 0,35 MM E TAMANHO DE 200x150MM (+/-10MM). ✓

05 TELA PARA CRANIOPLASTIA DE TITÂNIO, INCLUINDO OS MICROPARAFUSOS AUTO PERFURANTES DE TITÂNIO PARA FIXAÇÃO, DE 05 E 06 MM AUTORROSQUEÁVEIS COM EXPESSURA MÁXIMA DE 0,35 MM E TAMANHO DE 200x200MM (+/-10MM). ✓

06 TELA PARA CRANIOPLASTIA DE TITÂNIO, INCLUINDO OS MICROPARAFUSOS AUTO PERFURANTES DE TITÂNIO PARA FIXAÇÃO, DE 05 E 06 MM AUTORROSQUEÁVEIS COM EXPESSURA MÁXIMA DE 0,35 MM E TAMANHO DE 200x200MM (+/-10MM).

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim ☐ Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa ☐ Ruim

3. Quanto à resistência?

☒ Boa ☐ Ruim

4. Quanto ao manuseio?

☒ Bom ☐ Ruim

5. Quanto à fixação?

☒ Boa ☐ Ruim

6. Resultado do teste:

ITEM 03 (☒) Aprovado ☐ Reprovado

ITEM 04 (☒) Aprovado ☐ Reprovado

ITEM 05 (☒) Aprovado ☐ Reprovado

ITEM 06 (☒) Aprovado ☐ Reprovado

DESPACHO N° 058/2026

N° DO PROCESSO	DE
P232063/2025	IJF/COPTEC
INTERESSADO	PARA
Instituto Dr. José Frota - IJF	SELIFOR / COPREG
ASSUNTO	DATA DO DESPACHO
Encaminhamento de amostras - PE 90281/2025	23/02/2026

1. Visto;
2. Atendendo ao DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA, por meio do qual foram encaminhados os autos do processo em epígrafe, referente Ao Pregão n° 90281/2025, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE OPME DA NEUROCIRURGIA - SUBSTITUTO DURAL E TELA PARA CRANIOPLASTIA**, com prazo final para apresentação de amostras em 08/01/2026.
3. Informamos o que segue:
 - M.J.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ITENS 3, 4, 5 E 6 - Amostras avaliadas conforme Parecer Técnico n° 019/2026, obtendo como resultado a aprovação.
4. Segue para análise e providências.

GIOVANNA ELIZA FERREIRA SAMPAIO FREITAS
Comissão Multiprofissional de Controle do Padrão Qualidade (Parecer Técnico)
Coordenadora



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número WIUM36XW

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 5140156 e código WIUM36XW

Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

ASSINADO POR: