

PARECER TÉCNICO Nº 118/2026

PE 90002/2026

P206917/2025

Setor: ALMOXARIFADO**Data: 24/02/2026**

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE</u>
COLETOR PARA PERFUROCORTANTES	COMERCIAL VALFARMA / DESCARBOX	1 UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO**ANVISA: ISENTO**

2 - COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE – caixa coletora para materiais perfuro cortantes, resistente a perfurações, com revestimento impermeabilizante superfície externa de cor amarela com simbologia de substância infectante, sistema de abertura e fechamento prático e seguro ao manuseio, que permita o travamento do bocal, sem a necessidade de materiais complementares a fixação e vedação. **CAPACIDADE PARA 20 LITROS.**

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim ☐ Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa ☐ Ruim

3. Quanto às instruções de montagem?

☒ Boas ☐ Ruins

4. Quanto à resistência do material?

☒ Resistente ☐ Frágil/ não resistente

5. Quanto à montagem?

☒ Fácil ☐ Difícil

6. Resultado do teste?

☒ Aprovado ☐ Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data:

16 03 26

Ass.  Karizma Viana
Enfermeira
COREN-CE 233912
Coordenadora UTI IJF

Membro da Comissão de Parecer Técnico


Dr. Denison de A. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 975

Data da entrega da amostra no IJF: 13/02/2026. Hora: 15:39 h