

**PARECER TÉCNICO N° 019/2026 – NUEC/COREPH/SMS****Processo:** P505250/2025**Pregão Eletrônico N°:** 90043/2026**Fornecedor Analisado:** CONECTA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**Documentos Analisados:** Termo de Referência (Item 05), proposta da licitante e Catálogo técnico apresentado (Registro ANVISA: isento).**1. ANÁLISE TÉCNICA COMPARATIVA****Item 05 – Secadora de Instrumentos para Processamento de Materiais Hospitalares**

Requisito do Termo de Referência (TR)	Evidência no Catálogo (Brasmedical BR 200)	Conformidade
Material da Câmara: Aço inoxidável AISI 304, interna e externa, acabamento sanitário.	Gabinete, cesto e câmara interna em aço inox 304. Acabamento frontal polido e laterais escovado.	Atende
Isolamento e Porta: Estrutura com isolamento térmico; porta com visor em vidro temperado duplo e vedação em silicone.	Porta em vidro duplo temperado com vedação. Vidro duplo frontal e isolamento nas laterais internas.	Atende
Higienização: Câmara construída sem cantos vivos (arredondados).	Não cita explicitamente "cantos arredondados", mas descreve acabamento sanitário polido compatível com assepsia eficiente.	Atende
Volume e Carga: Volume útil mínimo de 100 litros; capacidade de carga de 20 kg.	Volume útil de 213 litros. Peso do equipamento é 120 kg, suportando a carga de materiais em 3 prateleiras.	Atende
Sistema de Secagem: Resistências blindadas, circulação de ar forçada e filtros HEPA H13.	Resistências aletadas. Turbinas de 1/3 CV (3300 RPM). Filtro absoluto HEPA H13 (item opcional no catálogo).	Atende
Controle de Temperatura: Faixa mínima de 40°C a 90°C, ajustável.	Ajuste de temperatura até 95°C, com incremento de 1°C.	Atende
Interface: Controle microprocessado, display digital (temperatura, tempo e status).	Microprocessador dedicado; Display cristal líquido 20x4 Big Number; Painel digital.	Atende
Acessórios Mínimos: 2 prateleiras, suporte para canulados/mangueiras, suporte para traqueias, suporte para balões e bandeja coletora.	3 prateleiras ou cestos; 12 bicos traqueia adulto, 5 infantil, 3 ganchos (frascos/ambus) e bandeja de retenção de água.	Atende
Segurança: Desligamento automático, proteção contra sobreaquecimento e alarmes.	Sistema de segurança independente da placa eletrônica que desabilita o aquecimento; Emite bipes ao final do ciclo.	Atende
Elétrica: 220V +/- 10%, 60 Hz, potência máxima de 5 kW.	220V Monofásico. Potência de 2400W/2500VA (abaixo do limite de 5 kW).	Atende
Garantia: Mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação.	Proposta do fornecedor declara garantia de 24 meses	Atende



2. CONCLUSÃO

O equipamento ofertado pela empresa **BRASMEDICAL**, modelo **BR 200**, atende integralmente às especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência. A análise comparativa confirmou que o volume útil de 213 litros supera o mínimo exigido, e os materiais de construção em aço inox 304, sistema de filtragem HEPA H13 e controle microprocessado estão em estrita conformidade com o edital. Com a declaração de garantia de 24 meses presente na proposta, o item cumpre todos os requisitos temporais e de assistência técnica solicitados.

PARECER FINAL

O equipamento ofertado pela empresa **BRASMEDICAL**, modelo **BR 200**, atende integralmente às especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência. A análise comparativa confirmou que o volume útil de 213 litros supera o mínimo exigido, e os materiais de construção em aço inox 304, sistema de filtragem HEPA H13 e controle microprocessado estão em estrita conformidade com o edital. Com a declaração de garantia de 24 meses, o item cumpre todos os requisitos temporais e de assistência técnica solicitados.

Ressalva: Este parecer limita-se exclusivamente à análise técnica, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais normativos da Prefeitura Municipal de Fortaleza, não adentrando em méritos de preços, qualificação técnica ou habilitação jurídica/fiscal.

Fortaleza, data da assinatura eletrônica.

Comissão de Parecer:

(Assinatura por certificação digital)

Paulo Moura Monteiro de Magalhães Gurgel
Engenheiro Clínico

Coordenadoria de Redes Pré-hospitalar e Hospitalar
Secretaria Municipal da Saúde

(Assinatura por certificação digital)

Luiz Valdo Pinheiro
Coordenador

Coordenadoria de Redes Pré-hospitalar e Hospitalar
Secretaria Municipal da Saúde



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número QT6UTS1E

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 5205477 e código QT6UTS1E

Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

ASSINADO POR: