



FORTALEZA

PREFEITURA

Sistema de Protocolo Único Digital Corporativo

P021268/2026

LOCAL DE ABERTURA(ÓRGÃO/SETOR):
SELIFOR/PROCOLO

DATA DE ABERTURA:
16/01/2026 - 08:54

LOCAL ATUAL(ÓRGÃO/SETOR):
SELIFOR/COPREG

DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO:
16/01/2026 - 10:40

TIPO:
Licitação

ASSUNTO:
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

NOME DO MANIFESTANTE:
Nevalli Artigos Medicos E Ortopedicos Ltda

NOME DO(S) ENVOLVIDO(S):
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RESUMO DO PROCESSO:

O descritivo dos itens 22 e 24 precisam ser conferidos com a área técnica haja visto que podem ser fios com especificação inexistentes no mercado. De acordo com o edital o item 22 solicita fio de Poliglactina indicado para oftalmologia, a especificação de diâmetro, curvatura e tamanho da agulha é compatível com fio de nylon para oftalmologia, e não de poliglactina, por gentileza verificar. Para o item 24 é solicitado fio de Policlecaprone com 70 cm, nosso fio atende toda a especificação solicitada, porém, o fio é com 45 cm, será aceito? Para os itens 11 e 15 é solicitado aplicação plástica, nossos fios têm indicação cuticular, os quais também são utilizados em plástica, podemos cotar? Para todos os itens será aceito agulha com variação de + ou - 2mm conforme a norma da ABNT NBR 13904? Solicitamos a revisão do item acima para que seja possível a apresentação de proposta e envio de amostras conforme. Diante do exposto solicitamos revisão do descritivo.

No aguardo de vosso pronunciamento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Anápolis, 14 de janeiro de 2026.

AO
INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA/IJF – GERÊNCIA DE FARMÁCIA
REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2026
PROCESSO Nº P321902/2025

A/C: SETOR DE LICITAÇÕES

A NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA-EPP, inscrita sob o nº de CNPJ/MF n.º 20.344.116/0001-55, sediada Rua Melchiades Crispim, Nº 900 – Bairro: Vila Santa Maria de Nazareth – CEP 75.113-500 – Anápolis/GO, vem por meio desta solicitar esclarecimento do processo licitatório supracitado por razões informadas neste.

O descritivo dos itens 22 e 24 precisam ser conferidos com a área técnica haja visto que **podem ser** fios com especificação inexistentes no mercado.

De acordo com o edital o item 22 solicita **fio de Poliglactina** indicado para **oftalmologia**, a especificação de diâmetro, curvatura e tamanho da agulha é compatível com fio de nylon para oftalmologia, e não de poliglactina, por gentileza verificar.

Para o item 24 é solicitado fio de Polielecaprone com **70 cm**, nosso fio atende toda a especificação solicitada, porém, o fio é com **45 cm**, será aceito?

Para os itens 11 e 15 é solicitado **aplicação plástica**, nossos fios têm indicação cuticular, os quais também são utilizados em plástica, podemos cotar?

Para todos os itens será aceito agulha com **variação de + ou – 2mm** conforme a norma da ABNT NBR 13904?

Solicitamos a revisão do item acima para que seja possível a apresentação de proposta e envio de amostras conforme.

Diante do exposto solicitamos revisão do descritivo.

No aguardo de vosso pronunciamento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,

Carmen Lúcia Alves Lourenço
Sócia-Administradora
RG.: 5725685 SSP/GO
CPF: 027.491.701-76



FORTALEZA

PREFEITURA

Sistema de Protocolo Único Digital Corporativo

P021268/2026

1	DATA: 16/01/2026	ORIGEM: SELIFOR/PROTOCOLO	DESTINO SELIFOR/PROTOCOLO
	STATUS: Tramitando	RESPONSÁVEL Spu Digital Cidadão (spuvirtual@sepog.fortaleza.ce.gov.br)	
OBSERVAÇÃO ENCAMINHAMENTO PROCESSO EXTERNO POR SPU DIGITAL Nº 350770 : 2026-01-16 08:54:53 -0300			