

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90108/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Central Monitorização

Descrição Detalhada: Central Monitorização Componentes: 2 Telas Lcd 19" Alta Resolução, Outros Componentes: Extensão Licença P/16 Monitores, Rede: Troca Servidor Da Central, Teclado, Mouse, Software, Capacidade: Visualizar, Silenciar E Ajustar Limites De Alarmes, Tipo Processador: Registrador Gráfico Contínuo 2 Canais Tempo Real, Características Adicionais: Licença Gerenciamento E Controle Remoto De Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

Grupo: G1

2 - Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado/Modular, Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais: Congelamento Tela E Memória, Componentes: Alarmes/Bateria, Opcionais: Capnografia, Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (68)

Grupo: G1

3 - Sistema De Monitorização Hemodinâmico

Descrição Detalhada: Sistema De Monitorização Hemodinâmico Tipo: Minimamente Invasivo, Sem Acesso Especial, Dados Processados: Dados De Forma Contínua (Cada Batimento Tempo Real), Parâmetros: Dc/Índice Cardíaco/Oferta O2/Varição Pressão Puls, Características Adicionais: Pressão E Volume Sistólico, Resistência Vascular, Tipo Saída: Saída De Dados Por Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

Grupo: G1

4 - Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado/Modular, Parâmetros: Pni, Spo2, Temp, Glicose Capilar, Tipo De Tela: Tela Lcd/Led Cerca De 8", Características Adicionais: C/ Entrada Leitor Código P/ Identificação Paciente, Características Adicionais 01: Interface S/ Fio E Ethernet, Componentes: Memória, Bateria Recarregável, Uso: De Neonatal A Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 242

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (242)

Grupo: G1

5 - Módulo Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada: Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Capnografia, Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (31)

Grupo: G1

6 - Módulo Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada: Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Transmissão Neuromuscular Tnm Em Anestesia, Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4)

Grupo: G1

7 - Módulo Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada: Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Ecg, Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento, Transferência De Dados: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (22)

Grupo: G1

8 - Módulo Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada: Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Ecg, Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 9.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (9)

9 - Módulo Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada: Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Ecg, Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 8.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

10 - Oxímetro Uso Médico

Descrição Detalhada: Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16H, Alimentação: Rede Elétrica, Acessórios: C/ Sensor

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 11.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (70)

11 - Oxímetro Uso Médico

Descrição Detalhada: Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16H, Alimentação: Rede Elétrica, Acessórios: C/ Sensor

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 10.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (23)

12 - Oxímetro Uso Médico

Descrição Detalhada: Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 4H, Alimentação: Rede Elétrica, Acessórios: C/ Sensor

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 13.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (86)

13 - Oxímetro Uso Médico

Descrição Detalhada: Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 4H, Alimentação: Rede Elétrica, Acessórios: C/ Sensor

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 12.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (28)

14 - Oxímetro Uso Médico

Descrição Detalhada: Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 4H, Alimentação: Bateria, Acessórios: C/ Sensor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

15 - Oxímetro Uso Médico

Descrição Detalhada: Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 8H, Alimentação: Bateria, Acessórios: C/ Sensor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (32)

16 - Capnógrafo

Descrição Detalhada: Capnógrafo Aplicação: Portátil, De Transporte, Tecnologia Mainstream, Tipo Bateria: 3 Pilhas, Acessórios: Display Numérico, Gráficos De Barras De Led, Características Adicionais: Indicadores/Alarmes S/Adaptador, Tipo Alarme: Respiração Não Detectada, Ajuste Alarme Máx/Min

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Central Monitorização	6	Unidade
2	Monitor Multiparâmetro	68	Unidade
3	Sistema De Monitorização Hemodinâmico	1	Unidade
4	Monitor Multiparâmetro	242	Unidade
5	Módulo Monitor Multiparâmetro	31	Unidade
6	Módulo Monitor Multiparâmetro	4	Unidade
7	Módulo Monitor Multiparâmetro	22	Unidade