

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90123/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Sistema Diagnóstico Padrão Emg/Ep, Adicionais: Amplificador Mínimo 4canais,2saídas(Dim/Touchprof), Corrente: Estimulador Corrente Constante, Características Adicionais: Estimulador Manuais Ativo E Passivo, Acessórios: Pc C/Placa P.Iv,2ghz,256mb Ram,Hd 40gb,Cdrw

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 2.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)

2 - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Sistema Diagnóstico Padrão Emg/Ep, Adicionais: Amplificador Mínimo 4canais,2saídas(Dim/Touchprof), Corrente: Estimulador Corrente Constante, Características Adicionais: Estimulador Manuais Ativo E Passivo, Acessórios: Pc C/Placa P.Iv,2ghz,256mb Ram,Hd 40gb,Cdrw

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 1.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

3 - Eletroencefalógrafo

Descrição Detalhada: Eletroencefalógrafo Modelo: Laptop, Headbox, Número De Canais: Mínimo 32, Resolução Dos Dados: De 16 A 24 Bits, Taxa De Amostragem: De 100 A 1000 Pontos/Seg, Parâmetros Mínimos: Spo2, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Componente: Software Básico, Tipo Hardware: Sistema Operacional Compatível, Transferência De Dados: Com E Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

4 - Eletroencefalógrafo

Descrição Detalhada: Eletroencefalógrafo Modelo: Laptop, Headbox, Número De Canais: Mínimo 22, Resolução Dos Dados: Mínimo 12 Bits, Taxa De Amostragem: Até 200 Pontos/Seg, Parâmetros Mínimos: Spo2, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Componente: Software Básico, Tipo Hardware: Sistema Operacional Compatível, Transferência De Dados: Com E Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

5 - Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Mín. 4 Canais, Controles Intensidade Independentes, Adicionais: Timer, Teclado Toque, Temporizador, Eletrodos, Alimentação: 110/220v, Características Adicionais: Tens, Fes, Russa, Interferencial, Acessórios: Cabo Força, Cabos Conexão Paciente, Cabo C/ Caneta, Operação: Rampa On, Off, Rise E Decay, Acessórios 1: 5 Tubos Gel, 2 Fusíveis Sobressalentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)