

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
Processo nº 7107/2025

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Montividiu do Norte-GO.

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secretaria Municipal de Saúde.

Responsável pela Demanda: MARCOS JUNIOR SILVA
SOUZA. **Função:** AGENTE DE COMBATE
ENDEMIAS.

1. Objeto: Ata de Registro de Preço para Aquisição de um Veículo, Equipamentos e Materiais Permanentes conforme Emenda Parlamentar nº 29350003, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Montividiu do Norte - Goiás conforme especificações constantes nas planilhas e Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

2. Justificativa da necessidade da contratação

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes Emenda Parlamentar – Processo nº 29350003, destinada a atender as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Saúde. A aquisição se mostra necessária para o apoio logístico e operacional, no qual o veículo poderá ser utilizado em deslocamento para áreas urbanas e rurais, possibilitando o transporte de equipes de saúde, insumos, vacinas e materiais de atendimento, garantindo maior agilidade e segurança nos serviços prestados.

O fornecimento dos equipamentos e materiais permanentes é essencial para garantir a adequada prestação dos serviços de saúde no município, abrangendo tanto os pacientes em tratamento contínuo quanto aqueles que vierem a necessitar de atendimento nas unidades de saúde vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde. Trata-se de materiais indispensáveis ao funcionamento dos serviços ambulatoriais, de urgência, atenção básica e programas de saúde pública, bem como ao suporte terapêutico e diagnóstico oferecido à população.

É importante destacar que o direito à saúde é um instituto jurídico consagrado pela Constituição Federal de 1988, sendo reconhecido como um direito social fundamental. Conforme disposto no artigo 196 da Constituição, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Partindo desse preceito constitucional, a Administração Pública tem o dever de implementar medidas que assegurem o atendimento contínuo e eficaz à população, especialmente no que se refere à disponibilidade de medicamentos e materiais hospitalares, os quais são elementos centrais para a efetivação das ações de saúde.

Dessa forma, a contratação ora proposta mostra-se indispensável para a manutenção dos serviços de saúde no município, garantindo o atendimento à população com dignidade e em consonância com o mandamento constitucional que atribui ao Estado a responsabilidade direta pela promoção e recuperação da saúde de todos os cidadãos.

Os equipamentos e materiais permanentes tem o objetivo de melhorar e dar continuidade nas atividades e atendimentos da Secretaria de Saúde através das unidades básicas de saúde.

A demanda está alinhada ao planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saúde, contribuindo para a melhoria da infraestrutura e para o fortalecimento da atenção básica e das ações de vigilância em saúde.

A escolha pelo Sistema de Registro de Preços justifica-se pela conveniência administrativa de possibilitar aquisições conforme a real demanda, com economia de recursos, otimização de processos e maior planejamento orçamentário, evitando contratações emergenciais e proporcionando maior competitividade entre os fornecedores.

A contratação está alinhada com o interesse público e visa garantir maior eficiência e qualidade na prestação dos serviços de saúde, atendendo aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e planejamento, conforme preconiza a Lei

14.133/2021. Dessa forma, a contratação é imprescindível para garantir a efetividade dos serviços de saúde pública municipal promovendo maior alcance e qualidade no atendimento à população.

3. Descrição e quantidades

LOTE	SEQUENCIA	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	1	FOGÃO 4B MESA AUTOMATICA - TIPO: PISO. VOLUME DO FORNO IGUAL OU SUPERIOR A 61 LITROS. QUANTIDADE DE QUEIMADORES: 4 BOCAS. ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO. ACABAMENTO DA MESA: INOX. QUEIMADOR 1 (RÁPIDO): 2250 WATTS. QUEIMADOR 2 (SEMIRRÁPIDO): 1700 WATTS. QUEIMADOR 3 (RÁPIDO): 2550 WATTS. QUEIMADOR 4 (SEMIRRÁPIDO): 1700 WATTS. QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 2. RATELEIRAS: AJUSTÁVEIS, REMOVÍVEIS, DESLIZANTES. LUZ NO FORNO: SIM. MESA: EM AÇO INOXIDÁVEL. BOTÕES: REMOVÍVEIS. TEMPERATURA DO FORNO: 160°C A 280°C. LUZ DE FORNO: SIM. TRAVA DE SEGURANÇA: SIM. ITENS INCLUSOS: 01 FOGÃO. ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM: 110V E 220V (BIVOLT). TIPO DE GÁS: GLP / GN. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: CLASSE A. DIMENSÕES (AXLXP): 95,5 X 51 X 65,4 CM. PESO: 29,2 KG. GARANTIA: 1 2 M E S E S	UND	5,00
1	2	MICROONDAS VOLUME IGUAL OU SUPERIOR A CAPACIDADE 28LT - CARACTERÍSTICAS: TECLAS FÁCEIS. FUNÇÃO POTÊNCIA: ESCOLHA A POTÊNCIA MAIS ADEQUADA PARA CADA TIPO DE ALIMENTO - FUNÇÃO MENU FIT: PREPARA RECEITAS MAIS SAUDÁVEIS COM APENAS UM TOQUE. FUNÇÃO MANTER AQUECIDO. FUNÇÃO TIRA ODOR: AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DO CHEIRO DEIXADO DURANTE A PREPARAÇÃO DO ALIMENTO. FUNÇÃO RELÓGIO. FUNÇÃO DISPLAY / SOUND - 1400W DE POTÊNCIA - CLASSE "A" EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: PERMITE DESLIGAR O DISPLAY OU O SOM DO TECLADO. FUNÇÃO TRAVAR: AO SEGURAR O BOTÃO CANCELAR/PAUSAR POR 5 SEGUNDOS O TECLADO SERÁ BLOQUEADO. VOLTAGEM (W): 220 COR: BRANCO DIMENSAO PRODUTO (AXLXP): 26 X 48 X 34 CM DIMENSAO EMBALAGEM (AXLXP): 32,8 X 53,2 X 43,8 CM PINTURA LIMPA FÁCIL MAIS PRATICIDADE PARA LIMPAR FUNÇÃO TIRAR O ODOR TIRA O ODOR DO MICRO-ONDAS APENAS COM UM TOQUE RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS VÁRIAS RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS DE FÁCIL ACESSO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A MAIS ECONOMIA DESCONGELA POR PESO E TEMPO MAIS PRATICIDADE PARA DESCONGELAR ALIMENTOS FUNÇÃO MANTER AQUECIDO PROLONGA A CONSERVAÇÃO DA TEMPERATURA DOS ALIMENTOS. VOLUME IGUAL OU SUPERIOR A CAPACIDADE 28L - PRATO COM DIÂMETRO DE 270MM - TECLAS FÁCEIS: FIT E MANTER AQUECIDO - OPÇÕES DESCONGELAR RÁPIDO OU DESCONGELAR POR PESO - FUNÇÃO POTÊNCIA -- G A R A N T I A D E 0 1 A N O	UND	4,00
1	3	BEBEDOURA INOX FILTRO 2 TORNEIRA - CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EM AÇO INOX 430, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. QUANTIDADE DE SAÍDAS DE ÁGUA: 2 ESTABILIDADE AJUSTÁVEL: OS PÉS SÃO REGULÁVEIS EM ABS INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE EM DIFERENTES SUPERFÍCIES. SERPENTINA DE QUALIDADE: A SERPENTINA INTERNA É FEITA EM AÇO INOX 304, ASSEGURANDO A PUREZA DA ÁGUA E PREVENINDO CONTAMINAÇÕES. RESERVATÓRIO CONFIÁVEL: O RESERVATÓRIO É CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, MATERIAL ATÓXICO, QUE GARANTE A QUALIDADE DA ÁGUA ARMAZENADA. ISOLAMENTO EFICIENTE: O ISOLAMENTO EM EPS MANTÉM A TEMPERATURA DA ÁGUA ESTÁVEL, CONTRIBUINDO PARA ECONOMIA DE ENERGIA. AMIGO DO MEIO AMBIENTE: UTILIZA GÁS ECOLÓGICO R134A, MAIS SUSTENTÁVEL PARA O PLANETA. CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA AJUSTE DA TEMPERATURA DA ÁGUA, ADAPTANDO-SE ÀS PREFERÊNCIAS DOS USUÁRIOS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: VEM COM APARADOR DE ÁGUA REFORÇADO E MANGUEIRA DE DRENO PARA FACILITAR A UTILIZAÇÃO. FILTRO MULTIUSO: ACOMPANHA FILTRO PARA A PRIMEIRA INSTALAÇÃO, GARANTINDO ÁGUA LIMPA E DE QUALIDADE. PADRÃO ELÉTRICO: A TOMADA POSSUI 3 PINOS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT/NBR/603351. ALTO RENDIMENTO: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DE ATÉ 60 PESSOAS POR HORA, CONSIDERANDO UM CONSUMO MÉDIO DE 200 ML DE ÁGUA POR PESSOA. SEGURANÇA ELÉTRICA: CLASSIFICADO COMO CLASSE 1, IPX0 (USO INTERNO), TENSÃO: DISPONÍVEL EM DUAS OPÇÕES - 220V (0,60 A) -	UND	4,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MONTIVIDU DO NORTE

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

2025/2028

		MONOFÁSICO POTÊNCIA: 160 W - 60 HZ . GARANTIA: OFERECE GARANTIA DE 12 MESES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.		
1	4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12 BTUS QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA ELETROLUX	UND	10,00
1	5	GELADERIA DUPLEX CAPACIDADE LÍQUIDA VOLUME IGUAL OU SUPERIOR 280 LITROS - A GELADEIRA O MODELO É DUPLEX. CARACTERÍSTICAS: PUXADOR ERGONÔMICO E INTEGRADO, ILUMINAÇÃO INTERNA, PÉS REGULÁVEIS, TRAVA-GARRAFAS, PORTA-OVOS, 3 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, 1 GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES, COM DEGELO MANUAL, COR BRANCA, CAPACIDADE LÍQUIDA VOLUME DO FORNO IGUAL OU SUPERIOR 280 LITROS, FREEZER COM VOLUME DO FORNO IGUAL OU SUPERIOR A 53 LITROS QUE ATINGE ATÉ -18OC	UND	4,00
2	1	LANTERNA CLÍNICA LED RADIANTLITE II METAL PRATA - ONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, CONTENDO LÂMPADA DE LED, LEVE, PORTÁTIL E COM CLIPE DE BOLSO, TENDO COMO FONTE DE ENERGIA PILHAS AAA, COM APROVAÇÃO DO INMETRO	UND	4,00
2	2	DETECTOR FETAL PORTÁTIL SONOLINE B - DIGITAL, DISPLAY LCD COLORIDO, MÍNIMO DE 2.4 POLEGADAS, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 30 A 240BPM, ALIMENTAÇÃO, BATERIA DE LÍCIO RECARREGÁVEL, GRAU D E P R O T E Ç Ã O I P X 7	UND	2,00
2	3	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO PARA TRAQUEOSTOMIA E HOME CARE - O ASPIRADOR É UM APARELHO ELETROMECÂNICO QUE POSSUI COMO ELEMENTO PRINCIPAL UMA BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ACOPLADA A DISPOSITIVOS MECÂNICOS, QUE EM FUNCIONAMENTO PERMITE GERAR UMA PRESSÃO NEGATIVA PROPORCIONANDO A FORMAÇÃO DE VÁCUO NO INTERIOR DE UM RECIPIENTE, CONECTADO A UM TUBO DE SUÇÃO E A ENTRADA DA BOMBA DE VÁCUO. QUANDO A BOMBA DE VÁCUO É LIGADA, O AR É RETIRADO DO INTERIOR DO RECIPIENTE, PERMITINDO QUE O LÍQUIDO/SECREÇÃO QUE SE DESEJA ASPIRAR ENTRE PELO TUBO DE SUÇÃO E SEJA ARMAZENADO. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DO PRODUTO: GRAU DE PROTEÇÃO IP22; LEVE, PESA APENAS 3.5KG; FLUXO DE AR DE 18 LITROS POR MINUTO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; BOMBA TIPO PISTÃO TOTALMENTE ISENTA DE ÓLEO; SILENCIOSO E POTENTE, BAIXO RUÍDO DE OPERAÇÃO; FILTRO PARA PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA; VISOR ANALÓGICO DE FÁCIL LEITURA DA PRESSÃO (VACUÔMETRO); EQUIPAMENTO PODE SER RECARREGADO SOMENTE NA TOMADA; FRASCO C O L E T O R D E 8 0 0 M L C O M	UND	2,00
2	4	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS COM TELA DE 8 + SOFTWARE - COM TECLADO ALFANUMÉRICO FÍSICO NO PRÓPRIO APARELHO, TELA LCD COLORIDA COM 8" POLEGADAS NO MÍNIMO, AUTOMÁTICO E PORTÁTIL COM IMPRESSÃO NO APARELHO COM PAPEL TERMOSENSÍVEL, SENDO DO TIPO Z FOLD OU EM ROLO, COM LARGURA DE A4, IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE NO MÍNIMO 12 DERIVAÇÕES PARA VISUALIZAÇÃO EM 10 CANAIS. POSSUIR CONTROLE DE VELOCIDADE DE IMPRESSÃO. IMPRESSÃO COM REGISTRO QUE INDIQUE DATA, HORA, FREQUÊNCIA CARDÍACA, VELOCIDADE, SENSIBILIDADE, DERIVAÇÃO E ATUAÇÃO DOS FILTROS. ALIMENTAÇÃO AC 100 A 240V AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. POSSUIR OBRIGATORIAMENTE ALGUM DOS SEGUINTE ALGORITMOS: ECAPS 12C, GLASGOW, VERITAS OU DXL, OS FABRICANTES QUE NÃO DECLARAREM EM MANUAL DA ANVISA QUAL O ALGORITMO DE ANÁLISE SERÃO DESCLASSIFICADOS. EQUIPAMENTO DE FÁCIL MANUSEIO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DOS CANAIS DE ECG. TECLAS PARA ACESSO RÁPIDO DAS FUNÇÕES. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR DE NO MÍNIMO 200 REGISTROS EM MODO AUTOMÁTICO. POSSUIR CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR. DETECÇÃO DE MARCA-PASSO. SOFTWARE INTERNO COM INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECG NA LÍNGUA PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, INTERVALO PR, DURAÇÃO DO QRS, QT/QTc; EQUIPAMENTO QUE POSSIBILITA A TRANSFERÊNCIA DE EXAMES PARA VISUALIZAÇÃO NO COMPUTADOR VIA USB, RJ45 OU SOFTWARE. DEVERÁ ACOMPANHAR AO EQUIPAMENTO: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA, SEGUNDO NORMAS ABNT ATUAIS; 01 CABO DE PACIENTE 10 VIAS DE ECG (CONECTORES TIPO GARRA/CLIP); 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; 03 BOBINAS DE PAPEL TERMOSENSÍVEL; 01 CARRINHO/TROLLEY PARA TRANSPORTE DO E Q U I P A M E N T O .	UND	2,00
2	5	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - FOCO CLÍNICO, METAL ESMALTADO, PINTURA EPÓXI, LÂMPADA HALÓGENA 50W, 220V, HASTE COM AJUSTE DE MOVIMENTO, COM ESPELHO, REFLETOR DICRÓICO, ALTURA AJUSTÁVEL, BASE EM FERRO FUNDIDO, COM R O D I Z I O S .	UN	2,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MONTIVIDU DO NORTE

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

2025/2028

2	6	SUPORE PARA SORO EM AÇO CARBONO COM PÉ E PONTEIRAS - EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PEDESTAL, COM ALTURA REGULÁVEL E RODINHAS. BASE EM TUBO DE INOX 304.30X20MM, COM 04 PÉS (ACABAMENTO DO TUBO COM TAMPOS DE MATERIAL PLÁSTICO). COLUNA DO TUBO EM AÇO DE 304. AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA COM ROSCA (TIPO MANDRIL DE MATERIAL PLÁSTICO) 04 GANCHOS DE INOX, 304. MODELO COM 04 RODÍZIOS DE PLÁSTICOS (5CM) FECHADO 1,10CM, ABERTO 2,10CM, BASE 40X40CM. ACABAMENTO: INOX POLIDO. CARACTERÍSTICA: ESTRUTURA BASTANTE RESISTENTE E ESTÁVEL. PRODUTO LIVRE D E C O R R O S ã O .	UND	14,00
2	7	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - TENSÃO AUTOMÁTICA FULL RANGE (110/220V) - CAPACIDADE DE PESAGEM 300KG - PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 - PAINEL EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - PISO ANTIDERRAPANTE - PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA - SISTEMA DE PESAGEM ELETROMECÂNICO - PLATAFORMA: 40 X 40 CM. ALTURA DO PISO ATÉ O FINAL DA COLUNA: 100 CM	UND	1,00
2	8	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPOSTO POR CADEIRA ERGONÔMICA COM BASE MÓVEL, REFLETOR DE LUZ LED COM NO MÍNIMO 3 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, UNIDADE DE ÁGUA E EQUIPO ODONTOLÓGICO, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS EM AMBIENTE AMBULATORIAL OU CONSULTÓRIO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: 1. CADEIRA ODONTOLÓGICA: ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS COM ESTOFAMENTO EM MATERIAL RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTURA POR ACIONAMENTO ELÉTRICO, COM COMANDO POR PEDAL OU PAINEL. CAPACIDADE DE SUPORTAR CARGA MÍNIMA DE 150 KG. APOIO DE CABEÇA BIARTICULADO OU ARTICULÁVEL. BRAÇOS REBATÍVEIS OU REMOVÍVEIS. SISTEMA DE RECLINAÇÃO SINCRONIZADO ENTRE ENCOSTO E ASSENTO. BASE COM COBERTURA EM MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. 2. REFLETOR ODONTOLÓGICO: TECNOLOGIA LED COM NO MÍNIMO 3 PONTOS DE LUZ. INTENSIDADE LUMINOSA AJUSTÁVEL ENTRE 8.000 A 35.000 LUX. C A B E Ç O T E C O M A R T I C U L A D O .	UND	1,00
2	9	ESCALA LINEAR PARA MARCHA (SEM RAMPA) - ESCADA LINEAR PARA MARCHA SEM RAMPA CONSTRUÍDA EM MADEIRA ENVERNIZADA, CORRIMAOS DUPLOS COM REGULAGEM PARA ADULTOS E CRIANÇAS DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 158.0 CM X 84.0 CM X 120.0 CM (CXLXA).	UND	1,00
2	10	BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA - COMPRIMENTO DE 2 METROS, MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO, COM PISO.	UND	1,00
2	11	GAMGORRA DE EQUILÍBRIO TILIZADO NA REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA PARA TESTE DE EQUILÍBRIO, CONFECCIONADA EM MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE.	UND	1,00
2	12	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL COM RODA DE INÉRCIA DE 10 KG - DIMENSÕES: APRESENTA DIMENSÕES DE ESPAÇO COM 105 X 50 X 117 CM E PESO APROXIMADO DE 35 KG; DETALHES TÉCNICOS: SUPORTE EM AÇO, 10 KG DE PESO DA RODA DE INÉRCIA COM DISPLAY LCD, USUÁRIOS DE ATÉ 120 KG; AJUSTES NA DISTÂNCIA E ALTURA (VERTICAL) DO ASSENTO, BANCO SELIM CONFORTÁVEL; INFORMAÇÕES: MÓDULO MULTIFUNCIONAL: VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CRONÔMETRO, MONITORAMENTO CARDÍACO E CALORIAS; DISPLAY: LCD; MONITORAMENTO CARDÍACO; PORTA OBJETOS: SQUEEZE; AJUSTES: ALTURA E DISTÂNCIA DO ASSENTO (VERTICAL); PEDALIS: COM CORREIA FIRMA PÉ.	UND	1,00
2	13	CICLOERGÔMETRO MINI CICLOERGOMETRO FISIOTERAPIA PORTATIL (MINI BICICLETA) EQUIPAMENTO PRÁTICO QUE PERMITE PEDALAR SENTADO EM UMA CADEIRA. AUXILIA NO CONDICIONAMENTO FÍSICO. ESTIMULA A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA E RECUPERAÇÃO DE LESÕES MUSCULARES. POSSUI REGULAGEM DE FORÇA, QUE VARIA A INTENSIDADE DO TREINO. PODENDO SER UTILIZADO PARA EXERCÍCIOS DE BRACOS E PERNAS.	UND	1,00
2	14	BALANÇIM PROPRIOCEPTIVO - BALANÇO PROPRIOCEPTIVO APARELHO UTILIZADO PARA TREINO DE EQUILÍBRIO, PROPRIOCEPÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE PESO E FORTALECIMENTO. PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE FIXADA POR CORRENTES ZINCADAS, ESTRUTURA EM AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA E PÓXI, SUPORTA ATÉ 150 KG	UND	1,00
2	15	TÁBOA DE PROPRIOCEPÇÃO - PARA ALONGAMENTO TRÍCEPS SURAL PROPRIOCEPTIVA TABUA PARA ALONGAMENTO TRÍCEPS SURAL PROPRIOCEPTIVA CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO; PISO ANTIDERRAPANTE;	UND	1,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MONTIVIDU DO NORTE

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

2025/2028

		REVESTIMENTO EM RAVENA FEIJÃO; COR: PRETO; ANGULAÇÃO: 18,8°; CAPACIDADE MÁXIMA SUPORTADA: 140 KG; DIMENSÕES: 3 9 X 3 5 X 1 7 C M (C X L X A) .		
2	16	APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO - PLASER PARA FISIOTERAPIA 01 CANETA APARELHO DE TERAPIA LASER INFRAVERMELHO (INVISÍVEL). OPERAÇÃO PULSADO OU CONTÍNUO, IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CANETA LASER. FUNÇÃO E APLICAÇÃO EQUIPAMENTO A LASER PARA TERAPIA. DIMENSÕES APROXIMADAS 31X6X18CM (LXAXP). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BI VOLT, 50 / 60 HZ. ITENS INCLUSOS CABO PARA CANETA LASER, CABO DE FOCA TRIPOLAR, CANETA TOPOSCÓPICA, MANUAL DO USUÁRIO E 01 CANETA PARA APLICAÇÃO DE LASER	UND	2,00
2	17	ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR - APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, COMPONENTES:MICROCONTROLADOR DE CORRENTES TENS/FES, ADICIONAIS:RUSSA, AUSSIE, INTERFERENCIAL, POLARIZADA, ALIMENTAÇÃO:110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONJUNTO COMPLETO, ACESSÓRIOS:CABO FORÇA, CABOS CONEXÃO PACIENTE, CABO C/ CANETA, ACESSÓRIOS 1:ELETRODOS DE SILICONE E DE ALUMÍNIO, CINTAS E GEL (APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR COMPONENTES: MICROCONTROLADOR DE CORRENTES TENS/FES, ADICIONAIS: RUSSA, AUSSIE, INTERFERENCIAL, POLARIZADA, ALIMENTAÇÃO: 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO, ACESSÓRIOS: CABO FORÇA, CABOS CONEXÃO PACIENTE, CABO C/ CANETA, ACESSÓRIOS 1: ELETRODOS DE SILICONE E DE ALUMÍNIO, CINTAS E GEL)	UND	1,00
2	18	RAMPA COM DEGRAUS - ESCADA COM RAMPA DE CANTO FISIOTERAPIA CORRIMAO DUPLO. UTILIZACAO: TREINO DE AMBULACAO EM DEGRAU E RAMPA, COM E SEM APOIO. CONSTRUIDA EM MADEIRA ENVERNIZADA AO NATURAL, EM FORMATO L, COM CORRIMAO DUPLOS PARA ADULTOS E CRIANÇAS (NAO REGULAVEIS)- COM RAMPA E DEGRAUS PARA ADULTOS E CRIANÇAS DEGRAUS E PLATAFORMA REVESTIDOS COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, 3 DEGRAUS DE 12CM DE ALTURA; 1,80X1,08X0,60X0,80M (CXCXLXH) 68KG (APROXIMADAMENTE)	UND	1,00
2	19	APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA (BIA) - BALANÇA E APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA; CONFECCIONADO EM METAL E PLÁSTICO; CAPACIDADE DE PESO ATÉ 150 KG; ALIMENTAÇÃO POR PILHA (4X AA) COM DISPLAY DIGITAL; POSSUIR 7 INDICADORES SENDO: IDADE CORPORAL, PORCENTAGEM DE GORDURA CORPORAL, GORDURA VISCERAL, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL, MÚSCULO ESQUELÉTICO, METABOLISMO BASAL E PESO CORPORAL; ANALISADOR DE COMPOSIÇÃO CORPORAL; BALANÇA UTILIZADA PARA ANALISAR A COMPOSIÇÃO CORPORAL DETALHADA DE MEMBROS E TRONCO UTILIZANDO A IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA ATRAVÉS DAS MÃOS E PÉS; DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 (LARGURA) x 32 (ALTURA) x 5 (PROFUNDIDADE) CM.	UND	1,00
2	20	CARRO DE CURATIVO EM AÇO INOX COM BALDE E BACIA - CARRO CURATIVO HOSPITALAR COM BALDE E BACIA INOX- ESTRUTURA EM AÇO INOX COM BALDE E BACIA EM INOX E RODÍZIOS GIRATÓRIOS. O CARRO CURATIVO POSSUI VARANDAS DE PROTEÇÃO EM VOLTA DO TAMPO E PRATELEIRA. ESPECIFICAÇÃO: PÉS EM TUBOS 7/8" INOX. TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA 1,20MM INOX. PÉS COM RODÍZIOS DE 2", BOLA OU VARANDA EM FERRO MACIÇO 3/16	UND	2,00
2	21	NEBULIZADOR PORTÁTIL - INALADOR NEBULIZADOR COMPELTO COM MANGUEIRA E MASCARA. INDISPENSÁVEL NO TRATAMENTO DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS. USO ADULTO E INFANTIL. PORTATIL E DE FACIL MANUSEIO. DESIGN INOVADOR. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - M E / E P P	UND	2,00
2	22	OXÍMETRO DE PULSO - DE MESA RECARREGÁVEL 7 POLEGADAS TELA AVANÇADA: VISOR LCD COLORIDO DE 7" COM ALTA RESOLUÇÃO E ALTO CONTRASTE, PROPORCIONANDO UMA VISUALIZAÇÃO CLARA E NÍTIDA DAS MEDIÇÕES. INFORMAÇÕES DETALHADAS: INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS, OFERECENDO UMA COMPREENSÃO ABRANGENTE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. MODOS DE EXIBIÇÃO: TRÊS MODOS DISTINTOS - DÍGITOS GRANDES, MESA E GRÁFICO - PARA SE ADAPTAR ÀS PREFERÊNCIAS E NECESSIDADES INDIVIDUAIS. ALARMES PROGRAMÁVEIS: ALARMES SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS PARA ALERTAR PRONTAMENTE SOBRE QUALQUER VARIAÇÃO NOS PARÂMETROS MONITORADOS. OPERAÇÃO INTUITIVA: BOTÕES DE FÁCIL ACESSO PARA LIGAR/DESLIGAR, AJUSTE DE VOLUME, CONTROLE DE BRILHO, SILENCIAMENTO DE ALARME E NAVEGAÇÃO NO MENU. INDICADORES LED: LEDS INFORMATIVOS PARA INDICAR O FUNCIONAMENTO POR BATERIA OU ENERGIA AC, CARGA DA BATERIA, SILÊNCIO DE ALARME E	UND	2,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MONTIVIDU DO NORTE

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

2025/2028

		STATUS OPERACIONAL. BATERIA RECARREGÁVEL: EQUIPADO COM		
U	M	A	B	A
T				
2	23	FOTOPOLIMERIZADOR: APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SEM FIO: LUZ AZUL-VIOLETA GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA. TECNOLOGIA MULTIWAVE: AMPLO ESPECTRO DE COMPRIMENTO DE ONDA (385 A 515 NM). A AÇÃO CONJUNTA DE 3 LEDS POLIMERIZA TODOS OS FOTOINICIADORES E MATERIAIS DO MERCADO. 2 LEDS AZUL E 1 LED VIOLETA (IMPERCEPTÍVEL AO OLHO HUMANO). PONTEIRA METÁLICA PARA OFERECER MAIOR RESISTÊNCIA EM EVENTUAIS QUEDAS. POSSUI DISPLAY DIGITAL. PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 6 MM. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO CONTÍNUO: 05,10,15,20 SEGUNDOS. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO HIGH E ORTHO: 03 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. PONTEIRA METÁLICA REMOVÍVEL E COM GIRO DE 360 °. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTEMENTE DO NÍVEL DE CARGA DE BATERIA. A SOLIDIFICAÇÃO (CURA) DA RESINA NÃO É AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA	UND	2,00
2	24	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM: 110 V, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA, COMPONENTES ADICIONAIS: CAIXA ACÚSTICA	UND	2,00
2	25	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - CADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO: PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL: METAL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO DE ASSENTO: ASSENTO FIXO, ACABAMENTO DO ASSENTO: ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS: PÉS FIXOS, CAPACIDADE: ATÉ 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRAÇO FRONTAL	UND	2,00
3	1	ARMARIO VITRINE COM VIDRO - PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA; FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO EPOX; PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM, COM 04 PRATELEIRAS DE VIDRO. PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI. PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM. 4 PRATELEIRAS DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,66 CM, PROFUNDIDADE: 0,40 CM, ALTURA: 1,65 M	UND	4,00
3	2	ARMARIO DE AÇO 1.98X0.40X0.90 5 REPARTIÇÃO 2 PORTAS - ARMÁRIO DE AÇO, CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS, REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM. CARACTERÍSTICAS: QUANTIDADE DE PORTAS: 02 COR: CINZ. PADRÃO. MODELO: MAA 90/40. CHAPA: 26 / 0,45MM. 4 PRATELEIRAS. PINTURA: EPÓXI PÓ. ALTURA: 198CM. LARGURA: 090CM PROFUNDIDADE: 040CM. PESO: 50KG. GARANTIA: 3 MESES. ESPECIFICAÇÃO DE CHAPA E ACABAMENTO: ARMÁRIO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFORIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ P O R P R O C E S S O E L E T R O S T Á T I C O .	UND	10,00
3	3	LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO PRETO - ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. - ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. - ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30. MEDIDAS ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE. MEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM ALTURA. - ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 44 CM. - ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 87 CM. - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 144 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADES X 87 ALTURAS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 LONGARINA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 144 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADES X 66 ALTURAS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 15 KG. PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 K G / L U G A R . G A R A N T I A : 3 M E S E S .	UND	15,00
3	4	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS 1.20X0,60 - ESPECIFICAÇÕES: ALTURA: 75CM. LARGURA: 120CM. PROFUNDIDADE: 60CM. PÉS: METALON 50X30. TAMPO: MDP. ACABAMENTO: FITA DE BORDA. GAVETEIRO: 2 GAVETAS EM MDP,	UND	10,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MONTIVIDU DO NORTE

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

2025/2028

		COM DUAS CHAVES. GARANTIA: 90 DIAS DE ACORDO COM O ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
3	5	MESA L ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,50X1,50 - MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO FATOR DE FORMA EM L, DIMENSÕES DO PRODUTO 1,50X1,50. FABRICADA EM MDPBP15MM COM PERFIL ERGOSOFT 180, PÉS EM AÇO DO TIPO "H" EM CHAPA #20. BUSCA ECONOMIA E QUALIDADE? OFERECEMOS A VOCÊ NOSSA LINHA ECONÔMICA. ECONOMIA, MELHOR CUSTO BENEFÍCIO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PANDIN.	UND	10,00
3	6	CADEIRA DIRETORA COM RODINHAS MODELO EXECUTIVO COM REGULAGEM NA ALTURA: ALTURA DO ENCOSTO: 36 CM DIÂMETRO DA BASE: 58 CM PESO DA CADEIRA: 9.6 KG PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM LARGURA DO ASSENTO: 46 CM LARGURA DO ENCOSTO: 40 CM	UND	10,00
3	7	CADEIRA FIXA SECRETARIA - MODELO: CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO INJETADA, MEDIDAS: A - 0,85 CM / L - 0,37 CM / P - 0,55 CM - CARACTERÍSTICAS: CADEIRA SECRETARIA CONFECCIONADA EM MADEIRA COMPENSADA REFLORESTADA RETA, ESPUMA INJETADA, PERFIL EM PVC. ASSENTO COM ESPUMA INJETÁVEL D33, ENCOSTO ESPUMA INJETÁVEL D33 ESTRUTURA FIXA PÉ PALITO REVESTIMENTO MATERIAL ECOLÓGICO, COR PRETA, ASSENTO ESPUMA INJETÁVEL D33 GARANTIA 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UND	10,00
3	8	ESCADA 2 DEGRAU ANTIDERRAPANTE ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4 REFORÇADAS DEGRAUS REVESTIDOS COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE PÉS COM PONTEIRAS DE PVC. ALTURA DO 1 DEGRAU AO PISO 18 CM. ALTURA DO 1º DEGRAU EM RELAÇÃO AO 2º DEGRAU 23 CM. ESPESSURA DA CHAPA DO PISO 0,91 MM BITOLA 20. PISO DE CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020.	UND	8,00
3	9	ESCADA 3 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE - FABRICADO EM AÇO CARBONO 30 X 30 PAREDE DE 1,50 COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; ESPESSURA DA CHAPA: 2,00MM MM BITOLA 14#; PÉS EM TUBOS QUADRADOS 30X30 PAREDE DE 1,50 EM PINTURA EPÓXI COM PONTEIRAS; DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE; CAPACIDADE PARA ATÉ 250 QUILOS; ALTURA DO 1º DEGRAU AO PISO: 18 CM. ALTURA DO 1º DEGRAU EM RELAÇÃO AO 2º DEGRAU: 22 CM. ALTURA DO 2º DEGRAU EM RELAÇÃO AO 3º DEGRAU 22 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO DEGRAU (PISO): COMPR. 34 CM X LARG. 15 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 0,56CM, PROFUNDIDADE: 54CM, LARGURA: 38CM, PESO: 10 A 11 KG APROXIMADA MENTE	UND	3,00
3	10	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA MOCHO DENTISTA - DIMENSÕES DO ASSENTO ALTURA: 7,5 CM, LARGURA: 37 CM, PESO: 6KG, PESO SUPORTADO: 135KG, DIMENSÕES DO ENCOSTO, ALTURA: 26 CM, LARGURA: 36 CM, ALTURA DO ASSENTO AO PISO, MÁXIMA: 56,5 CM - MÍNIMA: 46,5 CM	UND	5,00
4	1	NOTEBOOK - PROCESSADOR DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A INTEL CORE I5 (11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR), MEMÓRIA RAM 16 GB DDR4, ARMAZENAMENTO SSD 512 GB NVME, TELA 14" OU 15.6" FULL HD, BATERIA COM DURAÇÃO DE 6H OU MAIS, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, OUTROS ITENS RECOMENDADOS: WEBCAM HD, WI-FI 5.0 OU SUPERIOR, BLUETOOTH 5.0 OU SUPERIOR, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11.	UND	8,00
4	2	TABLET - TELA DE 8,7". WI-FI, BLUETOOTH 5.0 E TECNOLOGIA 4G. MEMÓRIA INTERNA DO A7 LITE É DE 128GB, MEMÓRIA RAM DE 8GB, PROCESSADOR MEDIATEK, CÂMERA TRASEIRA DE 8MP, UMA CÂMERA SELFIE DE 2MP. SISTEMA ANDROID. TOUCH SCREEN PONTA FINA, ENTRADAS: USB / USB-C BATERIA: 2800MAH PORTAS USB: 1MICROFONE INTEGRADO, CABO USB TIPO C, GUIA RÁPIDO CARRREGADOR. COR PRETA	UND	6,00

4. Observações gerais

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: 15 (quinze) dias.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: A entrega ocorrerá de acordo com o especificado na Ordem de Compra, q deverá indicar o local, data e horário.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: LILIAN DAIANE PARENTE NOBREGA– Pregoeira

4.4. Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias.

4.5. Grau de Prioridade da compra ou contratação:

☐ **I – complexidade alta:**

- a) serviço com dedicação exclusiva de mão-de-obra;
- b) contratação ou aquisição com valor estimado acima de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
- c) objeto que requeira alto grau de especialização técnica;
- d) procedimento que contenha mais de 25 itens;
- e) contratações de serviços de natureza continuada;
- f) aquisições de bens e contratações de serviços de tecnologia da informação e comunicação;

☐ **II – complexidade média:**

- a) valor estimado entre R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
- b) procedimento que contenha de 10 a 25 itens;

☒ **III – complexidade baixa:**

- a) valor estimado inferior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- b) contratação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte;
- c) serviço ou aquisição sem contrato (nota de empenho);
- d) procedimento que contenha até nove itens.

4.6. Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outra contratação:

- ☒ **SIM. Descrever:** deverá ser providenciada a contratação de seguro veicular.
- ☐ **NÃO**

Montividiu do Norte-GO, aos 28 de novembro de 2025.

MARCOS JUNIOR SILVA DE SOUZA

Agente de Combate a Endemias

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.