



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 014/2024

ÓRGÃO:	HOSPITAL OPHIR LOYOLA
SETOR REQUISITANTE	COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA CLÍNICA
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	OTÁVIO JONAS MAGALHAES DOS SANTOS
E-MAIL: engenhariaclinica.hol@gmail.com	TELEFONE: 3265-6612

1. Objeto da demanda:

LOCAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE KIT DE CISTOSCOPIA/RESSECTOSCÓPIO COMPLETO, COM CISTOSCÓPIO 4MM;

2. Justificativa da necessidade da contratação/ aquisição do serviço ou produto:

A Cistoscopia é um exame onde se avalia o interior da bexiga e da uretra para diagnosticar doenças do trato urinário inferior, tais como: tumores, inflamações, cálculos, sangramento urinário e outras condições. Também pode ser usada para realizar biópsias, avaliar consequências pós-operatórias ou avaliar resultados de tratamentos.

A RTU é uma cirurgia endoscópica que permite tratar lesões da bexiga, como o câncer de bexiga em estágio inicial. Onde se utiliza um dispositivo elétrico e um aparelho com uma microcâmera para "raspar" o tumor. Ela também pode ser usada para desobstruir a uretra e aliviar os sintomas urinários

No hospital, os dispositivos são utilizados tanto no Ambulatório quanto no Centro cirúrgico. Atualmente estamos com apenas uma ótica em funcionamento, da qual já vem apresentando embassamento. Possuímos 02 oticas para manutenção externa, entretanto devido não haver contrato de manutenção vigente, o processo acaba por ser demorado. Para que não haja mais tais intercorrências, esta coordenação está elaborando processo para contratação de empresa especializada para manutenção de instrumentais comuns e de videocirurgia (processo nº 2024/2278232).

Entretanto seguimos realizando exames de cistoscopia apenas com uma optica. Considerando que a agenda estava totalmente preenchida com duas vagas por dia de atendimento, sendo, segunda, terça e quinta. Atualmente estamos reagendando os pacientes para o período futuro. Assim sendo, seguimos sem vagas para novos agendamentos, e provavelmente, so teremos possibilidade de ofertas de vagas a partir de novembro.

Tal fato, causa um grande impacto para os pacientes, visto o grande numero de pacientes aguardando na fila para agendamentos. Prever-se que teriamos pacientes em fila até meados de março de 2025.

Desta forma, faz-se necessário solução para tal problema de forma imeditada e em caráter emergencial, visto que a falta de diagnóstico dos pacientes pode ocasionar progressão rápida no quadro do paciente, e no pior dos casos, levar a morte.

3.Quantitativo do equipamento/produto a ser contratado ou adquirido:

LOTE	ITEM	CÓD. SIMAS	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID. MEDIDA	QUANTIDADE
01	01		Ótica Cistoscópio/Ressectoscopia, Ø 4.0mm, ângulo 30°, 302mm comp (OTICA)	UND	05
	02		Ponte Telescópica com 1 canal de trabalho acompanha borracha de vedação	UND	02
	03		Borracha de Vedação	UND	20
	04		Camisa para cistoscopia 19Fr	UND	02
	05		Obturador Standard para camisas 19Fr	UND	02
	06		Elemento de Trabalho Passivo	UND	05
	07		Bainha de Ressecção Fluxo Contínuo, 24/26Fr, com 2 torneiras rotatórias, furo em fenda, com obturador (Camisa de ressecção fluxo contínuo 24/26 Fr com obturador / Bainha de ressecção para irrigação e aspiração de fluxo contínuo / Camisa interna rotatória, com isolamento cerâmico oblíquo e ponta distal atraumática)	UND	05

Coordenação de Engenharia Clínica (CEGC) - SUIC
Av. Magalhães Barata nº 992 - Bairro: São Braz - Belém-PA - CEP: 66062-240
Email: engenhariaclinica.hol@gmail.com.br / Ramais: 6612

Identificador de autenticação: 7188aaab-d99b-40cd-860b-ff4b0174ee54

Nº do Protocolo: 2024/2320432

Anexo/Sequencial: 1

Página: 1 de 2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA



08		Camisa de Uretrotomia 21Fr com canal de trabalho	UND	02
09		Obturador Standard para camisa de uretrotomia	UND	02
10		Evacuador de Ellick	UND	05
11		Cabo monopolar autoclavavel 3,0m macho/femea	UND	05
12		Cabo de Fibra Óptica 3,0m	UND	02
13		Caixa para esterilização e armazenamento de endoscópio (OTICA)	UND	05
14		Caixa para esterilização e armazenamento de jogos de instrumentais variados	UND	05

4.Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação do serviço ou aquisição dos produtos:

SETEMBRO/2024

6.Indicação do membro da equipe de planejamento e o responsável pela fiscalização:

Titular:	VANESSA ALBUQUERQUE DO AMARAL RODRIGUES
Substituto:	OTAVIO JONAS MAGALHAES DOS SANTOS

Belém-PA, 28 de AGOSTO de 2024

Otávio Jonas Magalhães dos Santos
Coordenação de Engenharia Clínica (CEGC)
Hospital Ophir Loyola



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2320432

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Otavio Jonas Magalhaes, **CPF:** ***.668.402-**

Em: 28/08/2024 17:11:45

Aut. Assinatura: ac4ea0e7325b0fa176bb90d795220ea28a79e8dedd275a5925b054248a2b1578



Identificador de autenticação: 7188aaab-d99b-40cd-860b-ff4b0174ee54

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>