

DESPACHO

Em atenção à solicitação de análise técnica referente aos equipamentos apresentados por meio de portfolios enviados pela empresa CDH – CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO, participante do Pregão 039.2024, venho por meio deste prestar as devidas análises de acordo com o que foi publicado em edital.

01 – GASOMETRIA:

DO QUE FOI SOLICITADO EM EDITAL:

GASOMETRIA: 01 Equipamento automatizado para testes de gasometria, portátil, que realize os testes: pH, pCO₂, PO₂, TCO₂, NA⁺, K⁺, CL⁻, CA⁺²), glicose, lactato, Hct, Crea, BUN, Urea, cHgb, cHCO₃⁻, cTCO₂, BE(ecf), BE(b), cSO₂, aGap, aGapK, BUN/Crea, urea/crea, A, A-a, a/A; tipos de amostras: Sangue total (Arterial, Venoso e capilar), volume de amostra mínimo de 92 microlitros; tempo de resultado de até 1 minuto, com calibração executada antes de cada teste. Os reagentes devem ser à temperatura ambiente. O equipamento deve possuir autonomia de bateria que permita a execução de no mínimo 50 cartões teste sem necessidade de energia. Display Touchscreen para facilitar o uso. Armazenamento de dados: 499 testes, 2000 testes QA e 4000 operadores. É responsabilidade da empresa vencedora o fornecimento de todos acessórios e descartáveis para o seu pleno funcionamento e realizações dos testes adquiridos, incluindo, instalação e manutenção corretiva e preventiva 24 horas, assessoria científica e treinamento técnico sempre que solicitado.

DA ANÁLISE FEITA A PARTIR DO EQUIPAMETNO OFERTADO:

O equipamento i-STAT ofertado, não atende às especificações exigidas no edital, conforme os pontos elencados a seguir:

- **TEMPO DE RESULTADO:** O edital exige que o resultado seja liberado em até 01(um) minuto. No entanto, o equipamento ofertado necessita de 02(dois) minutos para realizar o exame em cada cartão, não cumprindo tal exigência;
- **ARMAZENAMENTO DOS REAGENTES:** O edital especifica que os reagentes devem ser mantidos à temperatura ambiente. Contudo, os cartuchos do equipamento precisam ser armazenados em geladeira (resfriados), o que não atende a essa condição.
- **CAPACIDADE DE TESTES:** O equipamento ofertado não realiza os testes mencionados no edital (A, A-a e a/A), portanto, não cumpre o requisito exigido.

- **USO DE MÚLTIPLOS CARTÕES:** Além de não atender ao tempo de 01(um) minuto para liberação dos resultados, o equipamento ofertado exige o uso de pelo menos quatro tipos diferentes de cartões (CG4+, CG8+, EG7+, CHEM8) para compor o menu de testes. Isso eleva o tempo mínimo para obtenção/liberação dos resultados para 08(oito) minutos, contrariando ainda mais o tempo estipulado em edital.

Sendo assim, para os efeitos que se fizerem necessários, esta é a análise técnica feita para os equipamentos ofertados pela empresa já mencionada neste documento, no mais reitero minha disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura existam posteriores a este documento.

Macaíba/RN, 26 de agosto de 2024.



Paulo César Monteiro da Silva Bezerra
Coordenador CAF – UPA MACAÍBA
Mat. 1113905