

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91029/2026-002

1 - Itens da Licitação

1 - Locação de Equipamentos para Consumo de Gases

Descrição Detalhada: Fornecimento de oxigênio medicinal criogênico no Estado líquido, refrigerado, com pureza mínima de 99,5%, acondicionado em tanque criogênico na forma de COMODATO para as Unidades de pronto atendimento e hospitalares de Natal.
585.000M³ (ITEM EM METRO CÚBICO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 585000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.844.150,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (585000)

2 - Ar Respirável - Manutenção Equipamento Autônomo

Descrição Detalhada: Fornecimento de oxigênio medicinal na forma gasosa, com pureza mínima de 99,5% acondicionado em cilindro portátil com regulador de pressão e fluxômetro integrados no cilindro com capacidade de 01m3, com COMODATO de cilindro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.100.000,00

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (7000)

3 - Ar Respirável - Manutenção Equipamento Autônomo

Descrição Detalhada: Fornecimento de oxigênio medicinal na forma gasosa, com pureza mínima de 99,5%, acondicionado em cilindro portátil com capacidade de 02 m3, com COMODATO de cilindro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 327.000,00

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3000)

4 - Ar Respirável - Manutenção Equipamento Autônomo

Descrição Detalhada: Fornecimento de oxigênio medicinal na forma gasosa, com pureza mínima de 99,5%, acondicionado em cilindro portátil com capacidade de 04 m3, com COMODATO de cilindro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 52.670,00

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1000)

5 - Ar Respirável - Manutenção Equipamento Autônomo

Descrição Detalhada: Fornecimento de oxigênio medicinal na forma gasosa, com pureza mínima de 99,5%, acondicionado em cilindro portátil com capacidade de 10m3, com COMODATO de cilindro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 106.660,00

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2000)

6 - Ar Respirável - Manutenção Equipamento Autônomo

Descrição Detalhada: Fornecimento de ar comprimido medicinal na forma gasosa, com pureza mínima de 99,5%, acondicionado em cilindro portátil com capacidade de 03 m3, com COMODATO de cilindro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 60.000,00

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1000)

7 - Ar Respirável - Manutenção Equipamento Autônomo

Descrição Detalhada: Fornecimento de ar comprimido medicinal na forma gasosa, com pureza mínima de 99,5%, acondicionado em cilindro portátil com capacidade de 10 m3, com COMODATO de cilindro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 60.000,00

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1000)

8 - Ar Respirável - Manutenção Equipamento Autônomo

Descrição Detalhada: Fornecimento de óxido nitroso medicinal no estado liquefeito, com pureza mínima de 99,5%, em cilindro com capacidade até 33,0 Kg, com COMODATO dos cilindros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 162.830,00

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1000)

9 - Ar Respirável - Manutenção Equipamento Autônomo

Descrição Detalhada: Locação de Sistema de ar comprimido medicinal, através de sistema duplo de compressores, secadores de refrigeração, secadores de adsorção, com sistema de filtragem, sistemas de alarme visual e sonoro, trifásicas, 220/380 v, 60hz, com central de reserva de cilindros de ar comprimido, com vazão mínima de 30m3/h, com manutenção preventiva e corretiva.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 324.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

10 - Ar Respirável - Manutenção Equipamento Autônomo

Descrição Detalhada: Locação de Sistema de ar comprimido medicinal, através de sistema duplo de compressores, secadores de refrigeração, secadores de adsorção, com sistema de filtragem, sistemas de alarme visual e sonoro, trifásicas, 220/380 v, 60hz, com central de reserva de cilindros de ar comprimido, com vazão mínima de 60m3/h, com manutenção preventiva e corretiva.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 156.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

11 - Ar Respirável - Manutenção Equipamento Autônomo

Descrição Detalhada: Locação de Sistema de ar comprimido medicinal, através de sistema duplo de compressores, secadores de refrigeração, secadores de adsorção, com sistema de filtragem, sistemas de alarme visual e sonoro, trifásicas, 220/380 v, 60hz, com central de reserva de cilindros de ar comprimido, com vazão mínima de 90m3/h, com manutenção preventiva e corretiva.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 313.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

12 - Ar Respirável - Manutenção Equipamento Autônomo

Descrição Detalhada: Locação de sistema de vácuo clínico, através de sistema duplo de bombas e sistema de filtragem, com alarmes visual e sonoro, capacidade de funcionamento em caso de queda de energia, trifásicas com baixo ruído, 220/380 v, 60hz, com vazão mínima de 30m3/h, com manutenção preventiva e corretiva.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 344.400,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (7)

13 - Ar Respirável - Manutenção Equipamento Autônomo

Descrição Detalhada: Locação de sistema de vácuo clínico, através de sistema duplo de bombas e sistema de filtragem, com alarmes visual e sonoro, capacidade de funcionamento em caso de queda de energia, trifásicas com baixo ruído, 220/380 v, 60hz, com vazão mínima de 45m3/h, com manutenção preventiva e corretiva.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 201.600,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

14 - Ar Respirável - Manutenção Equipamento Autônomo

Descrição Detalhada: Locação de sistema de vácuo clínico, através de sistema duplo de bombas e sistema de filtragem, com alarmes visual e sonoro, capacidade de funcionamento em caso de queda de energia, trifásicas com baixo ruído, 220/380v, 60hz, com vazão mínima de 90m3/h, com manutenção preventiva e corretiva.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 194.400,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)