

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90087/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325 **Quantidade Mínima Cotada:** 325

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (325)

2 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6MM, Comprimento Balão: Até 25MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Até 100CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325 **Quantidade Mínima Cotada:** 325

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (325)

3 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Cobra - 1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 65CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (13)

4 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Mamária - Im, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (52)

5 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Pigtail - Centimetrada, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (260)

6 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Pigtail, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 110CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (260)

7 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Simmons - Sim1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (52)

8 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Simmons - Sim2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (13)

9 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Vertebral, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (260)

10 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Vertebral, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (65)

11 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste, Vias: 1 Via, Material: Polímero, Comprimento: Cerca 120CM, Calibre: Cerca 12FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Alta Pressão Até 1200PSI, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (360)

12 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 145CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195 **Quantidade Mínima Cotada:** 195

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 390

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (195)

13 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195 **Quantidade Mínima Cotada:** 195

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 390

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (195)

14 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,014", Comprimento: Cerca De 300CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195 **Quantidade Mínima Cotada:** 195

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 390

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (195)

15 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 150CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195 **Quantidade Mínima Cotada:** 195

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 390

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (195)

16 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325 **Quantidade Mínima Cotada:** 325

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (325)

17 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,018", Comprimento: Cerca De 300CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325 **Quantidade Mínima Cotada:** 325

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (325)

18 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 55 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Acessórios: C/ Adaptador, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (130)

19 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Material: Polímero Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 11 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (52)

20 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Material: Polímero Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 13 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J", Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260 **Quantidade Mínima Cotada:** 260

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (260)

21 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 11 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104 **Quantidade Mínima Cotada:** 104

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 208

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (104)

22 - Laço de captura

Descrição Detalhada: Laço De Captura Aplicação: Retirada Corpo Estranho, Material: Platina, Uso: Uso C/ Cateter 5fr, 105cm E Fio Guia 0,038", Diâmetro: 15MM, Comprimento: 125CM, Tipo: Laço Duplo, Vertical E Horizontal, Acessórios: C/ Rotor, Características: Radiopaco, Baixo Perfil, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (13)

23 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão, Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro, Componente 2: Conector Em "Y", Rotor, Tubo Inserção, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325 **Quantidade Mínima Cotada:** 325

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (325)

24 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 1ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada (Escala MI), Numerada, Tipo Agulha: C/ Agulha 23 G X 1", Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325 **Quantidade Mínima Cotada:** 325

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (325)

25 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Modelo: Venoso, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 12 X 40 A 150MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325 **Quantidade Mínima Cotada:** 325

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (325)

26 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 5 X Acima De 120 A 200MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325 **Quantidade Mínima Cotada:** 325

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (325)

27 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 4 X 20 A 80MM, Sistema Entrega: Expansível Por Balão, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325 **Quantidade Mínima Cotada:** 325

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (325)

28 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto, Origem: Orgânico, Matéria Prima: Pericárdio Bovino, Modelo: Corrugado, Valvado, Diâmetro: Diâmetro 14MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (65)