99791 - ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
925550 - ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90094/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Unidade Móvel De Anestesia

Descrição Detalhada: Unidade Móvel De Anestesia Compatibilidade: Condicionado A Rnm De 1,5 A 3t, Rotâmetro: C/ Controle De Fluxo Mecânico, Vaporizador: Multiagente P/ Mínimo 4, Controle Eletrônico, Ventilador Pulmonar: Sensor Fluxo De Fio Aquecido, Tela Mínimo 15", Aplicação: Neonatal A Obeso, Recursos Adicionais Mínimos: Limpeza Do Anestésico Do Circuito Ativo E Passivo, Capacidade De Armazenamento: Mínimo 140 Eventos, Transferência De Dados: C/ Fio, Recursos De Segurança: Checagem Manual, Bateria E Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

2 - Unidade Móvel De Anestesia

Descrição Detalhada: Unidade Móvel De Anestesia Compatibilidade: Condicionado A Rnm De 1,5 A 3t, Rotâmetro: C/ Controle De Fluxo Mecânico, Vaporizador: Multiagente P/ Mínimo 4, Controle Eletrônico, Ventilador Pulmonar: Sensor Fluxo De Fio Aquecido, Tela Mínimo 15", Aplicação: Neonatal A Obeso, Recursos Adicionais Mínimos: Limpeza Do Anestésico Do Circuito Ativo E Passivo, Capacidade De Armazenamento: Mínimo 140 Eventos, Transferência De Dados: C/ Fio, Recursos De Segurança: Checagem Manual, Bateria E Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)