RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE PÚBLICA – SESAP

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto.): *Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - HRTM*	
Responsável pela Demanda: Joaquim Otaviano da Costa Neto */ Mat*. 2047098	**E-mail/Telefone:** *cafhrtm@gmail.com / 3315.3408*
Objeto: Formalização de Processo Licitatório na modalidade Pregão, para aquisição de PRODUTOS PARA SAÚDE, afim de abastecer o HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO MAIA. ( ) Serviço não continuado ( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra ( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra (X) Material de consumo ( ) Material permanente / equipamento	
Forma de Contratação sugerida: ( ) Modalidades da Lei n.º 8.666/93: (especificar a modalidade) (X) Pregão próprio ( ) Dispensa/Inexigibilidade ( ) Adesão à IRP de outro Órgão	

1. Justificativa da necessidade da contratação da solução, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso

Trata-se de solicitação para aquisição de **PRODUTOS PARA SAÚDE** a fim de abastecer o setor de CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) do HOSPITAL REGIONAL TARCÍSIO MAIA, por um período de 12 (doze) meses, levando em consideração que os itens

solicitados fazem parte da padronização do hospital, e são itens imprescindíveis para manutenção da rotina hospitalar, tratamento e manejo de pacientes hospitalizados e em atendimento de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.

A Central de Material Esterilização (CME) é a unidade responsável por processar, limpar, desinfetar, esterilizar e distribuir materiais médicos, como instrumentos cirúrgicos e equipamentos. Seu rigoroso controle de qualidade aplicado em cada etapa do fluxo garante que nada contamine os dispositivos antes de seu uso, protegendo tanto os pacientes quanto os próprios profissionais de saúde durante os atendimentos. Assim, a Central de Esterilização desempenha um papel fundamental na prevenção de infecções no ambiente hospitalar, garantindo a desinfecção eficaz de todo o material em circulação. Isso contribui significativamente para a segurança do processo de assistência como um todo.

Esclarecemos que os itens solicitados não são fornecidos pela Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat), e/ou não tem Registro de Preço vigente na SESAP.

O itens são solicitados de acordo com solicitação do setor técnico demandante - CME-HRTM, segundo processo 00610428.000089/2026-61, que dimensiona itens, média de consumos e quantidades.

Assim sendo, para que não haja descontinuidade dos serviços aos usuários, solicitamos a autorização para prosseguimento do pleito.

Devido a limitação de espaço físico para armazenamento solicitamos que a modalidade de compra considere o consumo estimativo e entregas parceladas.

2. Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada

ITEM	CATMAT	PRODUTO / APRESENTAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL SOLICITADA
1	328078	**DETERGENTE ENZIMATICO ULTRA CONCENTRADO -** Detergente Enzimático Ultra concentrado, com rendimento de até 10 vezes superior, ph 7.0, utilizado na fase de pré-limpeza para retirar todo tipo de resíduo proteico e na limpeza para remoção de sujidades. Contém 2 enzimas de última geração que eliminam rapidamente os resíduos e artigos muito sujos como instrumentos cirúrgicos ortopédicos, diminuindo o risco de corrosão e aumentando a proteção dos instrumentais. Diluição: 0,2 a 0,8 ml/L. Eficiente na remoção de matéria orgânica, fácil enxágue (reduz a quantidade de espuma para maximizar a pressão da bomba de recirculação). É compatível com diferentes tipos de materiais como aço inoxidável, plástico e alumínio. Indicado para Lavadora Desinfetadora. A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela	LITRO	800

		CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental. A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório. A empresa ganhadora deverá fornecer apoio técnico e treinamento conforme a necessidade da instituição hospitalar licitante.		
2		**PASSIVADOR, REVITALIZADOR E NEUTRALIZADOR**, para uso em instrumental e máquinas-solução revitalizadora de uso corretivo, empregada para remover ferrugem, crostas, manchas e oxidação de instrumental cirúrgico e superfícies em aço inox. Deve liberar articulações e mecanismos de engates trancados, eliminar manchas de oxidação e placas minerais. 2 Revitalizar e conservar o instrumental cirúrgico de aço inox. Detergente descalcificante e neutralizante. Ácido cítrico e oxálico para uso diluído, eficaz na remoção de depósitos de minerais provenientes da água em instrumentais. Restaurador da camada passivadora de superfície de aço inoxidável. A empresa ganhadora deve fornecer sistema automatizado em regime de comodato. Diluição de 8ml /litro. Apresentado em embalagem de 3,78 a 5 litros com lacre de inviolabilidade. Isento de fosfato. Apresentar Registro do Produto Ministério da Saúde/ANVISA. Validade mínima de 18 a 24 meses, na ocasião da entrega do produto; A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental. A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório. A empresa ganhadora deve fornecer apoio técnico e treinamento conforme a necessidade da instituição hospitalar licitante.	LITRO	80
3	243284	**LUBRIFICANTE** para instrumentais cirúrgicos. Com pH neutro. Compatível com inox e alumínio. Emulsificante não iônico, isento de silicone para uso manual e automatizado. Para uso diluído. Apresentado em embalagem de 3,78 a 5 litros com lacre de inviolabilidade. Comprovar ação no uso por 14 dias após diluído. Com pH: aproximadamente 7.8 (concentrado). Mistura lubrificante não oleosa, não siliconada, específica para proteger e lubrificar os instrumentos em aço inox, gerando uma película protetora sobre os mesmos, sendo permeável e resistente ao vapor saturado sob pressão (autoclave) e óxido de etileno contendo externamente os dados de identificação, data de fabricação, validade, lote e registro ou notificação conforme ANVISA. Validade mínima de 18 a 24 meses, na ocasião da entrega do produto;	LITRO	120

		A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental. A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório. A empresa ganhadora deve fornecer apoio técnico e treinamento conforme a necessidade da instituição hospitalar licitante.		
4		**DETERGENTE NEUTRO 2 X CONCENTRADO** - Ph na faixa de 7-7,9. Compatível com plásticos, aço inoxidável e metais leves, incluindo o alumínio. Indicado para uso manual e automatizado. Utilizado também na limpeza de endoscópios de fibra flexível/óticos, endoscópios rígidos, ressuscitadores manuais e equipamentos em que sangue, proteína, muco e lipídeos formam detritos difíceis de remover. Contém agentes surfactantes, inibidores de corrosão e quelantes que protegem os instrumentais contra os efeitos corrosivos da água e suas impurezas além de limpar uma ampla variedade de substratos dos instrumentais. COMPOSIÇÃO: Trietanolamina, álcoois etoxilados, base, solvente, conservante, quelante, inibidor de corrosão. Indicado para uso em unidades de limpeza/desinfecção em lavadoras desinfetadoras, lavadoras ultrassônicas e lavagem manual, formulado para o processamento de produtos para saúde, inclusive instrumentais cirúrgicos. Galão 3,78L, diluição do produto de 1 a 4mL por L de água. Possuir registro na ANVISA. A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental. A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório. A empresa ganhadora deverá fornecer apoio técnico e treinamento conforme a necessidade da instituição hospitalar licitante.	LITRO	240
5	348040	**DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 4%** e peroxido de hidrogênio 26% de amplo uso não necessitando de adição de anticorrosivos. Deve possuir aprovação em rotulagem, de acordo com ANVISA, para desinfecção alto nível, nível intermediário, desinfecção de superfícies fixas e equipamentos. Deve eliminar e prevenir a formação de biofilme. Deve ser compatível com materiais sintéticos como PVC, Silicone, Borracha, ABS e Aço Inox. Deve ser ativo frente a esporos, bactérias multirresistentes (Acinetobacter, MRSA e KPC) micobactérias (inclusive Mycobacterium massiliense), fungos e vírus (inclusive HBV, HCV, HIV e H1N1), MCR, na diluição de 2% (20 ml) do produto para preparar 1 litro da solução diluída de água. O produto deverá ser para uso diluído em sistema gerador de produto pronto uso, microprocessador inteligente e preciso com desligamento automático possibilitando alto rendimento para uso, atingindo concentrações de ácido peracético entre 150ppm a 800 ppm (sistema de comodato).	LITRO	180

		Apresentar registro de produto através de cópia do D.O.U, laudos REBLAS de atividade antimicrobiana, laudo de irritabilidade cutânea e ocular, testede compatibilidade. Deve ser biodegradável com descarte na rede de esgoto sem danos ao meio ambiente. Estabilidade mínima de 07 dias. Apresentação galão de até 5 litros. Validade mínima de 18 a 24 meses, na ocasião da entrega do produto; A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental. A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório. A empresa ganhadora deve fornecer apoio técnico e treinamento conforme a necessidade da instituição hospitalar licitante.		
6		**FITA ANALÍTICA** para determinar o teor de ácido peracético em solução desinfetante a base de ácido peracético 4 % + peróxido de hidrogênio 26%, com resultado colimétrico em escala de mg por dL. Validade mínima de 18 a 24 meses, na ocasião da entrega do produto; A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental. A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório. A empresa ganhadora deve fornecer apoio técnico e treinamento conforme a necessidade da instituição hospitalar licitante. Deve ser compatível com item 05.	UNIDADE	750
7		**DESINFETANTE QUÍMICO DE ALTO NÍVEL** a base de ácido peracético in situ, gerado a partir do percabonato de sódio + tetra acetil etileno diamina (taed) para uso diluído, rentável e econômico biodegradável com pH entre 7,0 a 8,5 para limpeza e desinfecção de artigos e endoscópios. O produto deverá ser bactericida, viruscida, fungicida e isento de fragrância e corante e para uso na diluição de 2% (20g/litros), apresentando nesta diluição um teor mínimo inicial de ácido peracético gerado de 0,2%-2000ppm (anexar laudo do teor de ácido peracético gerado/REBLAS-ANVISA bem como concentração microbicida mínima na qual o produto perde a indicação de uso, conforme RDC 35 de 16/08/2010). Deve ser compatível com artigo plástico, metálico e fibras ópticas. O produto deve apresentar validade de até 5 dias após diluído (anexar rotulo aprovado pela ANVISA). Anexar laudos microbiológicos de acordo com RDC 35-ANVISA para vírus, bactérias, micobactérias de crescimento rápido (MCR), fungos e esporos por LABORATÓRIO REBLAS – ANVISA e registro do produto. Apresentar laudo de toxidade oral e cutânea (não tóxico), ocular (não tóxico), apresentação em balde de até 05 Kg.	KG	50

		Validade mínima de 18 a 24 meses, na ocasião da entrega do produto; A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental. A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório. A empresa ganhadora deve fornecer apoio técnico e treinamento conforme a necessidade da instituição hospitalar licitante.		
8	452027	**INVÓLUCRO** para esterilização composto de 100% de polipropileno em três camadas externas composta de fibras longas e contínuas (SPUNBOND), conferido ao material resistência e maleabilidade, e a camada do meio composta de densa camada de microfibras (MELTBLOWN), que age como barreira microbiana BFE (Bactéria Filtration Efficiency). Apresentar certificado ISO 9002 ABS Quality Evaluations, Inc. Repelente a água, sangue e fluidos corporais; resistente a rasgos, baixo desprendimento de fibras e pouca memória. Compatível com vários métodos de esterilização (vapor, ETO, plasma de peróxido de hidrogênio). Apresentação em caixas embaladas em plástico, contendo dados de identificação, data de validade e registros em órgão competente. **Tamanho: 60x60 cm**. Gramatura: 50g/m². Validade mínima de 18 a 24 meses, na ocasião da entrega do produto. A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental. A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório.	UNIDADE	12000
9	452016	**INVÓLUCRO** para esterilização composto de 100% de polipropileno em três camadas externas composta de fibras longas e contínuas (SPUNBOND), conferido ao material resistência e maleabilidade, e a camada do meio composta de densa camada de microfibras (MELTBLOWN), que age como barreira microbiana BFE (Bacterial Filtration Efficiency). Apresentar certificado ISO 9002 ABS Quality Evaluations, Inc. Repelente a água, sangue e fluidos corporais; resistente a rasgos, baixo desprendimento de fibras e pouca memória. Compatível com vários métodos de esterilização (vapor, ETO, plasma de peróxido de hidrogênio). Apresentação em caixas embaladas em plástico, contendo dados de identificação, data de validade e registros em órgão competente. Tamanho: **75x75cm**. Gramatura: 60g/m². Validade mínima de 18 a 24 meses, na ocasião da entrega do produto;	UNIDADE	12000

		A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental. A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório.		
10	452012	**INVÓLUCRO** para esterilização composto de 100% de polipropileno em três camadas externas composta de fibras longas e contínuas (SPUNBOND), conferido ao material resistência e maleabilidade, e a camada do meio composta de densa camada de microfibras (MELTBLOWN), que age como barreira microbiana BFE (Bacterial Filtration Efficiency). 12 13 Apresentar certificado ISO 9002 ABS Quality Evaluations, Inc. Repelente a água, sangue e fluidos corporais; resistente a rasgos, baixo desprendimento de fibras e pouca memória. Compatível com vários métodos de esterilização (vapor, ETO, plasma de peróxido de hidrogênio). Apresentação em caixas embaladas em plástico, contendo dados de identificação, data de validade e registros em órgão competente. Tamanho: **90x90cm**. Gramatura 60g/m². Validade mínima de 18 a 24 meses, na ocasião da entrega do produto; A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental. A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório.	UNIDADE	12000

11	452011	**INVÓLUCRO** para esterilização composto de 100% de polipropileno em três camadas externas composta de fibras longas e contínuas (SPUNBOND), conferido ao material resistência e maleabilidade, e a camada do meio composta de densa camada de microfibras (MELTBLOWN), que age como barreira microbiana BFE (Bacterial Filtration Efficiency). Apresentar certificado ISO 9002 ABS Quality Evaluations, Inc. Repelente a água, sangue e fluidos corporais; resistente a rasgos, baixo desprendimento de fibras e pouca memória. Compatível com vários métodos de esterilização (vapor, ETO, plasma de peróxido de hidrogênio). Apresentação em caixas embaladas em plástico, contendo dados de identificação, data de validade e registros em órgão competente. Tamanho: **100x100cm**. Gramatura 60g/m². Validade mínima de 18 a 24 meses, na ocasião da entrega do produto; A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental. A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório.	UNIDADE	12000
12		**MARCADOR DE INSTRUMENTAL** auto adesivo, para identificação de instrumental, resistentes à 14 15 esterilização a vapor, ETO, plasma de peróxido de hidrogênio e formaldeído. Deve possuir alta capacidade colante. Nas cores branca, bege, amarelo, laranja, vermelho, azul, verde, cinza, marrom, preto e lilás. Validade mínima de 18 a 24 meses, na ocasião da entrega do produto.	UNIDADE	13400
13	332344	**BOWIE DICK PACOTE 7KG** 134°C- Projetado como um teste diário da eficácia da remoção de ar em um esterilizador a vapor de carga porosa trabalhando a 134ºC. Consiste em material de barreira e uma folha de indicador químico. Todo o pacote é embrulhado em papel esterilizável a vapor. A folha indicadora dentro da embalagem é sensível ao Tempo, Vapor e Temperatura. Identificar falhas de remoção de ar,penetração de vapor, gases não condensáveis, superaquecimento e umidade do vapor. mecânicas no esterilizador e qualidade da água. Possuir certificação de desempenho. Certificação BSI Kitemark. Livre de chumbo e látex com laudo. Não contém metais pesados e nem substâncias carcinogênicas. Informa exposição ao vapor saturado avalia a penetração de vapor e detecta falhas no funcionamento da bomba de vácuo. A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental. A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório. A empresa ganhadora deverá fornecer apoio técnico e treinamento conforme a necessidade	UNIDADE	1500

		da instituição hospitalar licitante.		
14		**TESTE DESAFIO REUTILIZÁVEL** - Dispositivo de Desafio de Processo (PCD) em espiral para ciclos de esterilização pré-vácuo, pacote de teste reutilizável multifuncional projetado para testar os esterilizadores a vapor assistidos a vácuo. Cada Pacote de Teste pode ser usado 400 vezes como um teste diário de remoção de ar ou um pacote de teste de indicador químico. O pacote de teste reutilizável elimina aproximadamente 40 Kg de resíduos de papel associados a pacotes descartáveis. Um único pacote com três finalidades: Remoção de Ar/Bowie Dick; Pacote Desafio para Indicador Biológico; Pacote Desafio para Indicador Químico. Para uso específico com indicadores químicos Tipo 6 ou 5. O PCD é usado em ciclos de esterilização carregados para fornecer garantia de que cada ciclo de esterilização foi executado corretamente, fornecendo um desafio semelhante ao apresentado pelo conteúdo da carga a ser esterilizada; assim, evitando que o operador tenha que abrir a carga de esterilização para verificar os indicadores de carga. A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental. A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório. A empresa ganhadora deverá fornecer apoio técnico e treinamento conforme a necessidade da instituição hospitalar licitante.	UNIDADE	12
15	339652	**INDICADOR QUÍMICO EMULADOR TIPO 6**, com certificação europeia (apresentar certificação BSI - British Standards Institute), certificado Kitemark, para autoclave a vapor, constituído de: tirade papel apropriado medindo aproximadamente 7,0 cm, 18 19 impregnado de reativo químico de cor clara, atóxico, sem chumbo (apresentar laudo REBLAS) de isenção e que após ser submetido ao processo de esterilização por 134º c a 5.3 min – 121ºc a 15 min, mudará para uma cor escura uniforme. Nível de segurança acima 95%. Leitura dos seguintes parâmetros: tempo, temperatura, qualidade do vapor (super aquecimento e umidade) com guia impresso na própria tira. Deve ser compatível com o licitado no item 14 (dispositivo de teste desafio). Validade mínima de 18 a 24 meses, na ocasião da entrega do produto; A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental. A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório. A empresa ganhadora	UNIDADE	2500

		deve fornecer apoio técnico e treinamento conforme a necessidade da instituição hospitalar licitante.		
16	332503	**INDICADOR BIOLÓGICO** para vapor, leitura Rápida por Fluorescência, do tipo autocontido, com tempo de resposta final negativa de 40min ou 1 (uma) hora, por método de fluorescência, para o monitoramento biológico de ciclos de esterilização à vapor saturado sob pressão (121°C/134°C). Apresentar carta do FDA. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana esporos secos e padronizados de GeoBacillus stearothermophillus (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A tira contendo esporos está acondicionada em uma ampola plástica termo resistente, isenta de cristal ou vidro de rápido resfriamento, meio de cultura, próprio para crescimento dos microrganismos e protegida por papel de filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o nome do produto, lote, prazo de validade, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. A incubadora deve ser automática e permitir reset de falhas e teste de diagnóstico impresso e acompanhar em sistema de comodato. O indicador biológico deve ser compatível com dispositivo de alto desafio reutilizável (item 14). Validade mínima de 18 a 24 meses, na ocasião da entrega do produto. A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental. A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório. A empresa ganhadora deve fornecer apoio técnico e treinamento conforme a necessidade da instituição hospitalar licitante.	UNIDADE	2000
17		**LIBERADOR DE CARGAS**: sistema teste desafio para esterilização à vapor, liberador de carga, ciclos 121º – 134º c; com certificação europeia (apresentar certificação BSI - British Standards Institute) desafio para cargas canuladas; sistema de barreiras de hélix, permite avaliar a efetiva extração de ar e penetração do agente esterilizante (método de Line-Pickerill-apresentar laudo) conforme ISO 9001. Acompanha integrador e emulador tipo 6 isento de metais pesados, isento de chumbo com laudo analítico REBLAS e rendimento mínimo de 400 ciclos. 20 21 Validade mínima de 18 a 24 meses, na ocasião da entrega do produto; A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório. A empresa ganhadora deve fornecer apoio técnico e treinamento conforme a necessidade da	UNIDADE	2000

		instituição hospitalar licitante.		
18	332343	**FITA INDICADORA DE PROCESSO**, classe 1, com isenção de chumbo, comprovado através de laudo REBLAS, para uso em embalagem não tecido. Fabricado em papel crepe tratado e incorporando um adesivo extraforte para aderir em embalagens descartáveis. Validade de 3 anos. Medidas: 18mm x 50m. Apresentação: rolo. De acordo com as normas: ISO 11.140-1. Validade mínima de 18 a 24 meses, na ocasião da entrega do produto; A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório A empresa ganhadora deve fornecer apoio técnico e treinamento conforme a necessidade da instituição hospitalar licitante.	UNIDADE	3600
19		**ESPONJA** para limpeza de produtos para saúde na central material esterilizável (CME) não abrasiva para limpeza de instrumentais cirúrgicos de uso hospitalar e de acordo com a RDC nº 15, esponja feita com 25% de soja orgânica. Laudo que comprove que não fixa matéria no artigo. Não impregnada com material químico perigoso. Validade mínima de 18 a 24 meses, na ocasião da entrega do produto; A aprovação da empresa vencedora fica condicionada ao parecer técnico emitido pela CCIH/CME, após envio de amostra e testagem no hospital, além da análise documental A amostra deve ser enviada em até 72 horas após o processo licitatório. A empresa ganhadora deve fornecer apoio técnico e treinamento conforme a necessidade da instituição hospitalar licitante.	UNIDADE	1250
20		**ESCOVA DE NYLON** para limpeza escovas de limpeza para uso geral 18,5 cm. Laudo de cerdas antimicrobianas. Laudo de cerdas antimicrobianas.	UNIDADE	122
21		**ESCOVA PARA LIMPEZA**. Escova dupla de aço medindo 18,5 cm com cabo antiderrapante. Laudo de cerdas antimicrobianas.	UNIDADE	25
22		**ESCOVAS PARA JARROS** de 10 cm x7 cm de diâmetro e 30 de comprimento. laudo de cerdas antimicrobianas. Escova para limpeza. 3 escovas duplas de nylon medindo 17,8cm com cabo antiderrapante. Laudo de cerdas antimicrobianas.	UNIDADE	25
23		**ESCOVA DE MÃO** com pega fácil para auxiliar o manuseio. medindo 12,5 cm. Cerdas medindo 4,7 cm x 8 cm. Laudo de cerdas antimicrobianas.	UNIDADE	15

24		**ESCOVA PARA LIMPEZA de TUBO E TRAQUEIA** em geral com haste em aço 80 cm, cerdas em nylon branco medindo 23 mm diâmetro x 100mm de comprimento, única extremidade, reutilizável. Validade indeterminada. laudo de cerdas antimicrobianas.	UNIDADE	25
25		**ESCOVA PARA LIMPEZA DE TUBO E TRAQUEIA** em geral com haste em aço 160 cm, cerdas em nylon branco medindo 23 mm diâmetro x 100mm de comprimento, única extremidade, reutilizável. Validade indeterminada. Laudo de cerdas antimicrobianas.	UNIDADE	25
26		**ESCOVA COM CERDAS EM NYLON** antimicrobianas para limpeza, cerdas com diâmetro de 6 mm. Comprimento de 30 cm. Apresentar laudo de cerdas antimicrobianas.	UNIDADE	25
27	442385	**Papel Grau Cirúrgico Largura 10cm/Comprimento 100m.** Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado. Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2. Apresentação: Rolo. Componentes Adicionais: Termosselante. Componentes: C/ Indicador Químico. Tipo Uso: Uso Único. De acordo com a norma 14990. A empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato máquina seladora.	ROLO	75
28	442386	**Papel Grau Cirúrgico Largura 30cm/Comprimento 100m.** Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado. Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2. Apresentação: Rolo. Componentes Adicionais: Termosselante. Componentes: C/ Indicador Químico. Tipo Uso: Uso Único. De acordo com a norma 14990. A empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato máquina seladora.	ROLO	50

3. Previsão de data em que deve ser iniciada prestação do serviço ou fornecimento do(s) bem(ns)
01/06/2026.

4. Observações gerais	
4.1	Unidade e setor responsável para esclarecimentos: *Central de Abastecimento Farmacêutico - HRTM.*
4.2	Demais observações necessárias à apresentação da demanda: -------

5. Estimativa preliminar do valor da contratação
O valor estimativo para contratação é de R$ 304.325,00 (trezentos e quatro mil trezentos e vinte e cinco reais), estimativa baseada em pesquisa de preços no Compras.net (em março/2025) e compras anteriores.

6. Grau de prioridade da compra ou da contratação em baixo, médio ou alto
Alta prioridade.

7. Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda para a sua execução, com vistas a determinar a sequencia em que as contrações serão realizadas.
Os produtos para saúde (materiais médico-hospitalares) são normalmente dependentes de medicamentos para alcançar efeito clínico, sendo estes itens de responsabilidade de abastecimento da Unicat, via Atas de Registros de Preços, disponibilizadas no portal www.saude.rn.gov.br

8. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento	
João Inácio Lopes Batista Matrícula 217759-5	Clever Marcio dos Santos S. Filho Matrícula 227072-2 V2
Joaquim Otaviano da Costa Neto Matrícula 204709-8	Priscylla Pereira Fernandes Matrícula 215921-0
Mossoró/RN, *data da assinatura eletrônica*	

Documento assinado eletronicamente por **JOAQUIM OTAVIANO DA COSTA NETO**, **Chefe de Divisão de Farmácia**, em 19/03/2026, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO INACIO LOPES BATISTA**, **Farmacêutico**, em 19/03/2026, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por **CLEVER MARCIO DOS SANTOS SILVA FILHO**, **Assistente Técnica em Saúde**, em 19/03/2026, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por **PRISCYLLA PEREIRA FERNANDES DE MORAIS**, **Enfermeira**, em 20/03/2026, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por **SILVIA RAQUEL ALVES DA COSTA MEDEIROS**, **Enfermeira**, em 04/08/2026, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **39995732** e o código CRC **7D156E74**.