

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

1- Unidade Requisitante			
Unidade requisitante	CAF/FARMÁCIA do HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO		
Chefe da Unidade	Maria José de Souza Pieretti		
Cargo/função	Gerente da Divisão de Farmácia/HGT	Matrícula	152.803-3
E-mail	farmacia.do.hgt@gmail.com	Telefone	(84) 3232-7917

2 - Justificativa da demanda (problema a ser resolvido)
Solicitação de Aquisição de Produtos para Saúde A presente solicitação visa à aquisição de Produtos para Saúde para a programação de abastecimento desta unidade, com o objetivo de evitar o desabastecimento, fundamentando-se nos seguintes pontos: Essencialidade: Trata-se de Produtos para Saúde padronizados e consumíveis, imprescindíveis para o funcionamento normal da Unidade. A aquisição garante a promoção e a assistência à saúde com qualidade, equidade e racionalização de recursos, visto que a falta desses itens pode acarretar graves consequências no tratamento dos pacientes; Instabilidade de Atendimento: Há imprevisibilidade quanto aos Registros de Preços da SESAP e ao fornecimento contínuo por parte do fornecedor direto (UNICAT) para suprir as necessidades desta Unidade no atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS); Dimensionamento: O quantitativo solicitado baseia-se na previsão de consumo ou na Cota Padronizada junto à UNICAT para o ano de 2026 (conforme quadro detalhado abaixo); Continuidade do Serviço: A solicitação visa manter o Hospital abastecido por aproximadamente quatro meses, considerando a morosidade inerente aos processos de aquisição. Caso surja algum Registro de Preço vigente para os itens solicitados durante a tramitação do processo, será analisada a melhor opção para a administração pública no momento da obtenção das propostas. Quanto à Justificativa de Preço, informamos que o Setor de Compras realizará pesquisa mercadológica com empresas do ramo. Com base nos valores apresentados, será calculado o preço médio para nortear a presente licitação. Diante do exposto e cientes da responsabilidade em manter a assistência à população com qualidade, eficiência e economia, submetemos esta solicitação para regularizar o abastecimento do Hospital. Assim, respaldamos a necessidade deste Pregão Eletrônico. Análise de Processos Correlatos: Para itens que já constam em outros processos, será realizada análise durante a elaboração do Termo de Referência ou na emissão do Parecer Técnico, a fim de verificar se a licitação/aquisição anterior foi satisfatória. Justificativa Específica: Tubo Endotraqueal com Aspiração Subglótica "Embora possuam custo unitário superior aos tubos tradicionais, a diferença é compensada pela redução dos altos custos associados à PAV (Pneumonia Associada à Ventilação), como antibióticos, tempo de internação e exames. O Tubo com Aspiração Subglótica permite a remoção de secreções, reduzindo a incidência de PAV e os custos hospitalares", conforme Parecer da Divisão de Fisioterapia do HGT (Processo nº 42223027)

PICC 5 FR Mono Lúmen, PICC 5 FR Duplo Lúmen, PICC 6 FR Duplo Lúmen - essenciais para tratamentos que demandam longos períodos de infusão ou administração de medicamentos que possam causar danos às veias periféricas de menor calibre, especialmente em situações que requerem antibioticoterapia prolongada, administração de drogas vasoativas, coleta frequente de amostras de sangue, entre outras.

Destacam-se, ainda, as seguintes vantagens desses dispositivos:

Menor invasividade: evita a necessidade de procedimentos cirúrgicos mais complexos para implantação de acessos centrais tradicionais;

Maior conforto e segurança: reduz a necessidade de múltiplas punções venosas repetidas nos membros superiores;

Durabilidade: pode permanecer no paciente por semanas ou até meses, conforme a necessidade clínica.

3. Descrição sugestiva do objeto

Aquisição de **Produtos para Saúde** (PPS) diversos (**Material de Consumo**), para utilização nesta Unidade Hospitalar, através de **Pregão Eletrônico** nos termos da Lei 14.133/2021.

3.1. Especificação sugestiva e quantidade

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	CATMAT	QTDE SOLICITADA para 4 meses	CMM	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	ANUSCÓPIO plástico descartável 9cm x 35mm	Unidade	438931	100	6,7	3,7346	373,4600
2	APARELHO DE BARBEAR (para tricotomia), descartável, com 2 lâminas de aço inox e cabo plástico	Unidade	283964	1500	419,33	0,7536	1.130,4000
3	BOLSA COLETORA DESCARTÁVEL EM "SISTEMA FECHADO" para armazenagem e descarte de líquidos corpóreos (até 1 litro), dobrável, com lacre, confeccionada em polietileno, contendo válvula diafragma unidirecional antirrefluxo e válvula hidrofóbica antitransbordamento, compatível com equipamento mecânico de aspiração a vácuo, com botão liga/desliga independente e regulador de pressão integrado, em atenção à RDC 36, acompanhada de extensão estéril de 2 m em PVC, descartável, com obturador, e saco de lixo vermelho para descarte de conteúdo infectante, conforme item 5.4.1 da RDC 306 da ANVISA e CONAMA 358. A empresa vencedora deverá fornecer a título de comodato: 40 (quarenta) equipamentos de aspiração a vácuo de pequenos volumes; 08 (oito) equipamentos de aspiração a vácuo de grandes volumes; e 35 (trinta e cinco) equipamentos conversores de ar comprimido em vácuo. Bolsa coletora descartável "sistema fechado" para armazenagem e descarte de pequenos volumes de líquidos corpóreos (até 1 litro), dobrável, confeccionada em polietileno, contendo válvula unidirecional com diafragma e válvula hidrofóbica anti-	Unidade	418275	500	35,7	74,3500	37.175,0000

	transbordamento, que impede o retorno da secreção para a rede de vácuo, acompanhada de extensão estéril de 2 mm em PVC descartável com obturador, e saco de lixo vermelho para descarte de conteúdo infectante, conforme item 5.4.1 da RDC 306 da ANVISA						
4	BOLSA PARA COLOSTOMIA "transparente" recortável até 64 mm	Unidade	477161	50	4,25	10,3131	515,6550
5	CÂNULA (TUBO) ENDOTRAQUEAL 7,0 , em pvc, modelo curva magill, com ponta distal atraumática e orifício murphy, com balão alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, com conector padrão e lúmen adicional p/ aspiração subglótica , estéril, de uso único	Unidade	451255	20	1	125,8000	2.516,0000
6	CÂNULA (TUBO) ENDOTRAQUEAL 7,5 , em pvc, modelo curva magill, com ponta distal atraumática e orifício murphy, com balão alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, com conector padrão e lúmen adicional p/ aspiração subglótica , estéril, de uso único	Unidade	451251	30	1	125,3600	3.760,8000
7	CÂNULA (TUBO) ENDOTRAQUEAL 8,0 , em pvc, modelo curva magill, com ponta distal atraumática e orifício murphy, com balão alto volume e baixa pressão, radiopaco, graduado, com conector padrão e lúmen adicional p/ aspiração subglótica , estéril, de uso único	Unidade	451256	20	1	121,4700	2.429,4000
8	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,5 , em pvc - cloreto de polivinila, descartável, estéril, com balão de baixa pressão e conector montado.	Unidade	255102	60	15	15,8700	952,2000
9	CATETER DE MONITORIZAÇÃO ARTERIAL , tamanho: cerca de 4 french , comprimento: cerca de 12 cm , esterilidade: estéril, uso único, material: poliuretano, componentes: kit c/ fio guia e agulha introdutora 20 ga, componente i: aba p/ sutura e fixação	Unidade	457458	50	-	98,5000	4.925,0000
10	CATETER DE MONITORIZAÇÃO ARTERIAL , tamanho: cerca de 4 French , comprimento: cerca de 6 cm , esterilidade: estéril, uso único, material: poliuretano, componentes: kit c/ fio guia e agulha introdutora 20 ga, componente i: aba p/ sutura e fixação	Unidade	457456	150	-	75,7900	11.368,5000
11	CATETER DE MONITORIZAÇÃO ARTERIAL , uso: radial, tamanho: 2,5 French , comprimento: 2,5 cm , esterilidade: estéril, uso único, material: polietileno, componentes: kit c/ fio guia e agulha introdutora, componente i: aba p/ sutura e fixação	Unidade	457457	50	-	129,8700	6.493,5000
12	CATETER DE MONITORIZAÇÃO ARTERIAL , uso: radial, tamanho: 3 French , comprimento: 5 cm , esterilidade: estéril, uso único, material: polietileno, componentes: kit c/ fio guia e agulha introdutora, componente i: aba p/ sutura e fixação	Unidade	439029	450	-	72,3200	32.544,0000
	CATETER MOUNT OU ESPAÇO MORTO COM CONECTOR : circuito para ventilador pulmonar, material:						

13	plástico, componentes: Traqueia parte interna lisa tipo: Catéter Mount, tamanho: cerca de 10 cm; características adicionais: Conector Cotovelo DI15/22MM c/ entrada adicional. Acessórios: Conector Reto de 22 MM.	Unidade	616579	50	10	22,5000	1.125,0000
14	CATETER VENOSO PERIFÉRICO 14G , radiopaco, com conector padrão, câmara de refluxo com filtro, sistema de segurança segundo NR/32, estéril, descartável, em embalagem individual	Unidade	437175	400	45	1,9900	796,0000
15	CONECTOR VALVULADO para acesso venoso sistema fechado, com membrana de silicone, conexão luer, para uso sem agulha, estéril, de uso único	Unidade	606121	1000	-	4,0000	4.000,0000
16	DISPOSITIVO (ADAPTADOR) PARA TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES , com dupla ponta perfurante, material polímero, com tampas, e estéril	Unidade	479646	1000	250	0,9199	919,9000
17	ESCOVA DEGERMANTE COM CLOREXIDINA A 2% , estéril, embalada individualmente	Unidade	620163	200	29	1,6800	336,0000
18	ESPÉCULO VAGINAL , modelo collin, tamanho grande , com trava tipo rosca, material polímero, estéril, uso único, embalagem individual	Unidade	479747	30	-	3,4900	104,7000
19	ESPÉCULO VAGINAL , modelo collin, tamanho médio , com trava tipo rosca, material polímero, estéril, uso único, embalagem individual	Unidade	479748	50	-	2,1750	108,7500
20	ESPÉCULO VAGINAL , modelo collin, tamanho pequeno , com trava tipo rosca, material polímero, estéril, uso único, embalagem individual	Unidade	479749	50	-	2,0350	101,7500
21	EXTENSOR ANTI-REFLUXO LINHA PACIENTE . Indicada para condução de meios de contrastes radiológicos através de bomba injetora de baixa pressão (300PSI ou 2100 KPA), com 2,3mm de diâmetro interno, cerca de 23 cm do comprimento e dupla válvula anti-refluxo que impede a contaminação por fluxo reverso, tipo Secufill, para Uso em Bomba Injetora Accutron CT-D (utilizado na instituição).	Unidade	458080	6000	1400	4,41	26.460,00
22	EXTENSOR PARA INFUSÃO DE CONTRASTE 2 VIAS Em Y. Equipos para enchimento e injeção de meios de contrastes e soro fisiológico no sistema Multi-paciente, tipo Manyfill D Vial, para uso em Bomba Injetora de Dupla Cabeça com pressão de 300 PSI. Dimensões aproximadas de comprimento de 150 cm de linha extensora para injeção, sendo 2,3 mm de diâmetro interno e linha condutora de marcação colorida azul para enchimento da seringa com soro fisiológico mais linha condutora de marcação colorida amarela para enchimento da seringa com meio de contraste. Compatível para o uso em Bomba Injetora Accutron CT-D (utilizado na instituição).	Unidade	458075	100	5	20,0000	2.000,0000
	FILTRO PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO MODELO HMEF , com função troca calor e umidade, com barreira microbiológica,						

23	membrana hidrófoba e higroscópica, conexões padrão com via para capnografia, tamanho adulto , estéril	Unidade	479621	500	100	4,1622	2.081,1000
24	FIXADOR DE TUBO OROTRAQUEAL: Fixador de tubo endotraqueal oral indicado para ser utilizado por profissionais de saúde para a fixação de tubos endotraqueais com diâmetro interno de 5,0 a 9,0 mm e tubos endotraqueais com lúmen de aspiração subglota integrado com diâmetro interno de 6,0 a 8,0 mm. com barreira protetora de pele a base de hidrocolóide, com mecanismo móvel que permita o reposicionamento do tubo, facilitando os cuidados orais e minimizando riscos de formação de úlcera por pressão nos lábios e tecido mucoso. Conter manga protetora que protege o tubo contra mordeduras e espasmos musculares na região oral. Com triplo mecanismo de fixação do tubo, diminuindo risco de extubação. Com tira acolchoada, ajustável e lavável com fácil fixação no pescoço, adulto. Não conter latex. Não estéril. Obs: Obrigatório apresentação de amostra.	Unidade	481528	120	-	103,3300	12.399,6000
25	FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES BRÔNQUICAS , em material: plástico transparente, com capacidade de cerca de 100 mL, com tampa: tampa rosqueável, 2 vias, com conector corta-fluxo, alça e graduação. Estéril, descartável, em embalagem individual	Unidade	621946	200	-	6,6400	1.328,0000
26	INDICADOR BIOLÓGICO DE TERCEIRA GERAÇÃO: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura - Espécie: Bacillus Stearothermophilus, Resposta Em 3 Horas, Para Esterilização A Vapor	Unidade	339628	500	-	5,5200	2.760,0000
27	INDICADOR QUÍMICO CLASSE V , tira de papel para esterilização a vapor	Unidade	332346	700	-	0,4700	564,0000
28	INDICADOR QUÍMICO BOWIE DICK: classe II, uso interno, apresentação em folha para teste, para esterilização a vapor	Unidade	332344	500	-	9,0000	4.500,0000
29	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA 24 FRENCH , com sonda de gastrostomia 24 FR, posicionamento distal - intra gástrica e peristomal, cerca de 780mm de comprimento, fio revestido, campo cirúrgico fenestrado, trava para cateter, trocater 14G, abraçadeira, compressa de gaze, alça de polipectomia, conector padrão em Y, clamp e tampa, sistema para fixação, conjunto completo p/ via endoscópica percutânea, estéril, descartável, embalagem individual	Unidade	440104	5	1	325,0000	1.625,0000
30	KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO de uso único, descartável, em embalagem individual, estéril, com equipo de soro, transdutor, torneira de três vias, linha de pressão, tampas protetoras. compatível com	Unidade	456957	500	-	166,0000	83.000,0000

	monitor Lifemed Lifetouch M12.						
31	LANCETA de lâmina:aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso descartável, estéril, embalagem individual	Unidade	303151	10000	2000	0,1130	1.130,0000
32	SERINGA VAZIA 200 mL - Seringa com capacidade de 200 ml e suporte a pressão de 300 psi , para angiografia, indicada para uso em bomba injetora de meios de contrastes para Tomografia Computadorizada, exclusivamente do tipo Luer lock. Compatível para o uso em Bomba Injetora Accutron CT-D (utilizado na instituição).	Unidade	617332	700	50	205,4400	143.808,0000
33	TORNEIRINHA DE 3 VIAS para controle de fluxo em terapias endovenosas, confeccionado em polímero rígido e transparente, com manípulo giratório de 360º, conexões Luer Lock, isento de látex, com tampas protetoras.	Unidade	457481	400	-	0,7600	304,0000
34	TOUCA HOSPITALAR , material não tecido 100% polipropileno, com elástico em toda volta, sem cor, com gramatura de cerca de 30 g/m2, tamanho único, uso descartável, hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex	Unidade	428620	20000	4000	0,1000	2.000,0000
35	PICC 5 FR Mono Lúmen - CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), EM POLÍMERO BIOCOMPATÍVEL, MONO LÚMEN , 5 FR X 55 CM DE COMPRIMENTO, DE ALTO FLUXO, LONGA PERMANÊNCIA, TERMO SENSÍVEL, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, MARCAS DE PROFUNDIDADE CM A CM, DESENHO CÔNICO REVERSO RESISTENTE À TORÇÃO. VELOCIDADE MÁXIMA DE INFUSÃO DE 5 ML/S, SUPORTA PRESSÃO DE 300 PSI, COM IDENTIFICAÇÃO NO RESPECTIVO LÚMEN, COM CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COM ESTILETE DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, FIO GUIA EM NITINOL ATRAUMÁTICO, INTRODUTOR/ DILATADOR EM PTFE LUBRIFICADO. INSUMOS ADEQUADOS EM FORMA DE KIT COMPATÍVEIS PARA INSERÇÃO GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA, BISTURI SEGURO, CATETER INTRAVENOSO AGULHADO E KIT DE PUNÇÃO POR ULTRASSOM PARA AGULHAS DE 18/20/21 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COBERTURA PLÁSTICA ESTÉRIL DE 120 CM DE COMPRIMENTO, SACHÊ ESTÉRIL CONTENDO DE GEL CONDUTOR, ANGULADORES ESTÉREIS DE PUNÇÃO PARA ACESSAR VASOS DE 0.5 A 6 CM DE PROFUNDIDADE, ACOPLÁVEIS AO TRANSDUTOR, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSÉPTICA RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DO CATETER, ESTÉRIL, QUE PERMITA PERFEITA FIXAÇÃO SEM SUTURA. EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA	Unidade	437320	20	-	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00

	ANVISA/MS.						
36	PICC 5 FR DUPLO LÚMEN - CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), EM POLÍMERO BIOCOMPATÍVEL, DUPLO LÚMEN, 5 FR X 55 CM DE COMPRIMENTO, DE ALTO FLUXO, LONGA PERMANÊNCIA, TERMO SENSÍVEL, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, MARCAS DE PROFUNDIDADE CM A CM, DESENHO CÔNICO REVERSO RESISTENTE À TORÇÃO. VELOCIDADE MÁXIMA DE INFUSÃO DE 5 ML/S, SUPORTA PRESSÃO DE 300 PSI, COM IDENTIFICAÇÃO NO RESPECTIVO LÚMEN, COM CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COM ESTILETE DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, FIO GUIA EM NITINOL ATRAUMÁTICO, INTRODUTOR/ DILATADOR EM PTFE LUBRIFICADO. INSUMOS ADEQUADOS EM FORMA DE KIT COMPATÍVEIS PARA INSERÇÃO GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA, BISTURI SEGURO, CATETER INTRAVENOSO AGULHADO E KIT DE PUNÇÃO POR ULTRASSOM PARA AGULHAS DE 18/20/21 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COBERTURA PLÁSTICA ESTÉRIL DE 120 CM DE COMPRIMENTO, SACHÊ ESTÉRIL CONTENDO DE GEL CONDUTOR, ANGULADORES ESTÉREIS DE PUNÇÃO PARA ACESSAR VASOS DE 0.5 A 6 CM DE PROFUNDIDADE, ACOPLÁVEIS AO TRANSDUTOR, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSÉPTICA RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DO CATETER, ESTÉRIL, QUE PERMITA PERFEITA FIXAÇÃO SEM SUTURA. EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Unidade	437327	20	-	R\$ 796,00	R\$ 15.920,00
37	PICC 6 FR DUPLO LÚMEN - CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), EM POLÍMERO BIOCOMPATÍVEL, DUPLO LÚMEN, 6 FR X 55 CM DE COMPRIMENTO, DE ALTO FLUXO, LONGA PERMANÊNCIA, TERMO SENSÍVEL, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, MARCAS DE PROFUNDIDADE CM A CM, DESENHO CÔNICO REVERSO RESISTENTE À TORÇÃO. VELOCIDADE MÁXIMA DE INFUSÃO DE 5 ML/S, SUPORTA PRESSÃO DE 300 PSI, COM IDENTIFICAÇÃO NO RESPECTIVO LÚMEN, COM CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, COM ESTILETE DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, FIO GUIA EM NITINOL ATRAUMÁTICO, INTRODUTOR/ DILATADOR EM PTFE LUBRIFICADO. INSUMOS ADEQUADOS EM FORMA DE KIT COMPATÍVEIS PARA INSERÇÃO GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA, BISTURI SEGURO, CATETER INTRAVENOSO AGULHADO E KIT DE PUNÇÃO POR ULTRASSOM PARA AGULHAS DE 18/20/21 G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COBERTURA PLÁSTICA ESTÉRIL DE 120 CM DE COMPRIMENTO, SACHÊ ESTÉRIL CONTENDO DE GEL CONDUTOR, ANGULADORES ESTÉREIS DE PUNÇÃO PARA ACESSAR VASOS DE 0.5 A 6 CM DE PROFUNDIDADE, ACOPLÁVEIS AO	Unidade	437328	35	-	R\$ 820,00	R\$ 28.700,00

TRANSDUTOR, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSÉPTICA RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DO CATETER, ESTÉRIL, QUE PERMITA PERFEITA FIXAÇÃO SEM SUTURA. EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.						
						TOTAL R\$ 454.020,715

4 - Alinhamento da Demanda	
Com o Plano de Contratações Anual	Em atenção ao Parágrafo Único do Art. 1º do Decreto N° 10.947/2022, nos termos do art.18, § 1º, II da Lei 14.133/21, a contratação ora pretendida encontra-se prevista no Plano de Contratação Anual 2026 (PCA/SESAP/2026), publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) com identificador de PCA nº 08241754010965-0-000001/2026, e Identificador da Futura Contratação para o Grupo "6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS", sob ID nº 927417-14/2026 e está disponível para consulta no endereço eletrônico https://pncp.gov.br/app/pca/08241754010965/2026/1 .

5 - Exigência da Demanda	
Data em que deve ser disponibilizada	O fornecimento do produto para a área da saúde deve ser iniciado com a maior brevidade possível, considerando a ausência de estoque no Hospital e a relevância desses itens, que são imprescindíveis para o tratamento dos pacientes. Reitero, portanto, a necessidade de que o fornecimento seja iniciado em tempo oportuno, estimado em, no máximo, 30 dias.
Grau de prioridade	☐ baixa ☐ média ☒ alta

6 - Observações gerais	
6.1	Unidade e setor responsável para esclarecimentos: Hospital Giselda Trigueiro/Central de Abastecimento Farmacêutico/CAF.
6.2	Demais observações necessárias à apresentação da demanda: - A presente licitação tem por objeto a seleção das propostas mais vantajosas para a administração na aquisição dos produtos informados, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do Menor Preço, a fim de abastecer o Hospital Giselda Trigueiro. - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Estadual nº 32.449, de 07 de março de 2023, que Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional de direito público do Estado do Rio Grande do Norte. - Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns. - O prazo de vigência da contratação é de 90 dias contados do recebimento da nota de empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 - Estimativa preliminar do valor de contratação

Tendo como referência o Preço constante no Sistema de Gestão Hospitalar (SGH) para os Produtos para Saúde acima mencionado, verificou-se que o valor da contratação, considerando o quantitativo necessário citado acima seja estimado em R\$ 454.020,715 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil vinte reais e setenta e um centavos)

8 - Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda para a sua execução, com vistas a determinar a sequência em que as contratações serão realizadas

Não se aplica.

9 - Indicação dos integrantes para a equipe de planejamento

Nome	Maria José de Souza Pieretti		
Cargo/função	Gerente da Divisão de Farmácia/HGT	Matrícula	152.803-3
E-mail	farmacia.do.hgt@gmail.com	Telefone	(84) 3232-7917
Nome	Marcel Lima Ribeiro Dantas		
Cargo/função	Coordenador da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)/HGT	Matrícula	242.364-2
E-mail	caf.farmaciahgt@gmail.com	Telefone	(84) 3232-7917

Natal/RN, 22 de junho de 2026.

Maria José de Souza Pieretti
Matrícula: 152.803-3
Gerente da Divisão de Farmácia/HGT

Marcel Lima Ribeiro Dantas
Matrícula: 242.364-2
Farmacêutico/HGT



Documento assinado eletronicamente por **MARCEL LIMA RIBEIRO DANTAS, Farmacêutico**, em 22/06/2026, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARIA JOSE DE SOUZA PIERETTI, Chefe de Divisão de Farmácia**, em 22/06/2026, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **YASKARA CAVALCANTI CARVALHO VASCONCELOS, Farmacêutica**, em 22/06/2026, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42223027** e o código CRC **13BE8BCA**.
