



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A secretaria de saúde e vigilância sanitária do município necessita realizar a contratação de empresa para aquisição de equipamentos para qualificação dos atendimentos no hospital municipal.

3. DO QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUAN T	VALOR UNITÁR IO	VALOR TOTAL
01	Cadeira odontológica completa automática	UND	1		
02	Eletrocardiógrafo	UND	1		
03	Detector/ sonar fetal	UND	2		
04	Seladoras para grau tipo mesa	UND	2		
05	Oxímetro	UND	2		
06	Válvula e fluxometro o2	UND	4		
07	Suporte de soro	UND	5		
08	Dosímetro de radiação	UND	1		
VALOR TOTAL:					

4. A EMPRESAS INTERESSADAS

4.1. Aos interessados, encaminhar proposta via e-mail (prefeituradpcompra@outlook.com) ou presencialmente, com o respectivo preço e os documentos abaixo elencados:

- a) Ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão competente;
- b) Cédula de identidade do titular;
- c) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica do ministério da fazenda (CNPJ/ MF);
- d) Prova de regularidade junto ao FGTS (CRF);
- e) Prova de regularidade com a fazenda municipal da sede (CND);
- f) Prova de regularidade com a fazenda estadual da sede (CND);
- g) Prova de regularidade com a fazenda federal conjunta com o INSS (CND);
- h) Prova de regularidade trabalhista, através de CND trabalhista expedida pelo

tribunal superior do trabalho ou conselho superior da justiça do trabalho, ou ainda tribunais regionais do trabalho.

5. DA FORMA DE FORNECIMENTO

5.1. O prazo para o início do fornecimento/ prestação de serviços deste objeto deste termo, será imediatamente após a assinatura do (s) documento (s) formalizado (s) no fim do processo, firmado (s) entre a prefeitura municipal de Damolândia e a (s) empresa (s) vencedora (s), sob pena de aplicação das sanções previstas no ato convocatório.

5.2. O objeto em tela deverá ser realizado conforme descrição e quantidades contidas na planilha do item 3. Deste termo de referência e nos valores deverão estar incluso a mão de obra, frete, e etc.

5.4. A Diretoria Geral verificará se os fornecimentos/ prestação de serviços, foram efetuados de acordo com as exigências deste Termo de Referência, estando os fornecimentos/ serviços em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pelo órgão competente e enviados ao setor financeiro do contratante para o pagamento devido.

5.5. A (s) empresa (s) vencedora (s) deverá entregar qualquer quantidade solicitada/ prestar os serviços, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para remessa dos itens/ serviços objeto deste termo.

6. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

6.1. O objeto deste termo de referência deverá ser entregues na secretaria de saúde.

7. DO PAGAMENTO E RECURSO FINANCEIRO

7.1. Os recursos financeiros para custear a presente aquisição serão provenientes da seguintes dotação orçamentária:

10.122.0063.2.074- 3.3.90.30/4.4.90.52- manutenção da secretaria de saúde.

7.2. O pagamento será transferido, diretamente pelo Contratante, efetivadas por meio de Depósito ou Transferência Bancária (TED, DOC, etc);

7.3. O pagamento será efetuado o até o 10º dia do mês subsequente.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1 - Além daquelas obrigações decorrentes da Lei, é dever do CONTRATADA:



8.1.1 - Prestar os serviços contratados em estrita conformidade com as especificações deste Termo de Referência e instrumento contratual;

8.1.2 - Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com o pessoal de sua contratação, necessário à execução do objeto contratual;

8.1.3 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à contratante ou a terceiros.

8.1.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao Contratante;

8.1.5. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do Contratante;

8.1.6. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

8.1.7. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para a contratação;

8.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

8.1.9. A contratada deverá cumprir todos os prazos estabelecidos pela legislação aplicada quanto aos serviços contratados;

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. São obrigações da Contratante, além de outras decorrentes do Contrato:

9.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, através de um Servidor ou Comissão especialmente designada para este fim.

9.1.2. Efetuar o pagamento na forma convencionada no Instrumento Contratual.

9.1.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no



PREFEITURA
**MUNICIPAL DE
DAMOLÂNDIA**
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA - GESTÃO 2025/2028

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.1.5. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições exigidas para a contratação.

10- DO FORO

10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Inhumas (GO), como competente para dirimir quaisquer dúvidas e/ou omissões oriundas da aplicação do presente, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Damolândia 19 de fevereiro de 2025.

**GABRYELA RIBEIRO FERREIRA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO**



Eletrocardiógrafo Moses - Cmos Drake

Eletrocardiógrafo Moses

O Eletrocardiógrafo Moses, produzido pela empresa brasileira Cmos Drake, é um equipamento médico de alta qualidade com mais de 30 anos de experiência no mercado. Ele registra as atividades elétricas do coração, permitindo análise e diagnóstico de condições cardíacas. Com exames em três canais simultaneamente, sua interface intuitiva facilita o uso. É amplamente utilizado por profissionais de saúde em hospitais, clínicas e consultórios. Sua precisão, recursos de melhoria da qualidade do exame e portabilidade são vantagens destacadas, com armazenamento de resultados para acesso rápido.

Informações do Produto:

- 12 Derivações Simultâneas na tela
- 3 canais de impressão de alta performance
- Tela de 5,6" de alta resolução
- Teclado resistente e emborrachado
- Conexão USB e LAN
- Bateria de Lithium-Ion 8 horas de duração em uso contínuo.

- Peso: 1,5kg.

- Dimensões: 260x180x55mm

ITEM 02 – 02 UNIDADES


Seladora Manual Grau Cirúrgico 30 cm - 220V

Essa Seladora possui barra de selagem de 30 cm adequada para vários tamanhos de embalagens. Com uso de sistema de aquecimento através de resistências, ela proporciona uma selagem perfeita e maior vida útil ao material selado.



ITEM 03 – 01 UNIDADE

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO - Prime One



Apresenta sistemas automatizados e de inteligência artificial que proporcionam ao CD:

- Realizar suas três preferidas posições de trabalho que facilita o seu dia a dia.
- Realizar o Trendelenburg dando segurança em caso de hipotensão ou desmaio do paciente.
- Regular a intensidade do refletor por sensor de aproximação sem o toque das mãos atendendo as necessidades de iluminação e a biossegurança.
- Selecionar as pontas automaticamente atendendo aos princípios de ergonomia (tempos e movimentos).

Cadeira Odontológica Flex

- 09 movimentos: 04 individuais e 05 automáticos (volta a zero e 03 posições de trabalho + Last Position -50° Trendelenburg);
- Pedal de comando acoplado à base com acionamento por botões e joystick;
- Encosto e assento confortável e anatômico de fácil higienização;
- Estrutura resistente e estável (dispensa fixação) com pintura lisa e branco dental, com tratamento anticorrosivo e antibacteriano; e base com debrum antiderrapante;
- Sistema de fuso de elevação (motorreductor isento de óleo). Tensão de alimentação: 90 a 240 Vac -50/60Hz. Força máx. de 600kg; certificado pela DEWERT / PTR (ISO 9001, ISO 14.001 e RoHS); suporta paciente de até 200kg;
- Botão vermelho de Stop Emergencial conforme a Norma Internacional

Oxímetro de Pulso Portátil e de Mesa SP-20

Oxímetro de pulso com monitoramento do SpO2, Frequência de pulso e índice de perfusão (PI) com curva plestimográfica e barra de pulso. Oxímetro de Pulso Portátil e de Mesa SP-20

Oxímetro de pulso com monitoramento do SpO2, Frequência de pulso e índice de perfusão (PI) com curva plestimográfica e barra de pulso.

- Uso adulto, pediátrico e neonatal
- Alarmes audiovisuais ajustáveis
- Grau de proteção IPX22
- Bateria de lítio para até 24 horas
- 580 horas de armazenamento de dados
- Software de PC para gerenciamento de dados
- Gráficos de tendências SpO2 e PR com opção para gravação
- Botão silenciar alarme
- Suporte no equipamento para visualização na horizontal
- Capa de proteção em silicone



Especificações Técnicas

SpO2

- Transdutor: Sensor LED de duplo comprimento de onda
- Faixa de exibição: 0% - 100
- Precisão de medição: $\pm 2\%$ (variação de 70% a 100%)

Taxa de pulso

- Faixa de medição: 30 - 250bpm
- Precisão de medição: $\pm 2\text{bpm}$ ou $\pm 2\%$

Modo de Medição

- Verificação contínua ou pontual

Armazenamento de dados

- Até 580 horas

Idioma de exibição

- Português

Display

- Tela colorida TFT de 3,5 " rotacional (ultima geração)

Bateria

- Bateria de lítio 2000mAh sem efeito memória

Carregamento

- Direto na rede elétrica via cabo USB ou base de mesa (bivolt automático)

Dimensões

- 158mm x 73mm x 25mm

Peso líquido

- 230g (com bateria)

Comunicação de dados

- Cabo USB ou Wireless (transferência sem fio)

Itens inclusos

- Sensor reutilizável tipo clip adulto (padrão)
- Capa emborrachada
- Base de mesa
- Fonte de alimentação 5V
- Cabo micro USB
- Manual do usuário

SENSOR ADULTO E INFANTIL

ITEM 04 – 01 UNIDADE

Detector Fetal Sonosound Para Detectar Batimentos Do Bebê



Características:

Contém componentes transmissores e receptores de sinais ultrassônicos, unidade de processamento de sinais analógicos, unidade de cálculo da Frequência Cardíaca Fetal (FHR) e unidade de controle de exibição em tela LCD;
Seu desempenho superior, possui três modos de funcionamento;
Modo de exibição da Frequência Cardíaca Fetal em tempo real;
Modo de exibição da média da Frequência Cardíaca Fetal;
Modo manual;
Possuem saída de áudio que podem ser conectada com fone de ouvido, ou gravada, e controle de volume;
Portátil e fácil de operar;
Possui indicador de quantidade de carga da bateria, além de apresentar luz de fundo da tela e desligamento automático.

ITEM 05 – 05 UNIDADES




SUPORE DE SORO, COM RODIZIO EM AÇO INOX COM REGULAGEM DE ALTURA



ITEM 06 – 04 UNIDADES

VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO + FLUXOMETRO – PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO



- Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kg/cm²)
- Corpo: Latão cromado
- Conexões de entrada e saída: Latão cromado
- Manômetro: Aço com pintura epóxi
- Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kg/cm² para entrada de 100 Kg/cm²
- Conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT
- Para segurança, recomenda-se a verificação da calibração no mínimo 1 vez ao ano.

Altura 13 cm
Largura 6 cm
Profundidade 17 cm
Peso 0,751 Kg

ITEM 07 – 01 UNIDADE

Medidor Detector Radiação Dosímetro Portátil Usb Digital Lcd



Dosímetro de Radiação Eletromagnética Detector Medidor Dosimeter Tester LCD Digital
Contador para Computador Telefone TV GM3120 Magnético