

TERMO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

Registro de Preços Eletrônico - 0013/2025

OBJETO: O objeto consiste na seleção de propostas visando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE com objetivo de atender às necessidades dos serviços de saúde bucal do município de Portalegre/RN.

DAS AMOSTRAS: Através dos catálogos de amostras para análise, informo que as amostras destes fornecedores foram analisadas e que a decisão tomada sobre cada item está relatada abaixo.

FORNECEDORES

MULTIMED- (ITEM 53, 161, 162, 163, 165, 184, 185, 207)

DENTA IPO LTDA - (ITEM 103, 104, 160, 167, 168, 191, 193)

DENTAL SARMENTO- (ITEM 152)

DENTAL BH- (ITEM 28, 99, 100, 101, 102, 161, 162, 163, 165, 192, 205)

JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI- (ITEM 164,166)

DENTAL NUNES- (ITEM 206)

ITAPAMED - (ITEM 208)

Relação dos itens analisados

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	EMPRESA E MARCA FORNECIDA	SITUAÇÃO
28	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE PROFILAXIA	DENTAL BH BRASIL DENTEMED	APROVADO
53	ADESIVO SINGLE BOND 2 - CARACTERÍSTICAS: RENDIMENTO (3 GRAMAS): 140 APLICAÇÕES. ADESIVO PRÁTICO, COM PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL: NÃO EVAPORA COMO A ACETONA. NÃO É NECESSÁRIO AGITAR O FRASCO ANTES DO USO. MENOR SENSIBILIDADE TÉCNICA, MENOR SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA. FRASCO COM TAMPA "FLIP TOP" QUE EVITA O DESPERDÍCIO E PODE SER MANUSEADO APENAS COM UMA MÃO DAS MÃOS. ARMAZENAMENTO: À TEMPERATURA AMBIENTE DE APROXIMADAMENTE 21-24°C. INDICAÇÕES: PODE SER USADO EM DIFERENTES TÉCNICAS ADESIVAS,	MULTIMED 3M	APROVADO

	COMO: RESTAURAÇÕES DAS CLASSES I, II, III, IV E V; REPAROS EM PORCELANA E RESINAS; DESSENSIBILIZAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS; CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS; CIMENTAÇÃO DE FACETAS; COMO CIMENTO RESINOSO ADESIVO, EM COROAS, PINOS INTRARRADICULARES, INLAYS E ONLAYS		
99	RESINA FILTEK- RESINA MICROHÍBRIDA. COR A1	DENTAL BH FGM	REPROVADO O ITEM OFERTADO NÃO É UMA RESINA FILTEK. NÃO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA. A RESINA FILTEK É MICROHÍBRIDA COM NAMOPARTICULAS E COMPOSIÇÃO DE: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO; ENQUANTO A OFERTADA É NANOHÍBRIDA E TEM NA SUA COMPOSIÇÃO: INGREDIENTES ATIVOS (MONÔMERO BISGMA, BISEMA, TEGDMA, UDMA, CANFOROQUINONA, COINICIADORES E SILANO); INGREDIENTES INATIVOS (VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO-SILICATO E PARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILÍCIO).
100	RESINA FILTEK- RESINA MICROHÍBRIDA. COR A2	DENTAL BH FGM	REPROVADO O ITEM OFERTADO NÃO É UMA RESINA FILTEK. NÃO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA. A RESINA FILTEK É MICROHÍBRIDA COM NAMOPARTICULAS E COMPOSIÇÃO DE: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO; ENQUANTO A OFERTADA É NANOHÍBRIDA E TEM NA SUA COMPOSIÇÃO:

			INGREDIENTES ATIVOS (MONÔMERO BISGMA, BISEMA, TEGDMA, UDMA, CANFOROQUINONA, COINICIADORES E SILANO); INGREDIENTES INATIVOS (VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO-SILICATO E PARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILÍCIO).
101	RESINA FILTEK- RESINA MICROHÍBRIDA. COR A3	DENTAL BH FGM	REPROVADO O ITEM OFERTADO NÃO É UMA RESINA FILTEK. NÃO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA. A RESINA FILTEK É MICROHÍBRIDA COM NAMOPARTICULAS E COMPOSIÇÃO DE: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO; ENQUANTO A OFERTADA É NANOHÍBRIDA E TEM NA SUA COMPOSIÇÃO: INGREDIENTES ATIVOS (MONÔMERO BISGMA, BISEMA, TEGDMA, UDMA, CANFOROQUINONA, COINICIADORES E SILANO); INGREDIENTES INATIVOS (VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO-SILICATO E PARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILÍCIO).
102	RESINA FILTEK- RESINA MICROHÍBRIDA. COR A3,5	DENTAL BH FGM	REPROVADO O ITEM OFERTADO NÃO É UMA RESINA FILTEK. NÃO ATENDE AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA. A RESINA FILTEK É MICROHÍBRIDA COM NAMOPARTICULAS E COMPOSIÇÃO DE: BISGMA, TEGDMA, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO, UDMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA E SÍLICA TRATADA DE SILANO; ENQUANTO A OFERTADA É NANOHÍBRIDA E TEM NA

			SUA COMPOSIÇÃO: INGREDIENTES ATIVOS (MONÔMERO BISGMA, BISEMA, TEGDMA, UDMA, CANFOROQUINONA, COINICIADORES E SILANO); INGREDIENTES INATIVOS (VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO-SILICATO E PARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILÍCIO).
103	RESINA FILTEK- RESINA MICROHÍBRIDA. COR A3B Z350 XT	DENTAL IPO LTDA ULTRADENT	APROVADO
104	RESINA FILTEK Z350 XT COR A3D	DENTAL IPO LTDA ULTRADENT	APROVADO
152	GUTA PERCHA PARA SISTEMA ROTATÓRIO #35.04 – CARACTERÍSTICAS: PERMITE QUE OS PROFISSIONAIS TENHAM MAIORES E MELHORES OPÇÕES TÉCNICAS DURANTE A OBTURAÇÃO DOS CONDUTOS RADICULARES. GUTA PERCHA TAPER. APLICAÇÃO: INDICADA PARA PREPAROS AUTOMATIZADOS QUE TERMINEM COM INSTRUMENTOS DE CONICIDADE 04 E APRESENTEM PADRONIZAÇÃO ISO DE DIÂMETRO DE PONTA	DENTAL SARMENTO MK LIFE	APROVADO
160	LIMA C-PILOT SÉRIE ESPECIAL #08 DE 21 MM - EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. – CARACTERÍSTICAS: PARTE ATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. SÉRIE: ESPECIAL. ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO TÉRMICO. FINAS, PORÉM RESISTENTES PARA CANAIS CALCIFICADOS. MARCAS DE PROFUNDIDADE RADIOPACAS. NOVO CABO CC+ CONFORTÁVEL. STOP DE SILICONE (COMO SUPORTE VISUAL PARA MANTER O COMPRIMENTO DE TRABALHO) E UM CABO FEITO DE POLIETERIMIDA NA PARTE SUPERIOR DO INSTRUMENTO. RECOMENDAÇÃO DE USO ÚNICO. REGISTRO ANVISA: 80196880340. APLICAÇÃO: A LIMA C-PILOT SÉRIE ESPECIAL É DE ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO TÉRMICO, SENDO O SEU USO INDICADO PARA CANAIS RADICULARES MUITO CURVADOS E DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ABRIR CAMINHO PARA O PREPARO ROTATÓRIO COM INSTRUMENTO DE NITI. FINA E RESISTENTE, ELA É MAIS INDICADA PARA CANAIS CALCIFICADOS	DENTAL IPO LTDA VDW	APROVADO
161	LIMA C-PILOT SÉRIE ESPECIAL #10 DE 25 MM - EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. – CARACTERÍSTICAS: PARTE ATIVA	DENTAL BH DENTSPLY SIRONA	REPROVADO O ITEM OFERTADO NÃO CORRESPONDE AO

	FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. SÉRIE: ESPECIAL. ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO TÉRMICO. FINAS, PORÉM RESISTENTES PARA CANAIS CALCIFICADOS. MARCAS DE PROFUNDIDADE RADIOPACAS. NOVO CABO CC+ CONFORTÁVEL. STOP DE SILICONE (COMO SUPORTE VISUAL PARA MANTER O COMPRIMENTO DE TRABALHO) E UM CABO FEITO DE POLIETERIMIDA NA PARTE SUPERIOR DO INSTRUMENTO. RECOMENDAÇÃO DE USO ÚNICO. REGISTRO ANVISA: 80196880340. APLICAÇÃO: A LIMA C-PILOT SÉRIE ESPECIAL É DE ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO TÉRMICO, SENDO O SEU USO INDICADO PARA CANAIS RADICULARES MUITO CURVADOS E DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ABRIR CAMINHO PARA O PREPARO ROTATÓRIO COM INSTRUMENTO DE NITI. FINA E RESISTENTE, ELA É MAIS INDICADA PARA CANAIS CALCIFICADOS		SOLICITADO NO CERTAME
162	LIMA C-PILOT SÉRIE ESPECIAL #10 DE 21 MM - EMBALAGEM COM 6 UNIDADES – CARACTERÍSTICAS: PARTE ATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. SÉRIE: ESPECIAL. ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO TÉRMICO. FINAS, PORÉM RESISTENTES PARA CANAIS CALCIFICADOS. MARCAS DE PROFUNDIDADE RADIOPACAS. NOVO CABO CC+ CONFORTÁVEL. STOP DE SILICONE (COMO SUPORTE VISUAL PARA MANTER O COMPRIMENTO DE TRABALHO) E UM CABO FEITO DE POLIETERIMIDA NA PARTE SUPERIOR DO INSTRUMENTO. RECOMENDAÇÃO DE USO ÚNICO. REGISTRO ANVISA: 80196880340. APLICAÇÃO: A LIMA C-PILOT SÉRIE ESPECIAL É DE ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO TÉRMICO, SENDO O SEU USO INDICADO PARA CANAIS RADICULARES MUITO CURVADOS E DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ABRIR CAMINHO PARA O PREPARO ROTATÓRIO COM INSTRUMENTO DE NITI. FINA E RESISTENTE, ELA É MAIS INDICADA PARA CANAIS CALCIFICADOS	DENTAL BH DENTSPLY SIRONA	REPROVADO O ITEM OFERTADO NÃO CORRESPONDE AO SOLICITADO NO CERTAME
163	LIMA C-PILOT SÉRIE ESPECIAL #15 DE 25 MM - EMBALAGEM COM 6 UNIDADES – CARACTERÍSTICAS: PARTE ATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN	DENTAL BH DENTSPLY SIRONA	REPROVADO O ITEM OFERTADO NÃO CORRESPONDE AO SOLICITADO NO CERTAME

	1.4310. SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR. SÉRIE: ESPECIAL. ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO TÉRMICO. FINAS, PORÉM RESISTENTES PARA CANAIS CALCIFICADOS. MARCAS DE PROFUNDIDADE RADIOPACAS. NOVO CABO CC+ CONFORTÁVEL. STOP DE SILICONE (COMO SUPORTE VISUAL PARA MANTER O COMPRIMENTO DE TRABALHO) E UM CABO FEITO DE POLIETERIMIDA NA PARTE SUPERIOR DO INSTRUMENTO. RECOMENDAÇÃO DE USO ÚNICO. REGISTRO ANVISA: 80196880340. APLICAÇÃO: A LIMA C-PILOT SÉRIE ESPECIAL É DE ALTA RESISTÊNCIA À FLEXÃO MEDIANTE ENDURECIMENTO TÉRMICO, SENDO O SEU USO INDICADO PARA CANAIS RADICULARES MUITO CURVADOS E DE DIFÍCIL ACESSO, PARA ABRIR CAMINHO PARA O PREPARO ROTATÓRIO COM INSTRUMENTO DE NITI. FINA E RESISTENTE, ELA É MAIS INDICADA PARA CANAIS CALCIFICADOS		
164	LIMA K 1ª SÉRIE (#15-40) DE 25 MM - EMBALAGEM COM 6 UNIDADES - CARACTERÍSTICAS: LIMA MANUAL. SÉRIE: 1ª SÉRIE. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO. DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE. BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER) .02. POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40. CONTA COM ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. PONTA INATIVA. COM STOPS DE SILICONE. VALIDADE: 5 ANOS. REGISTRO ANVISA: 80196880252. APLICAÇÃO: A LIMA K 1ª SÉRIE É UMA LIMA MANUAL FABRICADA POR TORÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE COM CABO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIAMIDA, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI DENTSPLY	APROVADO
165	LIMA K 1ª SÉRIE (#15-40) DE 31 MM -	DENTAL BH	REPROVADO

	EMBALAGEM COM 6 UNIDADES - CARACTERÍSTICAS: LIMA MANUAL. SÉRIE: 1ª SÉRIE. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO. DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE. BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER) .02. POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40. CONTA COM ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. PONTA INATIVA. COM STOPS DE SILICONE. VALIDADE: 5 ANOS. REGISTRO ANVISA: 80196880252. APLICAÇÃO: A LIMA K 1ª SÉRIE É UMA LIMA MANUAL FABRICADA POR TORÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE COM CABO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIAMIDA, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS.	DENTSPLY SIRONA	O ITEM OFERTADO NÃO CORRESPONDE AO SOLICITADO NO CERTAME
166	LIMA K 2ª SÉRIE (#45-80) DE 25 MM - EMBALAGEM COM 6 UNIDADES - CARACTERÍSTICAS: LIMA MANUAL. SÉRIE: 2ª SÉRIE. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETRO-POLIDAS, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. ORIFÍCIO DE SEGURANÇA NO CABO DE PLÁSTICO. DISPOSIÇÃO INDIVIDUAL DE FÁCIL DESTAQUE. BLISTER ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER) .02. POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR ATÉ O NÚMERO 40. CONTA COM ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. PONTA INATIVA. COM STOPS DE SILICONE. VALIDADE: 5 ANOS. REGISTRO ANVISA: 80196880252. APLICAÇÃO: A LIMA K 2ª SÉRIE É UMA LIMA MANUAL FABRICADA POR TORÇÃO	JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI DENTSPLY	APROVADO

	EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE COM CABO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIAMIDA, EMPREGADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS.		
167	LIMA RECIPROCANTE RECIPROC BLUE-25.08- 25 MM. BLISTER COM 04 UNIDADES – CARACTERÍSTICAS: FÁCIL APRENDIZADO. ALTA FLEXIBILIDADE E SEGURANÇA. PRODUZIDAS EM NÍQUEL-TITÂNICO (NITI). DESIGN QUE PERMITE CORTE COM EFICIÊNCIA CONSTANTE. REDUÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO. DE USO ÚNICO (UM PACIENTE). RESISTÊNCIA À FADIGA CÍCLICA ATRAVÉS DO MOVIMENTO ALTERNATIVO ORIGINAL E ÂNGULOS DE ROTAÇÃO. RISCO REDUZIDO DE FRATURA DO INSTRUMENTO E DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. PROGRESSÃO SUAVE DO INSTRUMENTO, GRAÇAS A LIGA NITI TRATADA TERMICAMENTE. PERMITE PRÉ-DOBRAR O INSTRUMENTO. FÁCIL ACESSO AO CANAL. SEGUE A ANATOMIA NATURAL DO CANAL SUAVEMENTE. MELHORA A CAPACIDADE DE CENTRALIZAÇÃO ATRAVÉS DA SUA FLEXIBILIDADE. APLICAÇÃO: INSTRUMENTAÇÃO E MODELAGEM DOS CANAIS RADICULARES	DENTAL IPO LTDA VDW	APROVADO
168	LIMA X1-BLUE 25.06 25MM COM 3 UNIDADES – CARACTERÍSTICAS: EXCELENTE PODER DE CORTE E RESISTÊNCIA FLEXURAL. TRATAMENTO TÉRMICO DE SUPERFÍCIE BLUE COM CONTROLE DE MEMÓRIA (CM). LIMA 25.06: IDEAL PARA A MAIORIA DOS CASOS. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR. PONTA INATIVA. TAPER 06. VELOCIDADE RECOMENDADA: 350RPM. TORQUE: 2NCM. APLICAÇÃO: INSTRUMENTAÇÃO E MODELAGEM DOS CANAIS RADICULARES	DENTAL IPO LTDA MK LIFE	APROVADO
184	MOTOR ENDODÔNTICO SILVER RECIPROC	MULTIMED VDW	APROVADO
185	LOCALIZADOR APICAL – CARACTERÍSTICAS: DE FÁCIL MANUSEIO E OBJETIVO. VISOR AMPLO E CLARO EM LCD FORNECENDO TODOS OS DADOS DE QUE VOCÊ PRECISA. CONFIÁVEL: ALTA PRECISÃO, BASEADA NOS ALGORITMOS PATENTEADOS E ATESTADOS DA FORUMTEC. MEDIÇÕES TOTALMENTE AUTOMÁTICAS. FLEXÍVEL: APROPRIADO PARA MEDIÇÕES TANTO EM CANAIS ÚMIDOS QUANTO EM SECOS. VALORES	MULTIMED SCHUSTER	APROVADO

	NUMÉRICOS SELECIONADOS EXIBIDOS: 2,0, 1,5, 1,0, 0,75, 0,5, 0,25, 0,0, FO (FORAME). EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO, AGREGANDO GRANDE VALOR PELO INVESTIMENTO. FEEDBACK DE ÁUDIO COM CONTROLE DE VOLUME. DESLIGA AUTOMATICAMENTE SE NÃO ESTIVER EM USO- PESO: 100 GRAMAS. DIMENSÕES: 55 92 16 MM. APLICAÇÃO: ODONTOMETRIA DURANTE TRATAMENTO ENDODÔNTICO. CONTEÚDO: EMBALAGEM COM 1 LOCALIZADOR, 1 SUPORTE, 1 PILHA ALCALINA AAA DE 1,5 V, 1 CABO DE MEDIÇÃO, 2 CLIPES DE LIMAS, 5 CLIPES LABIAIS, 1 SENSOR DE TOQUE, 1 CHAVE DE FENDA (PARA O COMPARTIMENTO DA BATERIA), MANUAL DE INSTRUÇÕES		
191	LIMA RECIPROCANTE RECIPROC BLUE-40.06 - 25 MM. BLISTER COM 04 UNIDADES - CARACTERÍSTICAS: FÁCIL APRENDIZADO. ALTA FLEXIBILIDADE E SEGURANÇA. PRODUZIDAS EM NÍQUEL-TITÂNICO (NITI). DESIGN QUE PERMITE CORTE COM EFICIÊNCIA CONSTANTE. REDUÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO. DE USO ÚNICO (UM PACIENTE). RESISTÊNCIA À FADIGA CÍCLICA ATRAVÉS DO MOVIMENTO ALTERNATIVO ORIGINAL E ÂNGULOS DE ROTAÇÃO. RISCO REDUZIDO DE FRATURA DO INSTRUMENTO E DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. PROGRESSÃO SUAVE DO INSTRUMENTO, GRAÇAS A LIGA NITI TRATADA TERMICAMENTE. PERMITE PRÉ-DOBRAR O INSTRUMENTO. FÁCIL ACESSO AO CANAL. SEGUE A ANATOMIA NATURAL DO CANAL SUAVEMENTE. MELHORA A CAPACIDADE DE CENTRALIZAÇÃO ATRAVÉS DA SUA FLEXIBILIDADE. APLICAÇÃO: INSTRUMENTAÇÃO E MODELAGEM DOS CANAIS RADICULARES	DENTAL IPO LTDA VDW	APROVADO
192	LIMA RECIPROCANTE RECIPROC BLUE-50.05- 25 MM. BLISTER COM 04 UNIDADES - CARACTERÍSTICAS: FÁCIL APRENDIZADO. ALTA FLEXIBILIDADE E SEGURANÇA. PRODUZIDAS EM NÍQUEL-TITÂNICO (NITI). DESIGN QUE PERMITE CORTE COM EFICIÊNCIA CONSTANTE. REDUÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO. DE USO ÚNICO (UM PACIENTE). RESISTÊNCIA À FADIGA CÍCLICA ATRAVÉS DO MOVIMENTO ALTERNATIVO ORIGINAL E ÂNGULOS DE ROTAÇÃO. RISCO REDUZIDO DE FRATURA DO INSTRUMENTO E DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. PROGRESSÃO SUAVE DO INSTRUMENTO,	DENTAL BH BRASIL VDW	APROVADO

	GRAÇAS A LIGA NITI TRATADA TERMICAMENTE. PERMITE PRÉ-DOBRAR O INSTRUMENTO. FÁCIL ACESSO AO CANAL. SEGUE A ANATOMIA NATURAL DO CANAL SUAVEMENTE. MELHORA A CAPACIDADE DE CENTRALIZAÇÃO ATRAVÉS DA SUA FLEXIBILIDADE. APLICAÇÃO: INSTRUMENTAÇÃO E MODELAGEM DOS CANAIS RADICULARES		
193	LIMA RECIPROCANTE RECIPROC- 25.08 DE 25 MM. BLISTER COM 04 UNIDADES – CARACTERÍSTICAS: FABRICADA COM LIGA DE NITI M-WIRE®. LIMA RECIPROCANTE. SISTEMA DE LIMA ÚNICA: APENAS UMA LIMA PARA MAIORIA DOS CASOS. DESIGN EXCLUSIVO EM FORMA DE “S”. PONTA INATIVA. CONICIDADE DECRESCENTE NO MESMO INSTRUMENTO. MENOR RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. INSTRUMENTO DE USO ÚNICO (UM PACIENTE), DEVE SER DESCARTADO APÓS O USO, TORNANDO O FLUXO DE TRABALHO MAIS EFICIENTE. ESTÉRIL, PRONTO PARA USO. OFERECE MAIOR ECONOMIA DE TEMPO COM REDUÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO. SEM NECESSIDADE DE ALTERNAR INSTRUMENTOS. INSTRUMENTOS INDIVIDUAIS OU SORTIDOS NOS COMPRIMENTOS 21, 25 E 31MM E CONICIDADES R 25 (25.08), R 40 (40.06) E R 50 (50.05) - CONSULTAR DISPONIBILIDADE. CATEGORIA: ENDODONTIA. APLICAÇÃO: INDICADA PARA O PREPARO DE CANAIS RADICULARES E RETRATAMENTO NA ELIMINAÇÃO DE OBTURAÇÃO COM GUTTA-PERCHA	DENTAL IPO LTDA VDW	APROVADO
205	PONTA DE ULTRASSON E1 IRRISONIC- ENCAIXE TIPO E (COMPÁTIVEL COM ULTRASSON MICRODONT, ORTUS E DENTEMED) – APLICAÇÃO: USADA PARA ATIVAÇÃO ULTRASSÔNICA DA SOLUÇÃO IRRIGADORA, MEDICAÇÃO INTRACANAL E ATIVAÇÃO DO CIMENTO OBTURADOR	DENTAL BH MICRODONT	APROVADO
206	PONTA DE ULTRASSON R1 CLEARSONIC BLACK- ENCAIXE TIPO E (COMPÁTIVEL COM ULTRASSON MICRODONT, ORTUS E DENTEMED) – APLICAÇÃO: REMOVEM A GUTA-PERCHA DAS PORÇÕES CERVICAL E MÉDIA DO CANAL RADICULAR DE FORMA E SEGURA, PRESERVANDO A ANATOMIA DO CANAL COM MÍNIMA PERDA DE DENTINA, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE SOLVENTES	DENTAL NUNES MICRODONT	APROVADO
207	PONTA DE ULTRASSON G1- TIPO DE ENCAIXE E (COMPATÍVEL COM ULTRASSON DENTMED E ORTUS) –	MULTIMED MICRODONT	APROVADO

	APLICAÇÃO: A PONTA ULTRASSÔNICA G1 É UM ACESSÓRIO INDICADO PARA RASPAGEM DE CÁLCULO SUPRA GENGIVAL, COM MODO DE OPERAÇÃO P-TRATAMENTO PERIODONTAL		
208	PONTA DE ULTRASSON GD2- TIPO DE ENCAIXE E (COMPATÍVEL COM ULTRASSON DENTMED E ORTUS) – APLICAÇÃO: A PONTA ULTRASSÔNICA G1 É UM ACESSÓRIO INDICADO PARA RASPAGEM DE CÁLCULO SUPRA GENGIVAL, COM MODO DE OPERAÇÃO P-TRATAMENTO PERIODONTAL	ITAPAMED ALT	APROVADO

Documento assinado digitalmente
 VANESSA LACERDA GONCALVES
Data: 17/06/2025 16:01:08-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Vanessa Lacerda Gonçalves

Integrante Técnico

Odontóloga

PORTALEGRE, 03 DE JULHO DE 2025

