



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São João Batista
Fundo Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 007/FMS/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
10/07/2025 15:13	11/07/2025 08:00	23/07/2025 23:59	28/07/2025 08:15	28/07/2025 08:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CABINE ACÚSTICA PARA AUDIOMETRIA: NO MÍNIMO DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90M (LARGURA), X 1,90M (COMPRIMENTO) X 2,00M (ALTURA), OFERECENDO UM AMBIENTE CONTROLADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDITIVOS PRECISOS. FABRICADA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE. ASSEGURA ISOLAMENTO ACÚSTICO EFICAZ E CONFORTO AO USUARIO. ESTRUTURA EM MDF BRANCO DE ALTA QUALIDADE. PISO REVESTIDO COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE VINÍLICO MOEDA, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE OS EXAMES. SISTEMA DE VENTILAÇÃO EQUIPADO COM SISTEMA SILENTE DE VENTILAÇÃO PROPORCIONANDO RENOVAÇÃO DE AR SEM RUÍDOS INDESEJADOS, ILUMINAÇÃO COM PAINEL DE LED EMBUTIDO DE 4W, PORTA MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,65M (LARGURA) X 1,70M (ALTURA) COMPOSTA POR DOIS VIDROS PARALELOS DE 6MM, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO CLARA DO PACIENTE. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO VIR INCLUSOS: INTERRUPTOR, TOMADA, PASSA-FIO E EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA. ENTRADAS ESPECÍFICAS PARA CABOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COMO AUDIÔMETROS. ESTRUTURA TOTALMENTE DESMONTÁVEL SEM A NECESSIDADE DE PARAFUSOS, FACILITANDO O TRANSPORTE E A INSTALAÇÃO. MESAS INTERNAS E EXTERNAS RETRÁTEIS DISPONÍVEIS COMO OPCIONAIS. LAUDO DE CALIBRAÇÃO COM ENSAIO DE FÁBRICA, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE QUALIDADE. ISOLAMENTO ACÚSTICO DE ATENUAÇÃO SONORA CONFORME FREQUÊNCIAS ESPECÍFICAS, ASSEGURANDO O AMBIENTE ADEQUADO PARA TESTES AUDITIVOS.	6.340,53	1	UND	Fracassado
0002	PIA PORTÁTIL COMPLETA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS OU PEQUENOS OBJETOS SEM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. MATERIAL: MDP. PARTE SUPERIOR PARA GALÃO COM SUPORTE DE 20 LITROS ENCAIXADO COM ENGATE RÁPIDO PARA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA. COM TORNEIRA COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGAMENTO USB, DEVENDO ACOMPANHAR O CABO USB.	2.150,84	20	UN	Homologado





0003	VÍDEOCOLPOSCÓPIO DE AUMENTO DIGITAL DE 8X A 30X - ESTATIVA EM PEDESTAL: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 – 230 VC.A. 50/60 HZ. FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO: 2X FUSÍVEIS DE VIDRO 5X20 MM T 2AL, 250V. POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 55 VA. MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO. INTERFACE DE COMANDOS COM ZOOM, FOCO, LUZ E LUZ VERDE. CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA. FILTRO LUZ VERDE. ILUMINAÇÃO POR LED COM VIDA ÚTIL PREVISTA PARA 50 000 HORAS. ZOOM ÓPTICO MOTORIZADO: 8X – 30X COM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM. OBJETIVA COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM. DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO (MILÍMETROS): 180 MM. REGULAGEM DE ALTURA PODE VARIAR CONFORME A ESTATIVA (METROS): 0,85 – 1,30 M. DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO SEM ACESSÓRIOS: (LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA): 0,50 X 0,50 X 1,35 M. PESO LÍQUIDO: 13 KG. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO INMETRO	19.485,34	1 UND	Homologado
------	--	-----------	-------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/07/2025 - 15:10	Edital.pdf
10/07/2025 - 15:10	ANEXO VI – Relação dos itens.pdf
10/07/2025 - 15:10	Estudo Técnico Preliminar.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
28/07/2025 - 09:08:00	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 09:08:00	Negociação aberta para o processo 007/FMS/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 007/FMS/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 09:44:45	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 09:44:45	Documentos solicitados para o processo 007/FMS/2025	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo 007/FMS/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 09:50:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 007/FMS/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/07/2025 - 11:22:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 007/FMS/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 16:21:48	Aviso	Prezados, a sessão será retomada amanhã, dia 12/08/2025, às 16h30min, para o julgamento dos recursos. Fiquem atentos!

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------





0001	CABINE ACÚSTICA PARA AUDIOMETRIA: NO MÍNIMO DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90M (LARGURA), X 1,90M (COMPRIMENTO) X 2,00M (ALTURA), OFERECENDO UM AMBIENTE CONTROLADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDITIVOS PRECISOS. FABRICADA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, ASSEGURA ISOLAMENTO ACÚSTICO EFICAZ E CONFORTO AO USUÁRIO. ESTRUTURA EM MDF BRANCO DE ALTA QUALIDADE. PISO REVESTIDO COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE VINÍLICO MOEDA, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE OS EXAMES. SISTEMA DE VENTILAÇÃO EQUIPADO COM SISTEMA SILENTE DE VENTILAÇÃO PROPORCIONANDO RENOVAÇÃO DE AR SEM RUÍDOS INDESEJADOS, ILUMINAÇÃO COM PAINEL DE LED EMBUTIDO DE 4W, PORTA MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,65M (LARGURA) X 1,70M (ALTURA) COMPOSTA POR DOIS VIDROS PARALELOS DE 6MM, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO CLARA DO PACIENTE. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO VIR INCLUSOS: INTERRUPTOR, TOMADA, PASSA-FIO E EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA. ENTRADAS ESPECÍFICAS PARA CABOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COMO AUDIÔMETROS. ESTRUTURA TOTALMENTE DESMONTÁVEL SEM A NECESSIDADE DE PARAFUSOS, FACILITANDO O TRANSPORTE E A INSTALAÇÃO. MESAS INTERNAS E EXTERNAS RETRÁTEIS DISPONÍVEIS COMO OPCIONAIS. LAUDO DE CALIBRAÇÃO COM ENSAIO DE FÁBRICA, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE QUALIDADE. ISOLAMENTO ACÚSTICO DE ATENUAÇÃO SONORA CONFORME FREQUÊNCIAS ESPECÍFICAS, ASSEGURANDO O AMBIENTE ADEQUADO PARA TESTES AUDITIVOS.	0,00	1	0,00
------	---	------	---	------





0002	PIA PORTÁTIL COMPLETA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS OU PEQUENOS OBJETOS SEM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. MATERIAL: MDP. PARTE SUPERIOR PARA GALÃO COM SUPORTE DE 20 LITROS ENCAIXADO COM ENGATE RÁPIDO PARA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA. COM TORNEIRA COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGAMENTO USB, DEVENDO ACOMPANHAR O CABO USB.	ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Medical Company	Medical Company	1.650,00	20	33.000,00
0003	VÍDEOCOLPOSCÓPIO DE AUMENTO DIGITAL DE 8X A 30X - ESTATIVA EM PEDESTAL: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 – 230 V.C.A. 50/60 HZ. FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO: 2X FUSÍVEIS DE VIDRO 5X20 MM T 2AL, 250V. POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 55 VA. MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO. INTERFACE DE COMANDOS COM ZOOM, FOCO, LUZ E LUZ VERDE. CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA. FILTRO LUZ VERDE. ILUMINAÇÃO POR LED COM VIDA ÚTIL PREVISTA PARA 50 000 HORAS. ZOOM ÓPTICO MOTORIZADO: 8X – 30X COM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM. OBJETIVA COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM. DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO (MILÍMETROS): 180 MM. REGULAGEM DE ALTURA PODE VARIAR CONFORME A ESTATIVA (METROS): 0,85 – 1,30 M. DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO SEM ACESSÓRIOS: (LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA): 0,50 X 0,50 X 1,35 M. PESO LÍQUIDO: 13 KG. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO INMETRO	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	MD500 16X + CÂMERA HDMI	GG	8.200,00	1	8.200,00

Itens marcados com **** estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.





Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CABINE ACÚSTICA PARA AUDIOMETRIA: NO MÍNIMO DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90M (LARGURA), X 1,90M (COMPRIMENTO) X 2,00M (ALTURA), OFERECENDO UM AMBIENTE CONTROLADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDITIVOS PRECISOS. FABRICADA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, ASSEGURA ISOLAMENTO ACÚSTICO EFICAZ E CONFORTO AO USUARIO. ESTRUTURA EM MDF BRANCO DE ALTA QUALIDADE. PISO REVESTIDO COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE VINÍLICO MOEDA, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE OS EXAMES. SISTEMA DE VENTILAÇÃO EQUIPADO COM SISTEMA SILENTE DE VENTILAÇÃO PROPORCIONANDO RENOVAÇÃO DE AR SEM RUÍDOS INDESEJADOS, ILUMINAÇÃO COM PAINEL DE LED EMBUTIDO DE 4W, PORTA MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,65M (LARGURA) X 1,70M (ALTURA) COMPOSTA POR DOIS VIDROS PARALELOS DE 6MM, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO CLARA DO PACIENTE. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO VIM INCLUSOS: INTERRUPTOR, TOMADA, PASSA-FIO E EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA. ENTRADAS ESPECÍFICAS PARA CABOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COMO AUDIÔMETROS. ESTRUTURA TOTALMENTE DESMONTÁVEL SEM A NECESSIDADE DE PARAFUSOS, FACILITANDO O TRANSPORTE E A INSTALAÇÃO. MESAS INTERNAS E EXTERNAS RETRÁTEIS DISPONÍVEIS COMO OPCIONAIS. LAUDO DE CALIBRAÇÃO COM ENSAIO DE FÁBRICA, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE QUALIDADE. ISOLAMENTO ACÚSTICO DE ATENUAÇÃO SONORA CONFORME FREQUÊNCIAS ESPECIFICAS, ASSEGUANDO O AMBIENTE ADEQUADO PARA TESTES AUDITIVOS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	44.183.400/0001-55	25/07/2025 - 15:48:59	Medical Company	Medical Company	1	R\$12.000,00	R\$ 12.000,00	Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	25/07/2025 - 16:46:58	OTOBEL	OTOBEL	1	R\$15.000,00	R\$ 15.000,00	Sim
FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	46.113.198/0001-10	25/07/2025 - 18:09:58	CABINE ACUSTICA	SCHER	1	R\$500.000,00	R\$ 500.000,00	Sim

0002 - PIA PORTÁTIL COMPLETA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS OU PEQUENOS OBJETOS SEM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. MATERIAL: MDP. PARTE SUPERIOR PARA GALÃO COM SUPORTE DE 20 LITROS ENCAIXADO COM ENGATE RÁPIDO PARA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA. COM TORNEIRA COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGAMENTO USB, DEVENDO ACOMPANHAR O CABO USB.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
61.763.676 MIGUEL LUCAS VEQUI	61.763.676/0001-21	21/07/2025 - 11:37:33	Pia Lavatório Portátil	Medical Company	20	R\$2.150,84	R\$ 43.016,80	Sim
ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	44.183.400/0001-55	25/07/2025 - 15:49:42	Medical Company	Medical Company	20	R\$2.000,00	R\$ 40.000,00	Sim

0003 - VÍDEOCOLPOSCÓPIO DE AUMENTO DIGITAL DE 8X A 30X - ESTATIVA EM PEDESTAL: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 – 230 VC.A. 50/60 HZ.

FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO: 2X FUSÍVEIS DE VIDRO 5X20 MM T 2AL, 250V.

POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 55 VA.

MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO.

INTERFACE DE COMANDOS COM ZOOM, FOCO, LUZ E LUZ VERDE.

CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA.

FILTRO LUZ VERDE.

ILUMINAÇÃO POR LED COM VIDA ÚTIL PREVISTA PARA 50 000 HORAS.

ZOOM ÓPTICO MOTORIZADO: 8X – 30X COM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM.

OBJETIVA COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM.

DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO (MILÍMETROS): 180 MM.

REGULAGEM DE ALTURA PODE VARIAR CONFORME A ESTATIVA (METROS): 0,85 – 1,30 M.

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO SEM ACESSÓRIOS: (LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA): 0,50 X 0,50 X 1,35 M.

PESO LÍQUIDO: 13 KG.

O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO INMETRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------





DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	32.473.099/0001-35	24/07/2025 - 16:05:32	PE7000 ZR	Medpej/MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1	R\$19.485,00	R\$ 19.485,00	Sim
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	20.371.330/0001-09	25/07/2025 - 14:33:07	MD500 16X + CÂMERA HDMI	GG	1	R\$19.485,34	R\$ 19.485,34	Sim
ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	44.183.400/0001-55	25/07/2025 - 15:47:58	PE 7000 ZR	Medpej	1	R\$40.000,00	R\$ 40.000,00	Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	25/07/2025 - 16:47:15	MEDPEJ	MEDPEJ	1	R\$35.000,00	R\$ 35.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	20.371.330/0001-09	90 dias
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	60 dias
DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	32.473.099/0001-35	90 dias
FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	46.113.198/0001-10	90 dias
ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	44.183.400/0001-55	60 dias
61.763.676 MIGUEL LUCAS VEQUI	61.763.676/0001-21	90 dias

Lances Enviados

0001 - CABINE ACÚSTICA PARA AUDIOMETRIA: NO MÍNIMO DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90M (LARGURA), X 1,90M (COMPRIMENTO) X 2,00M (ALTURA), OFERECENDO UM AMBIENTE CONTROLADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDITIVOS PRECISOS. FABRICADA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, ASSEGURA ISOLAMENTO ACÚSTICO EFICAZ E CONFORTO AO USUARIO. ESTRUTURA EM MDF BRANCO DE ALTA QUALIDADE. PISO REVESTIDO COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE VINÍLICO MOEDA, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE OS EXAMES. SISTEMA DE VENTILAÇÃO EQUIPADO COM SISTEMA SILENTE DE VENTILAÇÃO PROPORCIONANDO RENOVACÃO DE AR SEM RUÍDOS INDESEJADOS, ILUMINAÇÃO COM PAINEL DE LED EMBUTIDO DE 4W, PORTA MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,65M (LARGURA) X1,70M (ALTURA) COMPOSTA POR DOIS VIDROS PARALELOS DE 6MM, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO CLARA DO PACIENTE. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO VIM INCLUSOS: INTERRUPTOR, TOMADA, PASSA-FIO E EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA. ENTRADAS ESPECÍFICAS PARA CABOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COMO AUDIÔMETROS. ESTRUTURA TOTALMENTE DESMONTÁVEL SEM A NECESSIDADE DE PARAFUSOS, FACILITANDO O TRANSPORTE E A INSTALAÇÃO. MESAS INTERNAS E EXTERNAS RETRÁTEIS DISPONÍVEIS COMO OPCIONAIS. LAUDO DE CALIBRAÇÃO COM ENSAIO DE FÁBRICA, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE QUALIDADE. ISOLAMENTO ACÚSTICO DE ATENUAÇÃO SONORA CONFORME FREQUÊNCIAS ESPECIFICAS, ASSEGUANDO O AMBIENTE ADEQUADO PARA TESTES AUDITIVOS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2025 - 15:48:59	12.000,00 (proposta)	44.183.400/0001-55 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Preço acima do valor de referencia. 28/07/2025 09:20:05
25/07/2025 - 16:46:58	15.000,00 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Preço acima do valor de referencia. 28/07/2025 09:32:55
25/07/2025 - 18:09:58	500.000,00 (proposta)	46.113.198/0001-10 - FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Proposta acima do valor de referencia. 28/07/2025 09:44:12
28/07/2025 - 08:53:01	12.001,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - Preço acima do valor de referencia. 28/07/2025 09:32:55

0002 - PIA PORTÁTIL COMPLETA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS OU PEQUENOS OBJETOS SEM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS. MATERIAL: MDP. PARTE SUPERIOR PARA GALÃO COM SUPORTE DE 20 LITROS ENCAIXADO COM ENGATE RÁPIDO PARA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA. COM TORNEIRA COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGAMENTO USB, DEVENDO ACOMPANHAR O CABO USB.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------





21/07/2025 - 11:37:33	2.150,84 (proposta)	61.763.676/0001-21 - 61.763.676 MIGUEL LUCAS VEQUI	Válido
25/07/2025 - 15:49:42	2.000,00 (proposta)	44.183.400/0001-55 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:36:41	1.995,00	61.763.676/0001-21 - 61.763.676 MIGUEL LUCAS VEQUI	Válido
28/07/2025 - 08:40:07	1.995,00	44.183.400/0001-55 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:42:29	1.900,00	61.763.676/0001-21 - 61.763.676 MIGUEL LUCAS VEQUI	Válido
28/07/2025 - 08:42:40	1.900,00	44.183.400/0001-55 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:48:06	1.899,50	61.763.676/0001-21 - 61.763.676 MIGUEL LUCAS VEQUI	Válido
28/07/2025 - 08:50:59	1.899,00	44.183.400/0001-55 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:51:09	1.850,99	61.763.676/0001-21 - 61.763.676 MIGUEL LUCAS VEQUI	Válido
28/07/2025 - 08:51:40	1.850,99	44.183.400/0001-55 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:52:44	1.800,00 (lance oculto)	61.763.676/0001-21 - 61.763.676 MIGUEL LUCAS VEQUI	Válido
28/07/2025 - 08:52:50	1.650,00 (lance oculto)	44.183.400/0001-55 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido

0003 - VÍDEOCOLPOSCÓPIO DE AUMENTO DIGITAL DE 8X A 30X - ESTATIVA EM PEDESTAL: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 – 230 VC.A. 50/60 HZ.

FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO: 2X FUSÍVEIS DE VIDRO 5X20 MM T 2AL, 250V.

POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 55 VA.

MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO.

INTERFACE DE COMANDOS COM ZOOM, FOCO, LUZ E LUZ VERDE.

CÂMERA DE VÍDEO INTEGRADA.

FILTRO LUZ VERDE.

ILUMINAÇÃO POR LED COM VIDA ÚTIL PREVISTA PARA 50 000 HORAS.

ZOOM ÓPTICO MOTORIZADO: 8X – 30X COM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM.

OBJETIVA COM DISTÂNCIA FOCAL DE 300 MM.

DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO (MILÍMETROS): 180 MM.

REGULAGEM DE ALTURA PODE VARIAR CONFORME A ESTATIVA (METROS): 0,85 – 1,30 M.

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO SEM ACESSÓRIOS: (LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA): 0,50 X 0,50 X 1,35 M.

PESO LÍQUIDO: 13 KG.

O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO INMETRO

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/07/2025 - 16:05:32	19.485,00 (proposta)	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
25/07/2025 - 14:33:07	19.485,34 (proposta)	20.371.330/0001-09 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	Válido
25/07/2025 - 15:47:58	40.000,00 (proposta)	44.183.400/0001-55 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
25/07/2025 - 16:47:15	35.000,00 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
28/07/2025 - 08:39:13	19.400,00	20.371.330/0001-09 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	Válido
28/07/2025 - 08:39:42	19.300,00	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:50:02	19.000,00	20.371.330/0001-09 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	Válido
28/07/2025 - 08:50:27	18.900,00	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido





28/07/2025 - 08:50:48	18.500,00	20.371.330/0001-09 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	Válido
28/07/2025 - 08:50:54	20.000,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
28/07/2025 - 08:51:12	18.490,00	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
28/07/2025 - 08:52:50	18.491,00	20.371.330/0001-09 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	Válido
28/07/2025 - 08:56:23	18.500,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
28/07/2025 - 08:59:04	18.300,00 (lance oculto)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
28/07/2025 - 08:59:23	8.200,00 (lance oculto)	20.371.330/0001-09 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	28/07/2025 - 09:50:02	44.183.400/0001-55 - ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROPOSTA E HABILITAÇÃO.pdf
0003	28/07/2025 - 11:22:08	20.371.330/0001-09 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	PROPOSTA READEQUADA - CATALOGO E ANVISA.zip
0003	28/07/2025 - 11:22:08	20.371.330/0001-09 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO MUNDI.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
28/07/2025 - 09:44:12	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	46.113.198/0001-10	Item 0001 - CABINE ACÚSTICA PARA AUDIOMETRIA: NO MÍNIMO DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90M (LARGURA), X 1,90M (COMPRIMENTO) X 2,00M (ALTURA), OFERECENDO UM AMBIENTE CONTROLADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDITIVOS PRECISOS. FABRICADA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, ASSEGURA ISOLAMENTO ACÚSTICO EFICAZ E CONFORTO AO USUARIO. ESTRUTURA EM MDF BRANCO DE ALTA QUALIDADE, PISO REVESTIDO COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE VINÍLICO MOEDA, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE OS EXAMES. SISTEMA DE VENTILAÇÃO EQUIPADO COM SISTEMA SILENTE DE VENTILAÇÃO PROPORCIONANDO RENOVAÇÃO DE AR SEM RUÍDOS INDESEJADOS, ILUMINAÇÃO COM PAINEL DE LED EMBUTIDO DE 4W, PORTA MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,65M (LARGURA) X1,70M (ALTURA) COMPOSTA POR DOIS VIDROS PARALELOS DE 6MM, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO CLARA DO PACIENTE. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO VIM INCLUSOS: INTERRUPTOR, TOMADA, PASSA-FIO E EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA. ENTRADAS ESPECÍFICAS PARA CABOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COMO AUDIÔMETROS. ESTRUTURA TOTALMENTE DESMONTÁVEL SEM A NECESSIDADE DE PARAFUSOS, FACILITANDO O TRANSPORTE E A INSTALAÇÃO. MESAS INTERNAS E EXTERNAS RETRÁTEIS DISPONÍVEIS COMO OPCIONAIS. LAUDO DE CALIBRAÇÃO COM ENSAIO DE FÁBRICA, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE QUALIDADE. ISOLAMENTO ACÚSTICO DE ATENUAÇÃO SONORA CONFORME FREQUÊNCIAS ESPECÍFICAS, ASSEGUANDO O AMBIENTE ADEQUADO PARA TESTES AUDITIVOS.

Desclassificação: Proposta acima do valor de referencia.





28/07/2025 - 09:32:55

PLG DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI

34.444.108/0001-95

Item 0001 - CABINE ACÚSTICA PARA AUDIOMETRIA: NO MÍNIMO DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90M (LARGURA), X 1,90M (COMPRIMENTO) X 2,00M (ALTURA), OFERECENDO UM AMBIENTE CONTROLADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDITIVOS PRECISOS. FABRICADA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, ASSEGURA ISOLAMENTO ACÚSTICO EFICAZ E CONFORTO AO USUÁRIO. ESTRUTURA EM MDF BRANCO DE ALTA QUALIDADE. PISO REVESTIDO COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE VINÍLICO MOEDA, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE OS EXAMES. SISTEMA DE VENTILAÇÃO EQUIPADO COM SISTEMA SILENTE DE VENTILAÇÃO PROPORCIONANDO RENOVACÃO DE AR SEM RUÍDOS INDESEJADOS, ILUMINAÇÃO COM PAINEL DE LED EMBUTIDO DE 4W, PORTA MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,65M (LARGURA) X1,70M (ALTURA) COMPOSTA POR DOIS VIDROS PARALELOS DE 6MM, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO CLARA DO PACIENTE. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO VIM INCLUSOS: INTERRUPTOR, TOMADA, PASSA-FIO E EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA. ENTRADAS ESPECÍFICAS PARA CABOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COMO AUDIÔMETROS. ESTRUTURA TOTALMENTE DESMONTÁVEL SEM A NECESSIDADE DE PARAFUSOS, FACILITANDO O TRANSPORTE E A INSTALAÇÃO. MESAS INTERNAS E EXTERNAS RETRÁTEIS DISPONÍVEIS COMO OPCIONAIS. LAUDO DE CALIBRAÇÃO COM ENSAIO DE FÁBRICA, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE QUALIDADE. ISOLAMENTO ACÚSTICO DE ATENUAÇÃO SONORA CONFORME FREQUÊNCIAS ESPECÍFICAS, ASSEGURANDO O AMBIENTE ADEQUADO PARA TESTES AUDITIVOS.

Desclassificação: Preço acima do valor de referencia.

28/07/2025 - 09:20:05

ELIMAX COMERCIO DE
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA

44.183.400/0001-55

Item 0001 - CABINE ACÚSTICA PARA AUDIOMETRIA: NO MÍNIMO DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90M (LARGURA), X 1,90M (COMPRIMENTO) X 2,00M (ALTURA), OFERECENDO UM AMBIENTE CONTROLADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES AUDITIVOS PRECISOS. FABRICADA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, ASSEGURA ISOLAMENTO ACÚSTICO EFICAZ E CONFORTO AO USUÁRIO. ESTRUTURA EM MDF BRANCO DE ALTA QUALIDADE. PISO REVESTIDO COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE VINÍLICO MOEDA, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE OS EXAMES. SISTEMA DE VENTILAÇÃO EQUIPADO COM SISTEMA SILENTE DE VENTILAÇÃO PROPORCIONANDO RENOVACÃO DE AR SEM RUÍDOS INDESEJADOS, ILUMINAÇÃO COM PAINEL DE LED EMBUTIDO DE 4W, PORTA MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,65M (LARGURA) X1,70M (ALTURA) COMPOSTA POR DOIS VIDROS PARALELOS DE 6MM, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO CLARA DO PACIENTE. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO VIM INCLUSOS: INTERRUPTOR, TOMADA, PASSA-FIO E EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA. ENTRADAS ESPECÍFICAS PARA CABOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COMO AUDIÔMETROS. ESTRUTURA TOTALMENTE DESMONTÁVEL SEM A NECESSIDADE DE PARAFUSOS, FACILITANDO O TRANSPORTE E A INSTALAÇÃO. MESAS INTERNAS E EXTERNAS RETRÁTEIS DISPONÍVEIS COMO OPCIONAIS. LAUDO DE CALIBRAÇÃO COM ENSAIO DE FÁBRICA, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE QUALIDADE. ISOLAMENTO ACÚSTICO DE ATENUAÇÃO SONORA CONFORME FREQUÊNCIAS ESPECÍFICAS, ASSEGURANDO O AMBIENTE ADEQUADO PARA TESTES AUDITIVOS.

Desclassificação: Preço acima do valor de referencia.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/07/2025 - 14:15	31/07/2025 - 23:59	05/08/2025 - 23:59

Chat

Data	Apelido	Frase
10/07/2025 - 15:13:50	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
28/07/2025 - 08:32:47	Pregoeiro	Bom dia.
28/07/2025 - 08:32:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/07/2025 - 08:33:50	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/07/2025 - 08:33:50	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
28/07/2025 - 08:33:50	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
28/07/2025 - 08:33:50	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
28/07/2025 - 08:33:50	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
28/07/2025 - 08:36:03	Pregoeiro	Apenas serão aceitas propostas de preços de valores iguais ou menor que o preço de referência
28/07/2025 - 08:36:07	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 08:36:07	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.





28/07/2025 - 08:36:10	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 08:36:10	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/07/2025 - 08:36:12	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 08:36:12	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/07/2025 - 08:51:08	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
28/07/2025 - 08:51:11	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
28/07/2025 - 08:51:14	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
28/07/2025 - 08:52:09	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/07/2025 às 08:57:09.
28/07/2025 - 08:57:09	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 28/07/2025 às 08:57:09.
28/07/2025 - 08:57:09	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
28/07/2025 - 08:58:13	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/07/2025 às 09:03:13.
28/07/2025 - 08:58:58	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/07/2025 às 09:03:58.
28/07/2025 - 08:58:58	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 500.000,00
28/07/2025 - 09:03:13	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 28/07/2025 às 09:03:13.
28/07/2025 - 09:03:13	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
28/07/2025 - 09:03:58	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 28/07/2025 às 09:03:58. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
28/07/2025 - 09:06:35	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
28/07/2025 - 09:06:56	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 12.000,00.
28/07/2025 - 09:06:56	Sistema	O item 0002 teve como arrematante ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 1.650,00.
28/07/2025 - 09:06:56	Sistema	O item 0003 teve como arrematante MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 8.200,00.
28/07/2025 - 09:08:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:18 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 09:08:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 09:18 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 09:08:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 09:18 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 09:08:11	Pregoeiro	Senhor licitante o preço ofertado pode ser melhorado?
28/07/2025 - 09:08:44	F. MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOG	Negociação Item 0003: Prezado sr. pregoeiro, já estamos em nosso menor valor para o item. Ressalto que estamos dentro do valor estimado.
28/07/2025 - 09:10:04	F. ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPA	Negociação Item 0001: Bom dia.. Solicitamos a desclassificação da nossa proposta nesse item.. O item foi lançado erroneamente. Pedimos desculpas pelo transtorno, não foi a nossa intenção.
28/07/2025 - 09:10:14	Pregoeiro	Senhor representante da empresa ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME arrematadora do item 01, apenas serão aceitas propostas de preços de valores iguais ou menor que o preço de referência.
28/07/2025 - 09:17:20	Sistema	O fornecedor 61.763.676 MIGUEL LUCAS VEQUI - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
28/07/2025 - 09:20:05	Sistema	O fornecedor ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 09:20:05	Sistema	Motivo: Preço acima do valor de referencia.
28/07/2025 - 09:20:05	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 12.001,00.
28/07/2025 - 09:21:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:31 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 09:21:37	Sistema	Motivo: Apenas serão aceitas propostas de preços de valores iguais ou menor que o preço de referência.
28/07/2025 - 09:27:15	F. PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, Infelizmente esse valor de referencia fica inexistente. Podemos chegar somente até 10.325
28/07/2025 - 09:32:55	Sistema	O fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
28/07/2025 - 09:32:55	Sistema	Motivo: Preço acima do valor de referencia.
28/07/2025 - 09:32:55	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 500.000,00.
28/07/2025 - 09:33:33	Pregoeiro	Apenas serão aceitas propostas de preços de valores iguais ou menor que o preço de referência.
28/07/2025 - 09:33:53	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:43 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 09:35:33	Pregoeiro	Senhor licitante o preço ofertado pode ser melhorado?
28/07/2025 - 09:44:12	Sistema	O fornecedor FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
28/07/2025 - 09:44:12	Sistema	Motivo: Proposta acima do valor de referencia.
28/07/2025 - 09:44:45	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 09:44:45	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 09:45:28	Pregoeiro	O licitante classificado em primeiro lugar deverá enviar a proposta adequada ao último lance ofertado (em conformidade com o item 7), bem como os documentos exigidos para habilitação, por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas O prazo de envio é até às 11:45 do dia 28/07/2025.
28/07/2025 - 09:50:02	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.





28/07/2025 - 11:22:08	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
28/07/2025 - 11:35:30	Pregoeiro	Devido a proximidade intervalo do horário de almoço a sessão será suspensa e retomamos os trabalhos 13:30 h.
28/07/2025 - 13:32:03	Pregoeiro	Boa tarde
28/07/2025 - 13:35:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 13:45.
28/07/2025 - 13:47:18	Sistema	O fornecedor ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.
28/07/2025 - 13:47:28	Sistema	O fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI teve sua proposta aceita no item 0003.
28/07/2025 - 13:48:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 14:00.
28/07/2025 - 13:48:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 14:00.
28/07/2025 - 14:01:17	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
28/07/2025 - 14:01:28	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI.
28/07/2025 - 14:02:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 14:15.
28/07/2025 - 14:02:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 28/07/2025 às 14:15.
28/07/2025 - 14:02:10	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
28/07/2025 - 14:02:10	Sistema	Intenção: Senhor Pregoeiro, ressaltamos, desde já, o interesse desta empresa em exercer o direito de preferência previsto no art. 44, "PAR" 1º, da LC 123/2006, comprometendo-se, caso deferido o presente recurso, a apresentar proposta de valor inferior àquela ofertada pela empresa não enquadrada como ME/EPP, conforme faculta a legislação.
28/07/2025 - 14:17:54	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo pregoeiro para 31/07/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 05/08/2025 às 23:59.
28/07/2025 - 16:19:05	Sistema	O fornecedor 61.763.676 MIGUEL LUCAS VEQUI - ME enviou recurso para o item 0002.
11/08/2025 - 16:22:01	Pregoeiro	Boa tarde
11/08/2025 - 16:22:03	Pregoeiro	Prezados, a sessão será retomada amanhã, dia 12/08/2025, às 16h30min, para o julgamento dos recursos. Fiquem atentos!
12/08/2025 - 13:21:46	Pregoeiro	Encaminho o processo pra julgamento do recurso pela Autoridade Competente.
12/08/2025 - 13:21:50	Sistema	Os recursos do item 0002 foram encaminhados para julgamento.
12/08/2025 - 13:21:52	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/08/2025 - 08:24:18	Autoridade Competente	Adoto o parecer jurídico firmado como razão de DECIDIR, nos seguintes termos: a) Pelo CONHECIMENTO do recurso administrativo interposto pela licitante MIGUEL LUCAS VEQUI, através do processo nº 0020.000003377/2025, haja vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. b) Pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pela licitante. c) Pela MANUTENÇÃO da decisão do pregoeiro, que habilitou a empresa ELIMAX COMÉRCIO DE MATÉRIAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, por estar com sua proposta em conformidade com as exigências editalícias e a legislação aplicável.
13/08/2025 - 08:24:23	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Marcos Marcelino.
13/08/2025 - 08:24:23	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Marcos Marcelino.
13/08/2025 - 08:24:26	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Marcos Marcelino.
13/08/2025 - 08:24:26	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Marcos Marcelino.

Augusto Correia Junior
Pregoeiro

Marcos Marcelino
Autoridade Competente

Adriano Piva
Apoio





Robison Melo

Apoio

