



Estado da Paraíba
Município de Alagoa Nova
Prefeitura Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Centro Administrativo Municipal "Prefeito Rogério Martins da Costa",
Praça Santa Ana, s/n, Alagoa Nova – PB, CEP: 58.125-000
E-mail: secsaudcan@gmail.com

Ofício nº 260/2024 – SMS – PMAN.

Alagoa Nova – PB, 1 de outubro de 2024.

À **Comissão Permanente de Licitações - CPL**
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova – PB

Assunto: **Pregão eletrônico nº 00050/2024.**

Senhores membros da CPL,

Considerando o edital do pregão eletrônico nº 00050/2024, e em resposta ao recurso da empresa MERCANTEX em relação ao **item 26 – Oftalmoscópio**, destacando os seguintes aspectos:

- o modelo da **marca MD, modelo OMNI3000** ofertado pelas empresas Equipsul comércio e assistência técnica de equipamentos a saúde (1ª colocada) e Odontomed comércio de produtos médico hospitalares LTDA (2ª colocada), atenderão o estabelecido em edital, **caso seja ofertado na versão regarregável**, conforme o manual – pág. 8 e 9, em anexo, disponível no endereço eletrônico: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351023783202183/>;

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


PEDRO FLÁVIO ALMEIDA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde

Pedro Flávio A. de Almeida
SECRETARIO DE SAUDE
CPF: 073.271.134-79

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	95.433.397/0001-11	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.00.702-1
Nome do Dispositivo Médico	Oftalmoscópio MD 2.5V OMNI		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Oftalmoscopio		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80070210091		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.023783/2021-83</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	- FABRICANTE: MEDICAL DEVICES PVT LTD. - PAQUISTÃO - CNPJ / Código Único: C011491 - Endereço: WAZIRABAD ROAD, UGOKI, SIALKOT, 51310		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	06/01/2022		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		
Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão	
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Oftalmoscópio MD 2.5V OMNI.pdf	0846010/24-1 - 21/06/2024 - 08:51	
Modelo Produto Médico			

OMNI LED OMNI LED com Estojo Luxo
OMNI LED-R Cabo Recarregável
OMNI XENON
OMNI XENON Estojo Luxo e Lâmpada SS
OMNI XENON-R Cabo Recarregáve

[Exportar para Excel](#) [Exportar para PDF](#) [Voltar](#)

3.4. Especificações Técnicas do Cabo

O cabo OMNI MD somente pode ser utilizado como fonte de alimentação para os instrumentos da série OMNI MD. O cabo possui uma tampa na extremidade permitindo inserir ou remover as pilhas (modelo convencional) ou bateria (modelo recarregável).

3.4.1 Características Gerais do Cabo OMNI

- Disponível em duas versões: padrão e recarregável.
- Cabo rosqueável compatível com todas as cabeças diagnósticas da série OMNI.
- Cabo em aço inox (AISI 303) com revestimento termoplástico (Nylon PA6) reforçado, um material rígido e resistente a impactos.
- Clip em aço inox (AISI 304) com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso.
- Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA (pilhas alcalinas são recomendadas para iluminação ideal) ou bateria recarregável, dependendo da configuração do cabo.


3.4.2 Cabo Recarregável 2.5V OMNI

Possui todas as características do cabo padrão exceto a base da extremidade em aço inox que converte o cabo padrão em uma versão recarregável.



NOTA:

A tampa em metal para Cabo Recarregável MD 2.5V OMNI pode ser adquirida separadamente, convertendo o cabo convencional em cabo recarregável.



Essa versão do cabo opera igualmente tanto com pilhas AA quanto com baterias recarregáveis.

Especificação da bateria recarregável: Li-ion 2.5V/ 1000Ma

Especificações do carregador de mesa por USB do cabo recarregável:
Entrada 5 VDC/ Saída 4.2 V; 500 mA.

3.4.2.1 Base Carregadora de Mesa ZI-MINI MD

- Entrada 5 VDC/ Saída 4.2VDC; 500 mA.
- Proteção contra choque elétrico: Classe II.

Especificações da fonte de alimentação:

- Entrada 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Saída 5.0 VDC, 1A
- Proteção contra choque elétrico: Classe II
- Cabo com conector USB tipo C



A Base Carregadora de Mesa Zi-mini MD ser conectada ao computador ou notebook via cabo USB padrão, sem necessidade de uso da fonte de alimentação direta à rede elétrica.

Possui circuito inteligente para uma carga constante, automática e segura que proporciona uma ótima performance e otimização da vida útil da bateria.

Após conectar o cabo USB na base carregadora e a fonte de alimentação à rede elétrica, a Base Carregadora de Mesa Zi-Mini MD está pronta para uso. A indicação da cor vermelha no anel da base indica a posição "Stand By".

Ao colocar o cabo recarregável OMNI na base, a carga inicia automaticamente e a cor do anel se altera de acordo com o estado de carga da bateria, entre 0-100%:



0-40%

Vermelho

40-60%

Laranja

60-80%

Amarelo

80-100%

Verde

A carga completa de uma bateria completamente vazia leva aproximadamente 2.5h.



Estado da Paraíba
Município de Alagoa Nova
Prefeitura Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Centro Administrativo Municipal "Prefeito Rogério Martins da Costa",
Praça Santa Ana, s/n, Alagoa Nova – PB, CEP: 58.125-000
E-mail: secsaudean@gmail.com

Ofício nº 261/2024 – SMS – PMAN.

Alagoa Nova – PB, 1 de outubro de 2024.

À Comissão Permanente de Licitações - CPL
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova – PB

Assunto: **Pregão eletrônico nº 00050/2024.**

Senhores membros da CPL,

Considerando o edital do pregão eletrônico nº 00050/2024, e em resposta ao recurso da empresa MERCANTEX em relação ao **item 28 – Detector Fetal**, evidenciando as seguintes características:

- o modelo da **marca MD modelo FD200B** ofertado pela empresa M carrega comércio de produtos hospitalares (1ª colocada), não atende o estabelecido em edital, pois o modelo apresentado é portátil, conforme anexo, e o edital exige que seja tipo de mesa;
- os modelos **marca CONTEC SONOSOUND e MD modelo FD200D** das empresas Itapemed Importadora (2ª colocada) e Exportadora de Equipamentosc E C Imp Com Prod Med (3ª colocadas), respectivamente, não atendem pelo mesmo motivo especificado anteriormente.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


PEDRO FLÁVIO ALMEIDA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde

Pedro Flavio A. de Almeida
SECRETARIO DE SAÚDE
CPF: 073.271.134-79