

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90069/2024-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Eletrocardiógrafo			
Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto E Pediátrico, Número De Canais: 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 7 A 11" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio, Impressora: Com Impressora Integrada			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		95	Quantidade Mínima Cotada: 95
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 190
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		João Pessoa/PB (95)	

2 - Eletrocardiógrafo			
Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto E Pediátrico, Número De Canais: 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 7 A 11" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio, Impressora: Com Impressora Integrada			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	Quantidade Mínima Cotada: 5
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		João Pessoa/PB (5)	

3 - Mamógrafo			
Descrição Detalhada: Mamógrafo Ajuste: Microprocessado C/ Software, Componente: Imagem Digital, Potência Máxima: Raio-X Até 80MA, Compressão: Cerca De 5 Cm De Compressão, Adicional: C/ Sistema De Localização P/ Biópsia, Outros Componentes: Por Estereotaxia, Acessórios: Mesa Paciente, Gerador, Teclado/Tela Lcd Portátil, Características Adicionais*: Punção Manual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	Quantidade Mínima Cotada: 5
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		João Pessoa/PB (5)	

4 - Aparelho raios x			
Descrição Detalhada: Aparelho Raios X Aplicação: Fixo, Tipo: Digital, Adicional: Formato Dicom, Corrente: Máximo De 800MA, Tensão: Máximo De 125KV, Componente: Mesa De Comando, Estativa De Chão, Outros Componentes: Colimador, Bucky E Mesa, Capacidade 1: Mínimo De 130KG			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	Quantidade Mínima Cotada: 5
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		João Pessoa/PB (5)	

5 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Led/Lcd, Sensível Toque, Mínimo 20", Aplicação: Diagnóstico, Características Adicionais: Doppler Colorido, Cego, Pulsado, Bidirecional, B/M, Componentes: Linear, Convexo, Setorial, Elastografia, Outros Componentes: Transesofágico, Endocavitário, Intra Operatório, Componentes Adicionais: Software 3d A Mão Livre E Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)