

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90047/2025-002 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho diatermia

Descrição Detalhada: Aparelho Diatermia Tipo: Ondas Curtas, Operação: Modo Emissão Contínuo E Pulsado, Microprocessado, Componentes: Contínuo 180w, Pulsado 250w, Par Eletrodos, Cabo, Alimentação: 220V, Frequência: 45 A 400HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (17)

2 - Aparelho diatermia

Descrição Detalhada: Aparelho Diatermia Tipo: Ondas Curtas, Operação: Modo Emissão Contínuo E Pulsado, Microprocessado, Componentes: Contínuo 180w, Pulsado 250w, Par Eletrodos, Cabo, Alimentação: 220V, Frequência: 45 A 400HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

3 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Mín. 4 Canais, Controles Intensidade Independentes, Adicionais: Timer, Teclado Toque, Temporizador, Eletrodos, Alimentação: 110/220v, Características Adicionais: Tens, Fes, Russa, Interferencial, Acessórios: Cabo Força, Cabos Conexão Paciente, Cabo C/ Caneta, Operação: Rampa On, Off, Rise E Decay, Acessórios 1: 5 Tubos Gel, 2 Fusíveis Sobressalentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41 **Quantidade Mínima Cotada:** 41

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (41)

4 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Mín. 4 Canais, Controles Intensidade Independentes, Adicionais: Timer, Teclado Toque, Temporizador, Eletrodos, Alimentação: 110/220v, Características Adicionais: Tens, Fes, Russa, Interferencial, Acessórios: Cabo Força, Cabos Conexão Paciente, Cabo C/ Caneta, Operação: Rampa On, Off, Rise E Decay, Acessórios 1: 5 Tubos Gel, 2 Fusíveis Sobressalentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

5 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Tens,C/2 Canais Independentes,Saída Direto E Burst, Adicionais: 2 Pares Eletrodos Silicone Condutor Médio, Peso: 1KG, Alimentação: Bateria 9v,Consumo 2w, Frequência: 9 A 250hz, Características Adicionais: Uso Eliminador De Pilha,Corrente Analgésica, Acessórios: Largura Pulso 100 A 400 Microsegundos, Burst 4,5hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (73)

6 - Aparelho raio infravermelho

Descrição Detalhada: Aparelho Raio Infravermelho Tensão: 110/220V, Potência Pico: 150W, Características Adicionais: Pedestal C/ Rodízio, Haste Regulável E Lâmpada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (25)

7 - Refrator

Descrição Detalhada: Refrator Tipo: Autorefrator Com Ceratômetro, Componentes: Fx Esfera -25 A +22d, Diâmetro Pupila Mínimo 2mm, Outros Componentes: Modo Curvatura Córnea, Raio Curvatura Córnea, Composição: Índice Refração 1,3375, Refração Córnea 0,12/0, 25d, Características Adicionais: Astigmatismo Córnea, Ângulo Axial De Astg. Córnea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

8 - Refrator

Descrição Detalhada: Refrator Tipo: Autorefrator Com Ceratômetro, Componentes: Fx Esfera -25 A +22d, Diâmetro Pupila Mínimo 2mm, Outros Componentes: Modo Curvatura Córnea, Raio Curvatura Córnea, Composição: Índice Refração 1,3375, Refração Córnea 0,12/0, 25d, Características Adicionais: Astigmatismo Córnea, Ângulo Axial De Astg. Córnea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

9 - Bicicleta Ergométrica

Descrição Detalhada: Bicicleta Ergométrica Tipo: Magnética, Modelo: Horizontal, Capacidade Máxima: 120KG, Características Adicionais: Assento Anatômico/ Regulagem Distância/Apoio Costa, Material Estrutura: Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20)

10 - Ventilador não invasivo

Descrição Detalhada: Ventilador Não Invasivo Tipo*: Bipap, Aplicação: Adulto E Pediátrico, Modos Ventilação: Sensível A Pressão, Fluxo C/ Volume Assegurado, Faixa De Pressão: Cerca De 4 A 30 Cm H20, Componente 1: Rampa, Componente 2: Compensação De Vazamento, Componente 4: Alarme, Dados Processados: Cartão Dados E Leitor, Adicional: Filtros, Adicional*: Umidificador, Adicional 1: Traqueia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

11 - Cabine acústica p, audiometria

Descrição Detalhada: Cabine Acústica P/ Audiometria Material: Visor Triplo Vidro, Tipo Fechamento: Porta Com Borracha Vedação, Isolamento Acústico, Dimensões: 2 X 1,7 X 2M, Características Adicionais: Controles Elétricos Externos, Luz Interna, Revestimento: Revestimento Externo/Interno Madeira Ou Cortiça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

12 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Oftalmológica, Material: Aço Inoxidável, Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim, Tipo De Pés: Com 4 Rodízios, Acionamento: Elétrico/Hidráulico, Inclinação Encosto: Encosto Inclinação 180°, Características Adicionais: Perneira E Braço Estofados Escamoteáveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

13 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Otorrinolaringologia, Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana, Acabamento Do Assento: Espuma De Alta Densidade, Tipo De Pés: Com 4 Rodízios, Acionamento: Elétrico/Hidráulico, Características Adicionais: Perneira E Braço Estofados Escamoteáveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

14 - Campímetro

Descrição Detalhada: Campímetro Tipo: Computadorizado, Tipo Medição: Campo Visual Em 2min., Tipo Operação: Touch Screen, Intensidade Luminosa: Máx. 10000asb, Iluminação 31,5asb, Duração: Duração Estímulos 200 Msec, 30cm Distância Teste, Tensão: 100/240V, Tipo Mesa: Mesa Automática, Acessórios: Estabilizador 220v, Chaves Próprias, Capa Proteção, Componentes: Manual Em Português, 5 Lâmpadas, Fusíveis Reservas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

15 - Materiais fonoaudiologia

Descrição Detalhada: Material Fonoaudiologia Tipo: Estimulador Térmico, Material: Alumínio, Componentes: Rolo C/Tubo Para Água Quente/Fria, Característica Adicionais: Haste De Aço Galvanizado, Aplicação: P/Funções Neurovegetativas, Fala E Fonoarticulação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

16 - Coluna oftalmológica pantográfica

Descrição Detalhada: Coluna Oftalmológica Pantográfica Material Gabinete: Metálico, Material Base Sustentação: Ferro, Tipo Luminária: Direcional Articulado Com Braço Pantográfico, Pannel Controle: Retinoscópio / Oftalmoscópio, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Fusível Proteção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4)

17 - Cronômetro

Descrição Detalhada: Cronômetro Material Carcaça: Plástico Abs, Tipo: Bolso, Tipo Mostrador: Digital, Funcionamento: Pilha Alcalina Aaa, Tensão: 1,50V, Características Adicionais: 3 Entradas Para Leitura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (25)

18 - Equipamento Cardioversor Externo

Descrição Detalhada: Equipamento Cardioversor Externo Sincronismo: C/ Monitor De Ecg E Desfibrilador Externo, Parâmetros Mínimos: Mp Externo E Spo2, Recursos Adicionais Mínimos: Pni, Etco2, Temperatura, Fr, Auxílio Rcp, Tipo Gabinete: Tela C/ Visor Gráfico E Pás Externas, Características Técnicas: Onda Bifásica, Comando Nas Pás, Alarmes E Memória, Impressora: Com Impressora Integrada, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (19)

19 - Equipamento Cardioversor Externo

Descrição Detalhada: Equipamento Cardioversor Externo Sincronismo: C/ Monitor De Ecg E Desfibrilador Externo, Parâmetros Mínimos: Mp Externo E Spo2, Recursos Adicionais Mínimos: Pni, Etco2, Temperatura, Fr, Auxílio Rcp, Tipo Gabinete: Tela C/ Visor Gráfico E Pás Externas, Características Técnicas: Onda Bifásica, Comando Nas Pás, Alarmes E Memória, Impressora: Com Impressora Integrada, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

20 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto E Pediátrico, Número De Canais: 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 7 A 11" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio, Impressora: Com Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (6)

21 - Espirômetro

Descrição Detalhada: Espirômetro Modelo: Tela Em Lcd, Sensível Ao Toque, Dimensão: Cerca De 7POL, Tipo De Análise: No Mínimo Fvc, Fev, Pef, Fef, Vc, Componente I: Sensor Fluxo/Volume Turbina Bidirecional, Componente Ii: Método Medição Interrupção Infravermelhos, Componente Iii: C/ Software, Volume: Máximo 10L, Interface: Usb, Transmissão S/ Fio, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

22 - Esteira Ergométrica Para Exercícios De Reabilitação Física

Descrição Detalhada: Esteira Ergométrica Para Exercícios De Reabilitação Física Tipo Motor: Mínimo 2 Hp, Parâmetros: Tempo, Distância, Velocidade, Calorias E Bc, Elevação: Manual, Velocidade: Mínima 12 Km/H, Capacidade: Mínimo 120KG, Características Adicionais: Ajuste De Velocidade E Inclinação, Outros Componentes: Rodízios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (11)

23 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Clínico, Portátil, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 30.000 H, Luminosidade: Cerca De 15.000 Lux, Altura: Altura Ajustável, Estrutura 1: Base E Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Quantidade Motores: Parte Superior Cromada Flexível, Rodízios: C/ Rodízios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (8)

24 - Fotóforo

Descrição Detalhada: Fotóforo Tipo: Capacete Regulável Circunferência E Altura Cabeça, Tipo Lâmpada: Led, Potência: Mínimo De 5W, Características Adicionais: C/ Ajuste Intensidade Luz, S/ Fio, Lâmpada / Vida Útil: Cerca De 20.000H, Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

25 - Monitor portátil

Descrição Detalhada: Monitor Portátil Operação: Digital, Tipo Amostra: Sangue Capilar, Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Faixa De Operação: Até 600MG/DL, Tempo Resposta: Até 10S, Memória: 250 A 500 Testes, Componentes: Com Lancetas, Tiras, Acessórios: Lancetador, Solução Controle

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (52)

26 - Impedânciometro

Descrição Detalhada: Impedânciometro Tipo: Automático,Lcd, Aplicação: Timpanometria,Reflexos Ipsi E Contralateral,Decay, Uso: Função Tubária Audiometria Via Aérea, Tipo Memória: Memória 75 Reflexos P/Orelha, Tipo Registro: Gráficos No Visor E Posterior Impressão, Frequência: Timpanometria(226,678,800,1000hz)Ipsi(500/4000hz), Características Adicionais: Via Aérea:Puro,4 Freq. Tom Prova,Decay, Funções Básicas: F.Tubária(125/8000hz),Contralateral(250/8000hz), Pressão: -600 A +300dapa;Complascência: 0,1 A 8ml, Outros Componentes: Mínimo De 3 Estímulos De Ruídos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

27 - Lâmpada fenda

Descrição Detalhada: Lâmpada Fenda Referência: Com Vídeo, Aplicação: Longitudinal, Transversal E De Altura, Características Adicionais: Comando Independente Por Joystick, Tensão Nominal: 110/220V, Potência Nominal: 6v-27W, Largura Da Fenda: Regulagem Contínua Fenda 1 A 9MM, Zoom Óptico: Aumento De 1 A 16x, Rotação 180°, Uso: Acoplável A Tonômetro, Mesa Elétrica, Com. Lateral, Cor Filtros: Filtros Azul Cobalto,Verde,Neutro,Anticalórico,Fur

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

28 - Aparelho diagnóstico , terapêutico

Descrição Detalhada: Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: Lanterna Clínica, Componentes 3: C/ Led, Fonte Alimentação: À Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (33)

29 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica, Componentes: C/ 4 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4)

30 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica, Componentes: C/ 4 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Adulto, Embalagem*: C/ Estojo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4)

31 - Equipamento laser terapêutico

Descrição Detalhada: Equipamento Laser Terapêutico Fonte: Diodo Laser E Led, Comprimento Onda: Até Cerca De 830 Nm, Potencia De Saída: Energia Ajustável, Método Aplicação: Uso C/ Caneta Individual E Combinada - Cluster, Modo De Operação: Modo Pulsada E Contínua, Componente Adicional: Timer, Frequência: Cerca De 1 A 80 Hz, Componentes Adicionais: Óculos De Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (26)

32 - Equipamento laser terapêutico

Descrição Detalhada: Equipamento Laser Terapêutico Fonte: Diodo Laser E Led, Comprimento Onda: Até Cerca De 830 Nm, Potencia De Saída: Energia Ajustável, Método Aplicação: Uso C/ Caneta Individual E Combinada - Cluster, Modo De Operação: Modo Pulsada E Contínua, Componente Adicional: Timer, Frequência: Cerca De 1 A 80 Hz, Componentes Adicionais: Óculos De Proteção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

33 - Lensômetro

Descrição Detalhada: Lensômetro Oftalmologia Tipo Medição: Escala De +/-25d E Leitura 0,125d, Tipo Eixo: Eixo Cilíndrico 0° A 180°, Tipo Lente: Lente De 16 A 80mm, Características Adicionais: Prisma 0 A 5, Foco +/-5d, Led 570nm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

34 - Manovacuômetro

Descrição Detalhada: Manovacuômetro Componentes: Tipo Digital, Pressão Positiva E Negativa, Uso: Gás Ou Líquido, Leitura Manométrica E Diferencial, Aplicação: Faixa Trabalho -1000 A +7000cmh2o(100psi), Características Adicionais: Conector Luer Lock, Certificado De Calibração, Acessórios: Carregador Bateria, Manual Operação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4)

35 - Nebulizador

Descrição Detalhada: Nebulizador Tipo*: Ultrassônico, Modelo: De Mesa, Ajuste: Com Interruptor Liga/Desliga, Material: Compressor C/ Gabinete Plástico, Componentes: C/ No Mínimo: Máscara, Traqueia, Frasco Graduado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (21)

36 - Negatoscópio

Descrição Detalhada: Negatoscópio Material Estrutura: Ferro, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi, Cor: Branca, Comprimento: 60CM, Largura: 40CM, Tensão Alimentação: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (21)

37 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: Binocular Indireto, Tipo Luz: Luz Halógena, 2 Lamp. Reservas, Tensão Alimentação: Estabilizador Voltagem, 220V, Distância Pupilar: Dist. Pupilar Reduzida 49 A 74MM, Cor Filtros: Filt. Uv/Iv Perm.,Azul Cobalto,Eliminação Vermelho, Aplicação: Lente Asférica 20 Diopt,Convergente +2,00d E Plana, Componentes: Depressor Escleral, Adicionais: Dimensões De Ponto De 20,50,80mm À 50cm, Componentes Outros: Cinta Frontal Ajuste 50 A 65cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4)

38 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: Aço Inox, Tipo Luz: Luz Anétrica, Tensão Alimentação: 2 Pilhas MédiasV, Características Adicionais: Disco De Lentes De +/- 0,5 A +/- 20 Dpt, Aplicação: Diafragma C/ 2 Tamanhos, Componentes: E Otoscópio C/ Cabeça_C/ Lâmpada, Regulador De Luz, Adicionais: Visor Móvel, 5 Espéculos Reutilizáveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (6)

39 - Otoscópio

Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Fibra Ótica, Portátil, Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis, Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico, Alimentação: Pilhas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (23)

40 - Oxímetro digital

Descrição Detalhada: Oxímetro Digital Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45°C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 56

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (56)

41 - Oxímetro digital

Descrição Detalhada: Oxímetro Digital Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45°C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

42 - Exame de Antígeno Carcinoembrionário (CEA)

Descrição Detalhada: Exame de Antígeno Carcinoembrionário (CEA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

43 - Lâmpada fenda

Descrição Detalhada: Lâmpada Fenda Aplicação: Aparelho Oftalmológico, Características Adicionais: Tipo Tungstênio, Encaixe De Baioneta, Tensão Nominal: 130V, Potência Nominal: 50W, Número De Pólos: 2, Uso: Projetor Topcon Cp5d

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4)

44 - Refrator

Descrição Detalhada: Refrator Tipo: Greens, Componentes: Lentes Esféricas 0-19,75dpt, Passos 0,25 E 0,12dpt, Outros Componentes: Hipermetropia, Astigmatismo, Foria, Exoforia, Composição: Cilindroforia 0 A 30°, Oclutor, Filtros, Características Adicionais: Lentes E Vareta Para Leitura De Perto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4)

45 - RETINOGRAFIA FLUORESCENTE**Descrição Detalhada:** RETINOGRAFIA FLUORESCENTE**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)**46 - Retinoscópio****Descrição Detalhada:** Retinoscópio Material Estrutura: Alumínio Tubular, Material Espelho: Bloco Óptico Espelhado Na Primeira Superfície, Tipo Rotação: Fenda 180°, Tensão Alimentação: 4V, Características Adicionais: Bulbo Reserva**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (5)**47 - Audiômetro****Descrição Detalhada:** Audiômetro Tipo: Campo Livre, 2 Canais Independentes, Voltagem: 127V, Faixa De Frequência: 250 A 800hz, Tipo De Medição: Sistema Amplificação, 2 Caixas Acústicas, Características Adicionais: Teste De Fala, Saída Máxima 110db**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)**48 - Decibelímetro****Descrição Detalhada:** Decibelímetro Resolução Som: 0,10DB, Faixa Medição: 30 A 130DB, Faixa Frequência: 20 Hz A 8 Khz, Tipo Visor: Digital, Tipo Microfone: Eletreto 12 Mm, Tipo Mudança Escala: Manual E Automática, Tipo Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9V, Temperatura Operação: 0 A 40°C, Temperatura Conservação: -10 A 60°C, Precisão: +/- 1,50DB, Aplicação: Medição Nível Ruído, Normas Técnicas: Iec 651 Tipo 2 E Ansi S1.4 Tipo 2, Características Adicionais: Indicação Bateria Fraca**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 6**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (3)**49 - Termômetro clínico****Descrição Detalhada:** Termômetro Clínico Ajuste: Digital, Infravermelho, Tipo*: Temperatura Corporal, Componentes: C/ Alarmes, Medição À Distância, Embalagem: De Parede, Gabinete Plástico C/ Visor Digital**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 41**Quantidade Mínima Cotada:** 41**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 82**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (41)

50 - Tonômetro

Descrição Detalhada: Tonômetro Modelo: Aplanção, Tipo Base: Fixo E Móvel, Tipo Ajuste: Fx Medição 0 A 60mmhg, Temperatura 15 A 30°C, Características Adicionais: Área De Depressão 7,354mm, Diâmetro 3,06mm, Acessórios: Escala Mínima 2mmhg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

51 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil, Led/Lcd, Sensível Toque, Aplicação: Diagnóstico, Elastografia Hepática Transitória, Outros Componentes: Com Dois Transdutores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4)

52 - Ecobiômetro

Descrição Detalhada: Ecobiômetro Tipo: Canal A/B,C/ Sonda Entre 10 E 11mhz, Resolução: 0,12mm Ou Menor,Cálculo Lente Intra-Ocular C/Srk-T, Componentes: Eco B C/Sonda 10mhz,Resolução Axial 0,12mm, Tipo Resolução: Resolução Lateral 0,23 A 0,31mm, Tipo Teclado: Teclado C/Capacidade De Armazenar Imagens, Tipo Monitor: Monitor De 7"Ou Mais, Tensão: 110/220v, Frequência: 60hz, Acessórios: Videoprinter P&B

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

53 - Equipamento laser terapêutico

Descrição Detalhada: Equipamento Laser Terapêutico Fonte: Diodo Laser E Led, Comprimento Onda: Até Cerca De 830 Nm, Potencia De Saída: Energia Ajustável, Método Aplicação: Uso C/ Caneta Individual E Combinada - Cluster, Modo De Operação: Modo Pulsada E Contínua, Componente Adicional: Timer, Frequência: Cerca De 1 A 80 Hz, Componentes Adicionais: Óculos De Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (47)

54 - Equipamento laser terapêutico

Descrição Detalhada: Equipamento Laser Terapêutico Fonte: Diodo Laser E Led, Comprimento Onda: Até Cerca De 830 Nm, Potencia De Saída: Energia Ajustável, Método Aplicação: Uso C/ Caneta Individual E Combinada - Cluster, Modo De Operação: Modo Pulsada E Contínua, Componente Adicional: Timer, Frequência: Cerca De 1 A 80 Hz, Componentes Adicionais: Óculos De Proteção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

55 - Ventilador não invasivo

Descrição Detalhada: Ventilador Não Invasivo Tipo*: Cpap, Aplicação: Adulto, Modos Ventilação: Auto Cpap, Faixa De Pressão: Cerca De 0 A 20 Cm H2O, Componente 1: Rampa, Componente 2: Compensação De Vazamento, Dados Processados: Cartão Dados, Adicional: Filtros, Adicional*: Umidificador, Adicional 1: Traqueia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

56 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto E Pediátrico, Número De Canais: 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 7 A 11" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio, Impressora: Com Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)