

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Cubati
Prefeitura Municipal de Cubati
Pregão Eletrônico - 14/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
03/04/2024 14:54	03/04/2024 17:00	23/04/2024 08:00	26/04/2024 08:00	26/04/2024 08:30

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
03/04/2024 17:00	11/04/2024 08:00	16/04/2024 08:00	16/04/2024 08:30	16/04/2024 07:39	JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
05/04/2024 - 11:49:14	Pedido de Impugnação	25/04/2024 - 10:11:06	Indeferido	Pedido: Impugnação 80KW.pdf Julgamento: PARECER TECNICO E JURIDICO - RARIO X.pdf

Embasamento: Segue em anexo.

Julgamento: conforme parecer tecnico e juridico fica indeferido o recursos feita pela empresa em questão.

segue os pareceres juridico e tecnico

10/04/2024 - 08:35:20	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO	25/04/2024 - 10:10:48	Indeferido	Pedido: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - CUBATI - PE 14-2024.pdf Julgamento: PARECER TECNICO E JURIDICO - RARIO X.pdf
-----------------------	----------------------	-----------------------	------------	--

Embasamento: Prezados, bom dia!

Segue em anexo o nosso pedido de impugnação.

Julgamento: conforme parecer tecnico e juridico fica indeferido o recursos feita pela empresa em questão.

segue os pareceres juridico e tecnico

10/04/2024 - 10:28:20	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO	25/04/2024 - 10:10:16	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO PE 142024 CUBATI[1].pdf Julgamento: PARECER TECNICO E JURIDICO - RARIO X.pdf
-----------------------	----------------------	-----------------------	------------	--

Embasamento: A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

ESTADO DA PARAIBA EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024

Ao Sr. Pregoeiro(a),

A empresa, CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO CNPJ nº

23.917.850/0001-54 com sede na Avenida Hiroshima nº 2034- Campo Grande – MS - CEP: 79.036-360 com Inscrição Estadual nº: 28.411.545-2, neste ato representada pelo representante legal Sr. ROBERTO KAZUO KAKUNAKA, portador da Cédula de Identidade RG nº: 12501040 - SSP/ SP e inscrito(s) no CPF nº: 052.870.618-70, perante V. Sa, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 da lei federal nº 10520/2002 - e artigo 18 do Decreto Federal nº 5450/2005, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

Julgamento: conforme parecer tecnico e juridico fica indeferido o recursos feita pela empresa em questão.

segue os pareceres juridico e tecnico

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
10/04/2024 - 20:45:35	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	25/04/2024 - 10:12:57

Dúvida: Prezados,

Servimos da presente para apresentar-lhes nosso pedido de esclarecimento para o referido processo, conforme documento anexo.

Resposta: bom dia

esta disponivel o parecer tecnico e juridico com todas as informações necessaria sobre a descrição.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE RAO - X FIXO DIGITAL COM INSTALAÇÃO. GERADOR MICROPROCESSADO DE ALTA FREQUÊNCIA. POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 80KW. TENSÃO VARIÁVEL QUE ATENDA MINIMAMENTE A FAIXA DE 40 KV A 150 KV OU MAIOR. CORRENTE VARIÁVEL ENTRE 20 MA A 800 MA OU MAIOR. TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO DE 4MS OU MENOR, A 4S OU MAIOR. COM MAS VARIÁVEL NA FAIXA DE 10MAS OU MENOR A 800 MAS OU MAIOR. TUBO DE RAIOS-X, FOCO FINO DE 0.6MM E FOCO GROSSO IGUAL OU MENOR QUE 1,2MM; ÂNODO GIRATÓRIO MÍNIMO 9.000 RPM; CAPACIDADE TÉRMICA MÍNIMA DO ÂNODO DE 350 KHU. INSERÇÃO DE FILTROS ADICIONAIS DE CU OU AL. ESTATIVA PORTA EMISSOR COM SUAS DEVIDAS CARACTERÍSTICAS; COLUNA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL A PARTIR DE 220 CM; ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL DE +/-90 GRAUS COM TRAVAS EM 0 GRAUS, +/- 90 GRAUS; DIAFRAGMA LUMINOSO COM COLIMAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS. MESA BUCKY COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40LP/CM, FOCO DE NO MÍNIMO 100 CM, 8:1 OU 10:1; TAMPO FLUTUANTE COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200 X 65 CM, COM CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MÍNIMO DE 72 CM E CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO LATERAL, TRANSVERSAL, 20 CM APROXIMADAMENTE; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS. CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO PELA MESA DE NO MÍNIMO 200 KG. BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL REFERENCIADO NO CENTRO DA GRADE ENTRE 40 CM (OU MENOR) E 170 CM (OU MAIOR) A PARTIR DO CHÃO, APROXIMADAMENTE, DOTADO DE SISTEMA DE FREIO ELETROMAGNÉTICO OU MECÂNICO. MURAL COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40LP/CM, DISTÂNCIA FOCAL ENTRE 100 CM E 180 CM; COM CRUZ DE LOCALIZAÇÃO/ CENTRALIZAÇÃO IMPRESSA NO TAMPO DO BUCKY. DETECTOR PLANO COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 34 X 42 CM OU MAIOR. DETECTOR COM FIO OU SEM FIO (MÓVEL) E CINTILADOR DE IODETO DE CÉSIO, QUE POSSIBILITE EXAMES NA MESA, NO BUCKY MURAL OU FORA DA MESA, MACA E CADEIRA DE RODAS. MATRIZ ATIVA DE NO MÍNIMO 1990 X 2048 PIXELS. PROFUNDIDADE DA IMAGEM PÓS-PROCESSADA DE NO MÍNIMO 14 BITS. TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 175 MICRÔMETROS	323.849,00	1,0000	UND.	Homologado
------	---	------------	--------	------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/04/2024 - 14:53	CUBATI - EDITAL - RAO X.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
26/04/2024 - 09:05:40	Negociação aberta para o processo 14/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 14/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/04/2024 - 11:04:33		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 14/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/04/2024 - 11:05:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 14/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2024 - 12:15:17	Documentos solicitados para o processo 14/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2024 - 12:15:45	Envio de Propostas Readequadas 14/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Lotus Industria e Comercio Ltda foi definida pelo pregoeiro para 30/04/2024 às 12:00.
29/04/2024 - 16:00:53		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 14/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2024 - 16:01:06		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 14/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



29/04/2024 - 16:02:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 14/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/04/2024 - 12:07:44	Envio de Propostas Readequadas 14/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a foi definida pelo pregoeiro para 02/05/2024 às 12:00.
30/04/2024 - 12:08:45	Documentos solicitados para o processo 14/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/04/2024 - 17:34:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 14/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/05/2024 - 12:17:42	Envio de Propostas Readequadas 14/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2024 às 12:17.
02/05/2024 - 12:18:19	Documentos solicitados para o processo 14/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2024 - 11:25:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 14/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2024 - 10:19:19	Envio de Propostas Readequadas 14/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 07/05/2024 às 10:20.
07/05/2024 - 10:21:05	Documentos solicitados para o processo 14/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2024 - 10:21:39	Envio de Propostas Readequadas 14/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 08/05/2024 às 10:20.
07/05/2024 - 11:43:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 14/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2024 - 11:44:55		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 14/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	Aquisição de 01 (um) Aparelho de Raio - X fixo digital com Instalação. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 80kW. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior. Corrente variável entre 20 mA a 800 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 4ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 800 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou menor que 1,2mm; Ânodo giratório mínimo 9.000 RPM; Capacidade térmica mínima do ânodo de 350 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 220 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 40 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros	VMI TECNOLOGIAS LTDA	APOLO D	PRÓPRIA	319.900,00	1,0000	319.900,00
------	--	----------------------	---------	---------	------------	--------	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Aquisição de 01 (um) Aparelho de Raio - X fixo digital com Instalação. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 80kW. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior. Corrente variável entre 20 mA a 800 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 4ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 800 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou menor que 1,2mm; Ânodo giratório mínimo 9.000 RPM; Capacidade térmica mínima do ânodo de 350 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 220 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 40 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	33.255.787/0001-91	15/04/2024 - 11:07:18	HF 800M DR	LOTUS	1,0000	R\$259.990,00	R\$ 259.990,00	Não
CIRÚRGICA IBIPORÃ EIRELI	23.178.900/0001-29	15/04/2024 - 13:37:13	DINAMICPLUS	CDK	1,0000	R\$360.000,00	R\$ 360.000,00	Sim
VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	15/04/2024 - 13:53:33	APOLO D	PRÓPRIA	1,0000	R\$320.000,00	R\$ 320.000,00	Não
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	15/04/2024 - 15:59:52	HF 800 M DR	LOTUS/LOTUS	1,0000	R\$447.000,00	R\$ 447.000,00	Não
Lotus Indústria e Comercio Ltda	02.799.882/0001-22	24/04/2024 - 16:10:16	HF800M DR DIGITAL	PRÓPRIA	1,0000	R\$265.000,00	R\$ 265.000,00	Não
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	71.256.283/0001-85	15/04/2024 - 16:24:20	ALTUS DR NS	PRÓPRIA	1,0000	R\$300.000,00	R\$ 300.000,00	Não
CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	04.864.204/0001-21	15/04/2024 - 18:19:55	PROPRIO	PROPRIA	1,0000	R\$350.000,00	R\$ 350.000,00	Não
FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	60.397.874/0009-03	15/04/2024 - 21:04:16	FDR SMART X	FUJI / FUJIFILM	1,0000	R\$400.000,00	R\$ 400.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	33.255.787/0001-91	060 dias
Lotus Indústria e Comercio Ltda	02.799.882/0001-22	90 dias
CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	04.864.204/0001-21	60 dias
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	71.256.283/0001-85	60 dias



VMI TECNOLOGIAS LTDA	02.659.246/0001-03	60 dias
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	60 dias
CIRÚRGICA IBIPORÃ EIRELI	23.178.900/0001-29	60 dias
FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	60.397.874/0009-03	60 dias

Lances Enviados

0001 - Aquisição de 01 (um) Aparelho de Raio - X fixo digital com Instalação. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 80kW. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior. Corrente variável entre 20 mA a 800 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 4ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 800 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou menor que 1,2mm; Ânodo giratório mínimo 9.000 RPM; Capacidade térmica mínima do ânodo de 350 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 220 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 40 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/04/2024 - 11:07:18	259.990,00 (proposta)	33.255.787/0001-91 - IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 02/05/2024 12:16:57
15/04/2024 - 13:37:13	360.000,00 (proposta)	23.178.900/0001-29 - CIRÚRGICA IBIPORÃ EIRELI	Válido
15/04/2024 - 13:53:33	320.000,00 (proposta)	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
15/04/2024 - 15:59:52	447.000,00 (proposta)	58.598.368/0001-83 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Válido
15/04/2024 - 16:24:20	300.000,00 (proposta)	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
15/04/2024 - 18:19:55	350.000,00 (proposta)	04.864.204/0001-21 - CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	Cancelado - O fornecedor CDK Industria e comércio de equipamentos de Raio X LTDA, foi desclassificado para o item 0001. Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital foi ofertado um equipamento retrofit, onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Mesa de comando com ajustes de kV, mA, tempo e mAs. Paine de membrana com teclas de simples toque, conforme proposta anexada. 07/05/2024 10:18:48
15/04/2024 - 21:04:16	400.000,00 (proposta)	60.397.874/0009-03 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	Válido
24/04/2024 - 16:10:16	265.000,00 (proposta)	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:43:04	259.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:43:59	359.030,00	60.397.874/0009-03 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	Válido
26/04/2024 - 08:44:23	255.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17



26/04/2024 - 08:44:47	254.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:46:30	250.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 08:46:59	249.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:47:29	248.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 08:47:33	275.000,00	04.864.204/0001-21 - CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	Cancelado - O fornecedor CDK Industria e comércio de equipamentos de Raio X LTDA, foi desclassificado para o item 0001. Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital foi ofertado um equipamento retrofit, onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Mesa de comando com ajustes de kV, mA, tempo e mAs. Pannel de membrana com teclas de simples toque, conforme proposta anexada. 07/05/2024 10:18:48
26/04/2024 - 08:48:08	270.000,00	04.864.204/0001-21 - CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	Cancelado - O fornecedor CDK Industria e comércio de equipamentos de Raio X LTDA, foi desclassificado para o item 0001. Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital foi ofertado um equipamento retrofit, onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Mesa de comando com ajustes de kV, mA, tempo e mAs. Pannel de membrana com teclas de simples toque, conforme proposta anexada. 07/05/2024 10:18:48
26/04/2024 - 08:48:10	247.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:48:45	245.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 08:49:29	244.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:49:58	335.000,00	58.598.368/0001-83 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	Válido
26/04/2024 - 08:50:15	243.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 08:50:26	242.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:50:46	319.900,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Válido
26/04/2024 - 08:51:25	268.000,00	04.864.204/0001-21 - CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	Cancelado - O fornecedor CDK Industria e comércio de equipamentos de Raio X LTDA, foi desclassificado para o item 0001. Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital foi ofertado um equipamento retrofit, onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Mesa de comando com ajustes de kV, mA, tempo e mAs. Pannel de membrana com teclas de simples toque, conforme proposta anexada. 07/05/2024 10:18:48
26/04/2024 - 08:51:36	241.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 08:51:56	240.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:52:28	239.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17



26/04/2024 - 08:53:06	238.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:53:43	235.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 08:54:13	234.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:54:31	230.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 08:54:56	229.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:54:59	299.900,00	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	Cancelado - 26/04/2024 08:56:46
26/04/2024 - 08:55:31	228.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 08:55:42	227.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:56:02	225.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 08:56:21	224.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:56:42	220.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 08:57:07	219.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:57:31	218.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 08:57:50	217.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:58:13	215.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 08:58:23	214.500,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:58:37	214.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 08:59:01	213.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 08:59:13	212.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 08:59:27	211.500,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49



26/04/2024 - 08:59:57	211.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 09:00:24	210.500,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 09:00:48	210.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 09:01:10	209.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 09:01:32	208.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 09:01:44	207.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49
26/04/2024 - 09:02:07	205.000,00	71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada. 29/04/2024 12:14:17
26/04/2024 - 09:02:43	206.000,00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	Cancelado - Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada. 30/04/2024 12:06:49

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	29/04/2024 - 16:02:00	02.799.882/0001-22 - Lotus Industria e Comercio Ltda	PROPOSTA E HABILITAÇÃO.zip
0001	30/04/2024 - 17:34:41	33.255.787/0001-91 - IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	PROPOSTA E HABILITAÇÃO.zip
0001	03/05/2024 - 11:25:11	04.864.204/0001-21 - CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	DOCUMENTOS.zip
0001	07/05/2024 - 11:43:52	02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	PE 00014.2024 - PROPOSTA AJUSTADA.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
29/04/2024 - 12:14:17	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	71.256.283/0001-85	Item 0001 - Aquisição de 01 (um) Aparelho de Raio - X fixo digital com Instalação. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 80kW. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior. Corrente variável entre 20 mA a 800 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 4ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 800 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou menor que 1,2mm; Ânodo giratório mínimo 9.000 RPM; Capacidade térmica mínima do ânodo de 350 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 220 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 40 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros

Desclassificação: ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada.



30/04/2024 - 12:06:49	Lotus Industria e Comercio Ltda	02.799.882/0001-22	Item 0001 - Aquisição de 01 (um) Aparelho de Raio - X fixo digital com Instalação. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 80kW. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior. Corrente variável entre 20 mA a 800 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 4ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 800 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou menor que 1,2mm; Ânodo giratório mínimo 9.000 RPM; Capacidade térmica mínima do ânodo de 350 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 220 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 40 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de lodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros
-----------------------	---------------------------------	--------------------	--

Desclassificação: Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada.

02/05/2024 - 12:16:57	IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a	33.255.787/0001-91	Item 0001 - Aquisição de 01 (um) Aparelho de Raio - X fixo digital com Instalação. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 80kW. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior. Corrente variável entre 20 mA a 800 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 4ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 800 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou menor que 1,2mm; Ânodo giratório mínimo 9.000 RPM; Capacidade térmica mínima do ânodo de 350 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 220 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 40 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de lodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassificação: Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada.

07/05/2024 - 10:18:48	CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda	04.864.204/0001-21	Item 0001 - Aquisição de 01 (um) Aparelho de Raio - X fixo digital com Instalação. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 80kW. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior. Corrente variável entre 20 mA a 800 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 4ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 800 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou menor que 1,2mm; Ânodo giratório mínimo 9.000 RPM; Capacidade térmica mínima do ânodo de 350 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 220 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 40 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de lodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassificação: O fornecedor CDK Industria e comércio de equipamentos de Raio X LTDA, foi desclassificado para o item 0001. Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital foi ofertado um equipamento retrofit, onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Mesa de comando com ajustes de kV, mA, tempo e mAs. Paineis de membrana com teclas de simples toque, conforme proposta anexada.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
---------------------	---------	--------------



0001 - Aquisição de 01 (um) Aparelho de Raio - X fixo digital com Instalação. Gerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 80kW. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 150 kV ou maior. Corrente variável entre 20 mA a 800 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 4ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 800 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou menor que 1,2mm; Ânodo giratório mínimo 9.000 RPM; Capacidade térmica mínima do ânodo de 350 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 220 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 200 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 40 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	08/05/2024 - 12:29:01	Prezados, boa tarde! Manifesto intenção de recurso, pois a empresa declarada vencedora não atende plenamente ao edital. Motivos os quais discorreremos em nossa peça recursal.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
71.256.283/0001-85 - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	13/05/2024 - 09:44:14	Prezados, bom dia! Segue em anexo a nossa peça recursal. Recurso - Konica Minolta - PE 14.2024 - Pref. Munc. de Cubati - PB - assinado.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
02.659.246/0001-03 - VMI TECNOLOGIAS LTDA	16/05/2024 - 09:36:53	Preclara Comissão, Segue contrarrazões face ao Recurso interposto pela empresa KONICA MINOLTA. Obrigada. Contrarrazoes - Konica - Cubati.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
23/05/2024 - 09:41:00	TENDO EM VISTA O PARECER JURIDICO FICA MANTIDO O RESULTADO INICIAL, CONFORME PARECER. PARECER JURIDICO - RAO X..pdf.



Chat

Data	Apelido	Frase
25/04/2024 - 10:10:16	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TECNICO E JURIDICO - RARIO X.pdf) em 25/04/2024 às 10:10.
25/04/2024 - 10:10:49	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TECNICO E JURIDICO - RARIO X.pdf) em 25/04/2024 às 10:10.
25/04/2024 - 10:11:06	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER TECNICO E JURIDICO - RARIO X.pdf) em 25/04/2024 às 10:11.
26/04/2024 - 08:42:21	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/04/2024 - 08:42:32	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/04/2024 - 08:42:32	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/04/2024 - 08:42:32	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/04/2024 - 08:42:32	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/04/2024 - 08:42:42	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
26/04/2024 - 08:42:42	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/04/2024 - 08:55:11	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 299.900,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
26/04/2024 - 08:56:46	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 299.900,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
26/04/2024 - 09:03:01	Pregoeiro	quero comunica que toda responsabilidade do lancer exclusiva do licitante
26/04/2024 - 09:03:18	Pregoeiro	não sera aceito pedido de dissistencia apos a fase de lancer
26/04/2024 - 09:04:44	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/04/2024 - 09:05:40	Sistema	O item 0001 teve como arrematante KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 205.000,00.
26/04/2024 - 09:05:40	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
26/04/2024 - 09:06:09	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 26/04/2024 às 11:20.
26/04/2024 - 11:04:33	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
26/04/2024 - 11:05:12	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
26/04/2024 - 12:10:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 26/04/2024 às 12:20.
29/04/2024 - 12:14:17	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
29/04/2024 - 12:14:17	Sistema	Motivo: ao analisa a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kw) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador 64kW, conforme proposta anexada.
29/04/2024 - 12:14:17	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Lotus Industria e Comercio Ltda com lance de R\$ 206.000,00.
29/04/2024 - 12:15:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 30/04/2024.
29/04/2024 - 12:15:18	Sistema	Motivo: venho atraves desta solicita proposta de preços e documentos de habilitação.
29/04/2024 - 12:15:45	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Lotus Industria e Comercio Ltda foi definida pelo pregoeiro para 30/04/2024 às 12:00.
29/04/2024 - 16:00:53	Sistema	O fornecedor Lotus Industria e Comercio Ltda enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
29/04/2024 - 16:01:06	Sistema	O fornecedor Lotus Industria e Comercio Ltda enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
29/04/2024 - 16:02:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/04/2024 - 12:06:49	Sistema	O fornecedor Lotus Industria e Comercio Ltda foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
30/04/2024 - 12:06:49	Sistema	Motivo: Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada.
30/04/2024 - 12:06:49	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a com lance de R\$ 259.990,00.
30/04/2024 - 12:07:44	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a foi definida pelo pregoeiro para 02/05/2024 às 12:00.
30/04/2024 - 12:08:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 02/05/2024.
30/04/2024 - 12:08:45	Sistema	Motivo: VENH ATRAVES DESTA SOLICITA TODA A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS PARA QUE SEJA ANALISADA, CASO NÃO SEJA ANEXADA A EMPRESA SERA DESCLASSIFICADA.
30/04/2024 - 17:34:41	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/05/2024 - 12:16:57	Sistema	O fornecedor IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/a foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
02/05/2024 - 12:16:57	Sistema	Motivo: Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital (gerador 80kW) onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Gerador, potência máxima: 65,6kW, conforme proposta anexada.
02/05/2024 - 12:16:57	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda com lance de R\$ 268.000,00.



02/05/2024 - 12:17:42	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2024 às 12:17.
02/05/2024 - 12:18:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:17 do dia 03/05/2024.
02/05/2024 - 12:18:19	Sistema	Motivo: VENHO ATRAVES DESTA SOLICITA TODA A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS.
03/05/2024 - 11:25:11	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/05/2024 - 10:18:48	Sistema	O fornecedor CDK Ind e Com de Equipamentos de Raio X Ltda foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
07/05/2024 - 10:18:48	Sistema	Motivo: O fornecedor CDK Industria e comércio de equipamentos de Raio X LTDA, foi desclassificado para o item 0001. Motivo: ao analisar a proposta de preços foi verificado que a mesma não atende a descrição do edital foi ofertado um equipamento retrofit, onde a empresa apresentou proposta com a seguinte descrição: Mesa de comando com ajustes de kV, mA, tempo e mAs. Pannel de membrana com teclas de simples toque, conforme proposta anexada.
07/05/2024 - 10:18:48	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VMI TECNOLOGIAS LTDA com lance de R\$ 319.900,00.
07/05/2024 - 10:19:19	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 07/05/2024 às 10:20.
07/05/2024 - 10:21:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 08/05/2024.
07/05/2024 - 10:21:05	Sistema	Motivo: venho atraves desta solicita toda a documentação e propostra de preços
07/05/2024 - 10:21:39	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 08/05/2024 às 10:20.
07/05/2024 - 11:43:49	F. VMI TECNOLOGIAS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia prezados, segue proposta ajustada e documentos. Conforme solicitado.
07/05/2024 - 11:43:52	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/05/2024 - 11:44:55	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
08/05/2024 - 12:25:36	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA.
08/05/2024 - 12:26:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 08/05/2024 às 13:30.
08/05/2024 - 12:29:01	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
08/05/2024 - 12:31:47	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
08/05/2024 - 12:31:47	Sistema	Intenção: Prezados, boa tarde! Manifesto intenção de recurso, pois a empresa declarada vencedora não atende plenamente ao edital. Motivos os quais discorreremos em nossa peça recursal.
08/05/2024 - 13:34:59	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 13/05/2024 às 10:00, com limite de contrarrazão para 16/05/2024 às 10:00.
13/05/2024 - 09:44:14	Sistema	O fornecedor KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
16/05/2024 - 09:36:53	Sistema	O fornecedor VMI TECNOLOGIAS LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
23/05/2024 - 09:30:46	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
23/05/2024 - 09:30:53	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/05/2024 - 09:44:41	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por José Ribeiro de Oliveira.
23/05/2024 - 09:44:50	Sistema	O item 0001 foi homologado por José Ribeiro de Oliveira.

JOYCE CUNHA DOS SANTOS

Pregoeiro

José Ribeiro de Oliveira

Autoridade Competente

IZONALDO CORDEIRO FERINO JÚNIOR

Apoio



MARCIA ADELMA DE OLIVEIRA

Apoio

