

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91170/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bomba Vácuo

**Descrição Detalhada:** Bomba Vácuo Tipo: Monobloco, Vácuo E Ar Comprimido, Isenta De Óleo, Vácuo Máximo: 730MBAR., Tensão: 110/220V, Potência: 1/4CV, Componentes Adicionais: Válvula Tipo Agulha, Características Adicionais: Motor Monofásico, Conexões: 1/4", 60 Ciclos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.318,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (13)

2 - Cadeira odontológica

**Descrição Detalhada:** Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo, Posições: 4 Movimentos Básicos, Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21.096,96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (13)

3 - Cadeira odontológica

**Descrição Detalhada:** Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Encosto: Bi-Articulado, Funcionamento: Eletromecânico, Motorreductor, Isento De Óleo, Posições: 4 Movimentos Básicos, Componentes: Caixa Comando Interna, Pedal Comando

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21.096,96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (3)

4 - Caneta alta rotação

**Descrição Detalhada:** Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Aço Inoxidável, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Saca Broca, Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.007,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (20)

**5 - Compressor de ar odontológico**

**Descrição Detalhada:** Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110/220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.466,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (18)

**6 - Equipo odontológico**

**Descrição Detalhada:** Equipo Odontológico Material: Estrutura Em Aço, Pintura Eletrostática, Terminais: Seringa Tríplice, 2 Term. Borden, Term. Ultrassom, Componentes: Term. P/ Fotopolimerizador E Jato Bicarbonato, Modelo: Acoplado, Ajuste De Altura: Ajuste Manual, Componentes Adicionais: Reservatório De Água

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17

**Quantidade Mínima Cotada:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.234,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 34

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (17)

**7 - Laser - Uso Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Laser - Uso Laboratório Tipo: Hélio-Neônio, Potência Saída: Mínima 0.5MW, Comprimento Onda: 633NM, Aplicação: Experimentos Didáticos, Fonte Luz Interferômetros, Características Adicionais: Com Fonte, 110v, Polarização Linear

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17

**Quantidade Mínima Cotada:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.840,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 34

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (17)

**8 - Laser - Uso Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Laser - Uso Laboratório Tipo: Hélio-Neônio, Potência Saída: Mínima 0.5MW, Comprimento Onda: 633NM, Aplicação: Experimentos Didáticos, Fonte Luz Interferômetros, Características Adicionais: Com Fonte, 110v, Polarização Linear

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.840,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (3)

**9 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Odontológico Tipo: Motor Elétrico, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Fonte: Elétrico, Instalação: Bivolt, Componentes: Motor Programável, Cabo Com Micromotor E Pedal, Componentes Adicionais: Programas 1:1, 1:5 E 16:1, Reservatório De Água, Rotação: Máximo Cerca De 40.000RPM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.609,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (15)

**10 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Odontológico Tipo: Motor Elétrico, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Fonte: Elétrico, Instalação: Bivolt, Componentes: Motor Programável, Cabo Com Micromotor E Pedal, Componentes Adicionais: Programas 1:1, 1:5 E 16:1, Reservatório De Água, Rotação: Máximo Cerca De 40.000RPM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.609,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (5)

**11 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Periodontia/Endodontia/Prótese/Dentística, Fonte: Elétrico, Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiros, Pedal, Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.031,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (18)

**12 - Equipamento odontológico**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Periodontia/Endodontia/Prótese/Dentística, Fonte: Elétrico, Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiros, Pedal, Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.031,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)