



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE – PILAR-PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR

PREGÃO 10/2025

Parecer Técnico 01

Em resposta a solicitação do setor de licitação, sobre o processo licitatório 10/2025 (curativos biológicos). Por serem os responsáveis diretos pela assistência especializada no serviço de curativos neste município, vem por meio deste, fazer a apreciação e julgamento dos itens ganhos no processo.

Sobre os itens:

ITEM 1 –

Item	Descritivo	UND
1	Cobertura em forma de Hidrogel estéril, amorfo e transparente composto de água purificada, carboximetilcelulose e alginato de cálcio, isento de sódio, propilenoglicol, aditivos e conservantes, coeso para desbridamento e hidratação. Apresentação em 15g+/- 5g de variação. Exigimos amostra para parecer técnico.	180

O item ganho pela empresa **J. B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (NTRASITE GEL15G)** é **improcedente**. A empresa ganhadora, **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. O produto não possui alginato de cálcio, além de ter na composição propilenoglicol, compostos que solicitamos isenção. Itens essenciais para a melhor efetivação na hidratação e desbridamento autolítico eficaz, sem provocar dor e nem processo alérgico.

ITEM 2 –

2	Cobertura em gel hidrolítico hidratante, translúcido composto por aloe vera, Alginato de cálcio e sódio, colágeno, carbopol, água e conservantes. Tamanho 60g	70
---	---	----

O item ganho pela empresa **J. B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (DEBRIGEL 85G - sem associação)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui aloe vera, alginato de cálcio e sódio, colágeno, carbopol.

ITEM 3 –

3	Cobertura em compressa não aderente, constituída de membranas de fibra de rayon, cobertura primária, hipoalergênica. Embalagem em PET/PE, estéril por radiação gama composto de PHMB até 0,2%, cocoamidopropil, batinga e água. Embalagem individual sachê, tamanho 7,5x35cm. Com variação de +/-2cm. Exigimos amostra para parecer técnico.	300
---	--	-----

O item ganho pela empresa **IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA (SANFARMA)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui PHMB, cocoamidopropil, bataína e água e não é Rayon.

ITEM 4 –

4	Sabonete líquido, antisséptico com polihexanida (PHMB) até 0,2% com ação bactericida, fungicida e leveduricida, dermatologicamente testado e não citotóxico ao contato da pele com lesões, molécula isento de cloridratos, sem conservantes e sem corantes. Composto de Aqua, IsopropylAlcohol, Cocamide Dea, CetrimoniumChloride, Hydroxyethylcellulose, Citric Acid. Frasco em embalagem com 1.000ml. Exigimos amostra para parecer técnico.	80
---	--	----

O item ganho pela empresa **IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA (Rioquímica)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui a molécula de PHMB, cocamideia, hydroxyetilcelulose, citric Acida, o produto cotado é a base de Triclosano 0,5%, apenas.

ITEM 5–

5	Solução para limpeza, hidratação e irrigação de feridas pronta para uso com PH neutro (Biocompatível). Composto por água, cloreto de sódio, ácido hipocloroso (50 ppm) e hipoclorito de sódio (50 ppm). Indicado para prevenir e reduzir infecção na limpeza de feridas agudas, crônicas e contaminadas. Pode ser utilizado em cavidades corporais (boca, nariz, abdômen), tecidos moles, cartilagem, tendões, ossos e compressão negativa. Não precisa enxaguar ou neutralizar. O produto poderá permanecer aberto até 60 dias após abertura do lacre. Apresentado em frasco de (250ml)	80
---	--	----

O item ganho pela empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO LTDA (Biguasol 250ml)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui cloreto de sódio, ácido hipocloroso (50 ppm) e hipoclorito de sódio (50 ppm)

ITEM 6 –

6	Cobertura em creme composto de suavizante hidrófago, composto por parafina líquida e citrato de magnésio a base de glicerol e azeite de silicone, água purificada, estabilizador do ph da pele e para proteção de pele integra e áreas perilesionais expostas a secreções corporais agressivas com formação do filme de creme. Tamanho mínimo 60g. Exigimos amostra para parecer técnico	180
---	--	-----

O item ganho pela empresa **Sabrina Martha Ramalho Mendes Comércio de Artigos Médicos (Dermamon)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui ciclometicona, azeite de silicone, citrato de magnésio a base de glicerol, os ativos são divergentes do solicitado, possui apenas óleo de Girassol e Triglicerídeos de Cadeia Média, Óxido de Zinco e Vitamina E.

**ITEM 7 –**

7	Creme branco, viscoso, não estéril, composto por Água, 10% Ureia, Palmitato de Isopropilo, Palmitato de Octila, , 4% de Alfa Hidroxiácido (Ácido Lático), Sorbitol, Lactato de Amônio, Sem conservantes, corantes ou perfume, Tubo75ml.	80
---	---	----

O item ganho pela empresa **J. B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (Hidrage 10%)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui palmitato de isopropil e de octila, nem alfa hidroxiácido a 4%, aviso essências para tratamento de xerose.

ITEM 8 –

8	Cobertura estéril, composto de hidrofibra de carboximetilcelulose alginato de calcio erico em ácido gulurônico, com liberação sustentada de ions de prata no leito da ferida, fibra não tecido, que não contenha adição de sódio, indicado para feridas altamente exsudativas e cavitárias. Tamanho mínimo de 44cm. Exigimos amostra para parecer técnico.	100
---	--	-----

O item ganho pela empresa **JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (EXUFIBER AG 2,X45)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço. Não possui alginato de cálcio, carboximetilcelulose, nem ácido guluronico, o produto oferecido é apenas fibras de álcool polivinílico (PVA), (hidrofibra), e a liberação da prata não é no leito da ferida, apenas dentro do curativo e em contato com o fluido.

ITEM 9 –

9	Coberturaestéril, compostode hidrofibra de carboximetilcelulose e alginato de calcio e rico em ácido gulurônico, com íons de prata de dispensação sustentada no leito da ferida,fibra de não tecido, que não contenha adição de sódio, dispostas em tiras entrelaçadas com alta capacidade de absorção local de forma vertical, forma gel e mantém a umidade no leito da ferida.Indicada para o preenchimento de feridas cavitárias com alta exsudação. Apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 10x10 cm. Exigimos amostra para parecer técnico.	120
---	---	-----

O item ganho pela empresa **J. B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (Durafiber)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não é uma hidrofibra de carboximetilcelulose com alginato de cálcio, não possui ácido guluronico e nem prata. O produto cotado é uma almofada ou fita curativa constituído por fibras de etilsulfonato de celulose.



ITEM 10 –

10	Cobertura tecido flexível estéril, composta de 15% de carboximetilcelulose e 85% alginato de cálcio, sem fibras e com alta capacidade de absorção de forma vertical, com ácido gulurônico, sem adição de sódio, para feridas altamente exudativas, cavitárias com ação hemostática, remoção íntegra do curativo sem deixar resíduos, indicada para o preenchimento de feridas cavitárias com alta exsudação. Tam: 10x10 com variação de +/- 2cm. Exigimos amostra para parecer técnico.	120
----	---	-----

O item ganho pela empresa **JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (Melgisorb plus)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço. Não possui carboximetilcelulose, nem ácido gulurônico, e ainda é composto de sódio, o qual solicitamos isenção. o produto oferecido é apenas é fabricado a partir de fibras de alginato de sódio e cálcio .

ITEM 11 –

11	Cobertura tecido flexível estéril, composta de 15% de carboximetilcelulose e 85% alginato de cálcio, sem fibras e com alta capacidade de absorção de forma vertical, com ácido gulurônico, sem adição de sódio, para feridas altamente exudativas, cavitárias com ação hemostática, remoção íntegra do curativo sem deixar resíduos, indicada para o preenchimento de feridas cavitárias com alta exsudação. Tam: 44cm com variação de +/- 2cm. Exigimos amostra para parecer técnico.	100
----	--	-----

O item ganho pela empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO LTDA (Biatain alginato fita)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 12 –

12	Cobertura interativa, estéril, composto por espuma de poliuretano com trêsdfit, com alta capacidade de absorção e retenção, flexível com bordas biseladas. Impregnada com íons de prata com dispensação sustentada no leito da ferida e sistema tranca fluido, recoberto por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva, indicado para feridas infectadas ou com risco de infecção e dificuldade de cicatrização, que apresentem de moderada a alta exsudação. Tamanho: 15x15cm. Exigimos amostra para parecer técnico..	120
----	--	-----

O item ganho pela empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO LTDA (biatain espuma ag)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 13 –

13	Curativo antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com Cloreto de DialquilCarbamoil (DACC), uma substância fortemente hidrofóbica que se liga aos microrganismos de forma rápida e eficaz por mecanismo de ação passivo, promovendo a remoção de bactérias e outros microrganismos de feridas exudativas limpas, contaminadas, colonizadas ou infectadas. Livre de látex. Embalagem estéril. 7x9cm. Exigimos amostra do produto	100
----	--	-----



O item ganho pela empresa **ELO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (cultimed sorbact swab)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 14 –

14	Cobertura composto por espuma de poliuretano com trêsdfit, alta capacidade de absorção e retenção, flexível, bordas biseladas, película semipermeável sistema tranca fluido e dispensação sustentada de Ibuprofeno no leito da ferida. Tamanho mínimo 10x10 cm.	80
----	---	----

O item ganho pela empresa **J. B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (ALLEVYN NON ADHESIVE)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui tresdfit, não tem ibuprofeno, biselamento nas bordas e não apresenta sistema tranca fluido itens essenciais para essa cobertura, o mesmo é um curativo hidrofílico a base de poliuretano e polietilenoglicol (PEG).

ITEM 15 –

15	Cobertura composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone, espuma de poliuretano com Tecnologia trêsdfit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical. Impregnada com ions de prata com dispensação sustentada e sistema trancafluido para retenção do exsudato e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto. Face superior com filme de poliuretano com identificação, impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas gasosas. Aplicação sem toque em três peças, formato sacral. Tamanho 25x25 cm, com variação +/- 2cm. Exigimos amostra para parecer técnico.	100
----	--	-----

O item ganho pela empresa **J. B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (ALLEVYN GENTLE BORDER)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui tresdfit, não possui dispensação sustentada, não apresenta sistema tranca fluido, nem comprova a conformidade com o leito da ferida, o tamanho sacral ainda é divergente do solicitado, mesmo com a variação.

ITEM 16 –

16	Cobertura composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone, espuma de poliuretano com tecnologia 3dfit, macia, estéril, com alta capacidade de absorção superior e vertical, com sistema trancafluido e camada de lock-away, para maior retenção do exsudato, que tenha conformidade com o leito da ferida. Face superior apresenta filme de poliuretano com identificação, impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas gasosas. Aplicação sem toque em três peças. multiformato Tamanho 14,5x19,5cm, com variação +/- 2cm. Exigimos amostra para parecer técnico.	100
----	--	-----

O item ganho pela empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO LTDA (Biatain silicone multiformato)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.



ITEM 17 –

17	Curativo autoadesivo de espuma hidrofílica de poliuretano de 3mm, tiras superabsorventes e filme de poliuretano azul com marca impressa, impermeável, mas com alta permeabilidade a vapores úmidos. Composto por camada de contato em silicone perfurado e bordas de 2cm com efeito memória. Adesivo protegido por filme de polietileno. Produto estéril a óxido de etileno. Livre de látex. 12,5x12,5cm. Exigimos amostra do produto.	100
----	--	-----

O item ganhou pela empresa **J. B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (ALLEVYN ADHESIVE)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui 3mm, tiras superabsorventes que aumenta a capacidade de absorção do exsudato e nem bordas de 2cm com efeito memória para reposicionamento do curativos sempre que necessário.

ITEM 18 –

18	Loção emoliente composta por Brassica Oleracea var capitata extrato, Óleo de Girassol, Óleo de Copaíba, BHT, Metilparabeno, Propilparabeno, EDTA, Óleo de Mamona, Poliacrilamida, Isoparafina C13- C14, Lauril 7, Triglicérides Caprico-Caprílico e água. 100g	80
----	--	----

O item ganhou pela empresa **IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA (BIOAGE)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui Brassica Oleracea var capitata extrato, Óleo de Girassol, Óleo de Copaíba, BHT, Metilparabeno, Propilparabeno, EDTA, Óleo de Mamona, Poliacrilamida, Isoparafina C13- C14, Lauril 7, Triglicérides Caprico-Caprílico, é um produto completamente diferente do solicitado

ITEM 19 –

19	Rede Tubular Elástica indicada para fixar curativos, compressas, curativos absorventes e medicamentos específicos sobre qualquer parte do corpo humano com listra de cores para identificação do tamanho 24% Elastodieno (recoberto com Poliamida) ambos materiais hipoalergênicos, permite seu uso diretamente sobre a pele 76% Poliamida com a metragem do produto na caixa: 10 metros em descanso e 25 metros linear esticado. tamanho 43.	30
----	---	----

O item ganhou pela empresa **IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA (POOFIX)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 20 –

20	Filme transparente em rolo de poliuretano, com permeabilidade ao vapor de água, de fácil aplicação, conformável e flexível. Tam. 10x10	30
----	--	----

O item ganhou pela empresa **Sabrina Martha Ramalho Mendes Comércio de Artigos Médicos (VITAL DERME ZHEJIANG KANG)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora



não atende nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço. Foi solicitado o produto em ROLO 10x10m, foi percebido que a empresa cotou em um tamanho 10x10cm, é percebido também por causa do preço bem abaixo.

ITEM 21 –

21	Adesivo em rolo, de fixação para curativos, drenos, catéteres, sondas e tubos de drenagem, radiotransparente, não estéril. Confeccionado em tecido de poliéster elástico branco e poroso, acrílico e hipoalergênico, adesividade suave a base de poliacrilato, livre de látex, com papel siliconado protetor com guia de recorte, permeável a água e vapores. Tamanho 5cm x 10m.	30
----	--	----

O item ganhou pela empresa **JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (Mefix 5x10m)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 22 –

22	Bolsa para colostomia/ileostomia de 1 peça, drenável, transparente, atóxico, hipoalergênico, com filtro ativado acoplado. Contendo adesivo para fixação a pele periestomal, composto de hidrocoloide, resina composta de pectina e gelatina tela de tecido não tecido. recortável até 70mm.	150
----	---	-----

O item ganhou pela empresa **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (ESTEEM+ BOLSA/ convatec DRN INVISI OP REC 20/70MM)** irá para diligência. **Favor solicitar amostra + catálogo desse item, feito diligência e não encontrado informações suficientes, aguardamos para ver adaptação clínica no paciente.**

ITEM 23 –

23	Bolsa para colostomia 1 peça, com alinhamento convexo, confeccionada em plástico, transparente, atóxico, hipoalergênico, com filtro ativado acoplado e alça para cinto, composto de amido de batata. Tamanho de 10 a 43 mm.	150
----	---	-----

O item ganhou pela empresa **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (BOLSA ACT LIFE/ CONVATEC DR OP 45 MM)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Foi solicitado bolsa convexa, o item cotado por essa empresa refere-se a bolsa plana, divergente do solicitado.

ITEM 24 –

24	Pó para estomia, protetor de pele composto por goma guar, carboximetilcelulose e goma xantana, para evitar maceração de pele periestomal, tamanho 25g com variação de +/-2g.	30
----	--	----

O item ganhou pela empresa **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (STOMAHESIVE /CONVATEC)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui goma guar, goma xantana ele possui apenas gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica.



ITEM 25 –

25	Placa protetor para estomia, composta de carboximetilcelulose, estireno-isopreno-estireno e filme de poliuretano, com bordas arredondadas, para peliperiestomais. Tamanho 20x20cm.	50
----	--	----

O item ganhou pela empresa **TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO LTDA (Placa para estomia)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 26 –

26	Barreira protetora de pele sintética em forma de pasta para estomias, composta por estirenoisopreno-estireno, borracha de isopreno líquido, poliisobutileno, óleo mineral gelatina, carboximetilcelulose sódica. Sem álcool. Bisnaga de 60g.	30
----	--	----

O item ganhou pela empresa **IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA (Coloplast)** irá para diligência. **Favor solicitar amostra + catálogo desse item, a empresa não especificou qual o produto está cotando, colocou apenas a marca, feito diligência esse fabricante possui diversos produtos ficando impossível o julgamento sem as informações corretas do ganhador, para saber se o que ele cotou atende ao nosso descritivo.**

ITEM 27 –

27	Curativo Hidrocolóide estéril, de carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio, autoadesivo, coberto por película de poliuretano, com membrana de permeabilidade seletiva e grande demarcadora da ferida, bordas biseladas. Tam.15x15 cm, variação de +/- 2cm. Exigimos amostra para parecer técnico	60
----	--	----

O item ganhou pela empresa **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (DUODERM EXTRA/CONVATEC)** irá para diligência. **Favor solicitar amostra + catálogo desse item, a empresa não especificou qual o produto está cotando, colocou apenas a marca, feito diligência esse fabricante possui diversos produtos ficando impossível o julgamento sem as informações corretas do ganhador, para saber se o que ele cotou atende ao nosso descritivo.**

ITEM 28 –

28	Curativo de espuma 5 camadas terapêutica multi perfuradas em formato de Y que permite flexibilidade em 360 graus para áreas de articulações, contornos e amputações, com bordas que permite inspeção e reposicionamento atraumático, formado por camada 100% de silicone suave, seguida de uma camada de transferência de exsudato composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva de viscoso e poliéster perfurada, camada de algodão e poliacrilato de alta absorção, retenção e camada de filme de poliuretano impermeável à água, bactérias e permeabilidade gasosa, com capacidade de retenção de fluidos normal e viscoso maior ou igual a 40 g/10cm ² /24h, esterilizado a óxido de etileno, medindo 15 x 15 cm. Exigimos amostra para parecer técnico	100
----	--	-----



O item ganho pela empresa **J. B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (ALLEVYN LIFE 15,4X15,4CM)** irá para diligência. **Favor solicitar amostra + catálogo desse item, a empresa não especificou qual o produto está cotando, colocou apenas a marca, feito diligência esse fabricante possui diversos produtos ficando impossível o julgamento sem as informações corretas do ganhador, para saber se o que ele cotou atende ao nosso descritivo.**

ITEM 29 –

29	Curativo estéril, de fibras gelificantes, não aderente, recortável, não deixa resíduo, macio, de material não-tecido, composto por 100% de fibras de álcool polivinílico (PVA) e revestimento de hidroxipropilcelulose, apresenta 0.2 mg/cm ² de sulfato de prata, de uso único. Auxilia no tratamento de feridas infectadas ou com risco de infecção. Com a alta capacidade de absorção e retenção de exsudato, trancando fluídos e bactérias nocivas, com sistema anti extravasamento, reduzindo o risco de maceração. Garantindo a remoção íntegra do curativo, sem traumas e sem deixar resíduos. Permite adaptação à superfície da ferida preenchendo os espaços, proporcionando um meio úmido, auxiliando na remoção de tecidos desvitalizados, biofilme, promovendo o desbridamento autolítico. Tamanho: 15x15 cm, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, número do lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Exigimos amostra para parecer técnico	80
----	--	----

O item ganho pela empresa **IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA (Mölnlycke Health)** irá para diligência. **Favor solicitar amostra + catálogo desse item, a empresa não especificou qual o produto está cotando, colocou apenas a marca, feito diligência esse fabricante possui diversos produtos ficando impossível o julgamento sem as informações corretas do ganhador, para saber se o que ele cotou atende ao nosso descritivo.**

ITEM 30 –

30	Curativo antimicrobiano com 100 % silicone suave de microaderência seletiva, atraumático, Recortável, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm ² de prata), com micro partículas de carvão ativado, permite inspeção e reposicionamento, filme de poliuretano impermeável à água, bactérias e permeabilidade gasosa, esterilizado a óxido de etileno, medindo 15 x 15 cm. Exigimos amostra para parecer técnico	80
----	---	----

O item ganho pela empresa **IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA (COLOPAST)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui micropartículas de carvão ativado. **Favor solicitar amostra + catálogo desse item, a empresa não especificou qual o produto está cotando, colocou apenas a marca, feito diligência esse fabricante possui diversos produtos ficando impossível o**



julgamento sem as informações corretas do ganhador, para saber se o que ele cotou atende ao nosso descritivo.

ITEM 31 –

31	Malha tubular com elasticidade bidirecional a base de viscosa medicinal, elastano e poliamida, medindo 7,5 cm x 10 m.	30
----	---	----

O item ganho pela empresa **IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA (Mölnlycke Health)** irá para diligência. **Favor solicitar amostra + catálogo desse item, a empresa não especificou qual o produto está cotando, colocou apenas a marca, feito diligência esse fabricante possui diversos produtos ficando impossível o julgamento sem as informações corretas do ganhador, para saber se o que ele cotou atende ao nosso descritivo.**

ITEM 32 –

32	(GAZE PHMB) Gaze antimicrobiana é um curativo de gaze tecido 100% algodão, de alta absorção com trama larga, impregnada com PHMB (Polihexametileno de Biguanida) na concentração mínima de 0,2% sendo um agente antimicrobiano que evita a contaminação do leito da ferida e combate infecções já instaladas. Possui um amplo espectro de ação contra micro-organismos Gram positivos e Gram negativos, fungos e leveduras. 15x17 com 02unid. Exigimos amostra para parecer técnico	300
----	---	-----

O item ganho pela empresa **IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA (CARDINAL)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 33 –

33	(GEL PHMB) Gel Para descontaminação de feridas, composto por água purificada, 0,1% de polihexametil biguanida (PHMB), composto de betaína, hidroxietilcelulose, EDTA, imidazolinidil ureia e propilenoglicol. Combate e previne a infecção. 100ml. Exigimos amostra para parecer técnico	80
----	--	----

O item ganho pela empresa **Sabrina Martha Ramalho Mendes Comércio de Artigos Médicos (GEL COM PHMB PIELSANA/DBS)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 34 –

34	Curativo superabsorventes antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com Cloreto de Dialquil Carbamoil, núcleo de partículas que se liga aos microrganismos de forma rápida e eficaz por mecanismo de ação passivo, promovendo a remoção de bactérias e outros microrganismos de feridas exsudativas limpas, contaminadas, colonizadas ou infectadas tamanho 10x10 cm. Livre de látex. Embalagem estéril. Exigimos amostra do produto.	80
----	--	----



O item ganho pela empresa **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (SUPERABSORBER N/AD 10X10 (CX10))** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não é um curativo antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com Cloreto de Dialquil Carbamoil.

ITEM 35 –

35	Curativo superabsorventes antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com Cloreto de Dialquil Carbamoil, núcleo de partículas que se liga aos microrganismos de forma rápida e eficaz por mecanismo de ação passivo, promovendo a remoção de bactérias e outros microrganismos de feridas exsudativas limpas, contaminadas, colonizadas ou infectadas tamanho 10x20 cm. Livre de látex. Embalagem estéril. Exigimos amostra do produto.	80
----	--	----

O item ganho pela empresa **IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA (COLOPLAST)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não possui não é superabsorventes antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com Cloreto de Dialquil Carbamoil.

ITEM 36 –

36	Creme à base de 70% de óleo de girassol e seus ácidos graxos essenciais (A.G.E.), Extrato de Aloe vera, Polissorbato 80, conservantes e água. Na apresentação de creme (O/A), envasados em bisnagas de alumínio grau farmacêutico, de fácil aplicação e excelente vedação. Destinado a hidratação e proteção da pele. Tamanho 60g. Exigimos amostra do produto.	60
----	---	----

O item ganho pela empresa **Sabrina Martha Ramalho Mendes Comércio de Artigos Médicos (PIELSANA GEL)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não tem 70% de óleo de girassol e seus ácidos graxos essenciais (A.G.E.), Extrato de Aloe vera, Polissorbato 80, conservantes e água. Na apresentação não é creme.

ITEM 37 –

37	Curativo em forma de emulsão à base de Brassica Oleracea var capitata, óleos vegetais e ureia. Frasco em bisnaga 60g. Exigimos amostra do produto. CATMAT 453398	50
----	--	----



O item ganho pela empresa **ELO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (DABRIDAN EMULSÃO 60G)** é **procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 38 –

38	Curativo de ação antimicrobiana ,Curativo de hidrofibra antimicrobiano , esteril, macio, com absorção vertical nao entrelaçado composto por 100% de fibras de carbometilcelulose sodica e 1,2 % prata ionica, capaz de capturar os microorganismos existentes no leito da ferida e formar um gel mantendo meio umido, contendo BEC e EDTA em sua composição, apresentação em placa tamanho 10x10 cm . Exigimos amostra do produto.	300
----	--	-----

O item ganho pela empresa **IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA (COLOPLAST)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 39 –

39	Curativo superabsorvente, composto de polipropileno, celulose, poliacrilato de sódio ,gel de celulose, polietileno de baixa densidade (LPDE). Curativo estéril com barreira de proteção de nao tecido, respirável e a prova d'água, com camada de almofada superabsorvente(SAP) camada de fibra absorvente e camada de silicone macio, para uso de feridas de forte exudação. Tamanho aproximado 15x15cm. Exigimos amostra do produto.	200
----	--	-----

O item ganho pela empresa **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (SUPERABSORBER N/AD 15X15)** é **Procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 40 –

40	Curativo Adesivo de Espuma e Hidrofibra, constituído por um filme externo impermeável de poliuretano e uma almofada multicamadas absorvente com silicone adesivo perfurado. A almofada multicamadas absorvente é composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada de ligação e uma camada não tecido de hidrofibra (100% carboximetilcelulose sódica) e silicone adesivo perfurado. Curativo composto por um total de 5 camadas, multiformato, estéril ,uso único Tamanho: 10x10. Exigimos amostra do produto.	100
----	--	-----


O item ganho pela empresa **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (AQUACEL FOAMPRO)** é **Procedente**. A empresa ganhadora **atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço.

ITEM 41 –

41	Equipamento de 1 Peça, Convexa, Drenável, Recortável 13-51mm, Opaca com janela de visualização, Barreira com cerâmidas, e Resina Sintética , altamente absorvível e durável, adesividade e proteção periestoma com adesivo hipoalergênico de silicone hipoalergênico,	130
----	---	-----



O item ganho pela empresa **IMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS ONLINE LTDA (COLOPLAST)** é **Improcedente**. A empresa ganhadora **não atende** nossa solicitação em edital, como também não atende a necessidade do nosso serviço. Não atende ao solicitado pois se trata de uma padronização de demanda Judicial, onde o cod refere-se a marca HOLLISTER.


Ana Cristina Rodrigues Felipe
COREN – 341217

Pilar, 22 de outubro 2025.